



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação

PMVG

Fis. _____

PROC. ADM. Nº. 711000 /2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

DILIGÊNCIA NA PLATAFORMA PARA REANALISE

Trata-se da análise complementar dos itens 22, 23, 24, 25,26 empresa - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA.

Diante da informação do licitante, que o folder dos itens e registro encontra-se na plataforma, para que a empresa não fosse prejudicada indevidamente foi realizada uma diligência na plataforma, para reanálise, vejamos:

Considerando a diligências nos documentos anexo na plataforma em 08/07/2021 como segue;

Classificados	Razão Social	Participante	Melhor Lance	ME
1	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA	PROPOSTA CORRIGIDA	2.775,00	
2	FILARETO PRODUTOS D	PROPOSTA CORRIGIDA	2.778,00	
3	CIRURGICA GONCALVES LTDA EPP	PARTICIPANTE 030	2.840,00	
4	ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI	PARTICIPANTE 065	2.992,7733	

Nome	Tamanho	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
(.)	0	0	Pasta de arquivos	08/07/2021 11:28	00000000
(.) ANVISA - ORTO...	2.365	1.783	Adobe Acrobat Do...	07/07/2021 15:26	4DC35599
(.) ANVISA - Cadeir...	2.390	1.803	Adobe Acrobat Do...	07/07/2021 15:27	29661A82
(.) ANVISA - Cadeir...	2.385	1.805	Adobe Acrobat Do...	07/07/2021 15:26	541AB58A
(.) ANVISA - Cadeir...	2.431	1.848	Adobe Acrobat Do...	07/07/2021 15:29	7985FCC2
(.) ANVISA - Cadeir...	2.431	1.848	Adobe Acrobat Do...	07/07/2021 15:28	FA4CD568
(.) ANVISA - Delia...	2.448	1.863	Adobe Acrobat Do...	08/07/2021 11:28	17F2B032
(.) Cadeira de Roda...	496.172	428.608	Adobe Acrobat Do...	07/07/2021 15:25	DD792E3C
(.) DECLARAÇÃO.p...	458.460	433.824	Adobe Acrobat Do...	08/07/2021 13:17	98D13322
(.) PROPOSTA COR...	487.318	458.303	Adobe Acrobat Do...	08/07/2021 11:19	C4F601A0
(.) Cadeira de Roda...	622.119	509.393	Adobe Acrobat Do...	07/07/2021 15:37	0F3E065E
(.) Cadeira de Roda...	660.975	545.015	Adobe Acrobat Do...	07/07/2021 15:35	40623972
(.) Cadeira de Roda...	700.184	594.589	Adobe Acrobat Do...	08/07/2021 11:25	C3214F58
(.) Cadeira de Roda...	733.685	623.379	Adobe Acrobat Do...	08/07/2021 11:22	AC5D9806



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fls. _____

PROC. ADM. Nº. 711000 /2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

Diante dos fatos apurado foi realmente encontrado o folder do item 22, porem não foi apresentado o manual de instrução conforme solicitado.

Registro dos itens 23, 24, 25,26 foi encontrado anexo.

O anexo do folder dos itens acima encontra- se vazio, sem arquivo, entramos em contato com o suporte da plataforma para sanar o questionamento, foi confirmado que o arquivo não foi salvo.

EMPRESA - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA.

TEM	APROVADO	REPROVADO
22		Reprovado Conforme análise técnica anexo.
23		Reprovado conforme análise itens 12.3.1
24		Reprovado conforme análise item12.3.1 do edital
25		Reprovado conforme análise item12. 3.1 edital
26		Reprovado conforme análise item 12.3.1

I. **CONVOCAR**, as licitantes remanescentes dos itens das empresas anteriores declaradas **reprovados** a manifestação de aceite de arremate conforme convocação individual na plataforma do sistema BLL, no **prazo máximo de 2hs**, passivo de desclassificação e convocação de demais licitantes conforme preceitua o edital.

II. **INFORMAR** que assegurando o contraditório e a ampla defesa aqueles licitantes que tiverem interesse em manifestar recurso contra a decisão proferida por esta pregoeira, informo que a fase recursal só será aberta após a finalização da fase de habilitação/negociação com as empresas remanescentes, e análise das amostra e seja declarado os vencedores do processo conforme preceitua o edital.

III. **INFORMAR** que os autos do processo administrativo permanecerão com vistas e/ou cópia franqueada aos interessados na Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, sito à Avenida da Feb nº 2.138, Bairro da Manga - Várzea Grande/MT conforme disposto no Art. 7º da Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.

Visando o princípio da transparência e publicidade todos os licitantes participantes deste processo, serão informados pelo site do município e plataforma do BLL de todas as fases do certame.


A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

Várzea Grande - MT, 23 de julho de 2021.


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação

PMVG

Fis. _____

Qualificação técnica				
Pregão: Nº. 15/2021		PROC. ADM. Nº. 711000/2021		
Fornecedor: Hand Shop suprimentos médicos e terapêuticos				
ITEM 22 Marca: ortombil Modelo: MB4				
ITEM	Critérios de avaliação	SIM	NÃO	Observação
8.2.5.1	Licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
8.2.6.2	Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.6.3	Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA			Produto registrado na ANVISA.
8.2.6.4	Declaração de que a licitante prestará Assistência Técnica autorizada no âmbito do município de Cuiabá e/ou Várzea Grande – MT.	X		
8.2.6.5	Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia	X		
12.3.1	Os licitantes previamente classificados deverão enviar junto com os documentos de habilitação, prospectos com foto dos equipamentos a Superintendência de Licitação – Secretaria Municipal de Saúde, Av. Feb, nº 2138 – Bairro da Manga, Várzea Grande - MT - 78.115-904.	X		Não apresentou manual de instrução.
PARECER TÉCNICO FINAL				
REPROVADO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR				
Giani R. Moraes				
Fisioterapeuta				
CPF: 093.165.882-09				


Recebi em 23/07/21

As 09:44 horas

Ass: [assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fis. _____

Qualificação técnica				
Pregão: Nº. 15/2021		PROC. ADM. Nº. 711000/2021		
Fornecedor: Hand Shop suprimentos médicos e terapêuticos				
ITEM 23		Marca: DELLAMED		Modelo: AIR CELL
ITEM	Critérios de avaliação	SIM	NÃO	Observação
8.2.5.1	Licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
8.2.6.2	Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.6.3	Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA			Produto registrado na ANVISA.
8.2.6.4	Declaração de que a licitante prestará Assistência Técnica autorizada no âmbito do município de Cuiabá e/ou Várzea Grande – MT.	X		
8.2.6.5	Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia	X		
12.3.1	Os licitantes previamente classificados deverão enviar junto com os documentos de habilitação, prospectos com foto dos equipamentos a Superintendência de Licitação – Secretaria Municipal de Saúde, Av. Feb, nº 2138 – Bairro da Manga, Várzea Grande - MT - 78.115-904.		X	
PARECER TÉCNICO FINAL				
REPROVADO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR				
Fisioterapeuta				
CREFTO - 9 165882-F				


Recebi em 23/07/21

Às 10:48 horas

Ass: [Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fis. _____

Qualificação técnica				
Pregão: Nº. 15/2021		PROC. ADM. Nº. 711000/2021		
Fornecedor: Hand Shop suprimentos médicos e terapêuticos				
ITEM 24		Marca: DELLAMED		Modelo: AIR CELL
ITEM	Critérios de avaliação	SIM	NÃO	Observação
8.2.5.1	Licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
8.2.6.2	Certificado de Registro de produto/aparelho , emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.		X	
8.2.6.3	Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA			Produto registrado na ANVISA.
8.2.6.4	Declaração de que a licitante prestará Assistência Técnica autorizada no âmbito do município de Cuiabá e/ou Várzea Grande – MT.	X		
8.2.6.5	Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia	X		
12.3.1	Os licitantes previamente classificados deverão enviar junto com os documentos de habilitação, prospectos com foto dos equipamentos a Superintendência de Licitação – Secretaria Municipal de Saúde, Av. Feb, nº 2138 – Bairro da Manga, Várzea Grande - MT - 78.115-904.		X	
PARECER TÉCNICO FINAL				
REPROVADO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR				
Giani R. Morais Fisioterapeuta CREFTO - 9 165882-F				

Recebi em 23/07/21
Às 10 48 horas
Ass:



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG


Fis. _____

Qualificação técnica				
Pregão: Nº. 15/2021		PROC. ADM. Nº. 711000/2021		
Fornecedor: Hand Shop suprimentos médicos e terapêuticos		Modelo: AIR CELL		
ITEM 25		Marca: DELLAMED		
ITEM	Critérios de avaliação	SIM	NÃO	Observação
8.2.5.1	Licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
8.2.6.2	Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.6.3	Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA			Produto registrado na ANVISA.
8.2.6.4	Declaração de que a licitante prestará Assistência Técnica autorizada no âmbito do município de Cuiabá e/ou Várzea Grande – MT.	X		
8.2.6.5	Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia	X		
12.3.1	Os licitantes previamente classificados deverão enviar junto com os documentos de habilitação, prospectos com foto dos equipamentos a Superintendência de Licitação – Secretaria Municipal de Saúde, Av. Feb, nº 2138 – Bairro da Manga, Várzea Grande - MT - 78.115-904.		X	
PARECER TÉCNICO FINAL REPROVADO RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR <i>Giani R. Moraes</i> Fisioterapeuta REFITO - 9 165882-F				





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fis. _____

Qualificação técnica				
Pregão: Nº. 15/2021		PROC. ADM. Nº. 711000/2021		
Fornecedor: Hand Shop suprimentos médicos e terapêuticos				
ITEM 26		Marca: DELLAMED		Modelo: AIR CELL
ITEM	Critérios de avaliação	SIM	NÃO	Observação
8.2.5.1	Licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
8.2.6.2	Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.6.3	Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA			Produto registrado na ANVISA.
8.2.6.4	Declaração de que a licitante prestará Assistência Técnica autorizada no âmbito do município de Cuiabá e/ou Várzea Grande – MT.	X		
8.2.6.5	Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia	X		
12.3.1	Os licitantes previamente classificados deverão enviar junto com os documentos de habilitação, prospectos com foto dos equipamentos a Superintendência de Licitação – Secretaria Municipal de Saúde, Av. Feb, nº 2138 – Bairro da Manga, Várzea Grande - MT - 78.115-904.		X	
PARECER TÉCNICO FINAL				
REPROVADO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR				
Fisioterapeuta				
CREFINO - 9 165882-F				

Recebido em 23/07/21

Às 10:48 horas

Ass: [assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fis. _____


PROC. ADM. Nº. 711000/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

	Cuiabá e/ou Várzea Grande-MT. Apresentar prospecto contendo todas as especificações Registro na ANVISA						
22	CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO(largura do assento48 cm) Cadeira de rodas em liga alumínio aeronáutica temperada; rolamentos blindados nas quatro rodas; pintura epóxi; eixos reforçados de aço; estofamentos de assento e encosto em nylon; almofada de 5cm de espessura em espuma de alta densidade no assento; cinto de segurança; estrutura tipo monobloco com encosto rebatível; rodas traseiras de raios retos 24' com pneu inflável e aro de impulsão; rodas dianteira de 5" ou 6", com garfo de alumínio; sistema de desmontagem "quick release" nas rodas traseiras; freios bilaterais com manopla rebatível; protetor de roupa; centro de gravidade com ajuste milimétrico e regulagem de Tilt; mancal que permite a regulagem de altura traseira e mudança do ângulo do assento; cáster da roda dianteira com ajuste de ângulo; cambagem 0º; encosto com ajuste de ângulo e altura em 3cm;apoio	147333-6	1	UND	08	2.992,7733	23.942,1864



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fis. _____

PROC. ADM. Nº. 711000/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

	de pés tipo plataforma com ajuste de altura; regulagem do distanciamento das rodas traseiras em relação à estrutura da cadeira de roda; manopla e faixa de panturrilha; largura do assento: 48cm ; capacidade mínima de até 110 Kg ; Manual de instrução. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Declaração de assistência técnica no Município de Cuiabá e/ou Várzea Grande-MT. Apresentar prospecto contendo todas as especificações Registro na ANVISA						
23	ALMOFADA ANTIESCARA (largura de 40cm). Almofada antiescara - quadrada, largura de 42cm, profundidade de 46cm, almofada com células infláveis individuais de borracha, perfil baixo (low profile), o sistema deste equipamento permite a flutuação de ar dentro das células infláveis para melhor distribuição de pressão sob a pele quando se está sentado na cadeira de rodas ou no automóvel por períodos; Manual de instrução. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Declaração de assistência técnica no Município de	367372-3	1	UND	02	749,6667	1.499,3334