



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Superintendência de Licitações**

Várzea Grande-MT, 16 de outubro de 2013.

**RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO APRESENTADA PELA EMPRESA PMH
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME AO EDITAL PREGÃO
PRESENCIAL N.º. 037/2013**

Impugnante: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.740.696/0001-92- S/A - Trecho 17 Rua 8 lote 170 - Brasília - DF - TELEFONE: (61) 3403-1313

Prezados Senhores,

Em resposta a solicitação de esclarecimentos interposta pela empresa **PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ, 00.740.696/0001-92**, ao Instrumento convocatório do pregão acima referenciado, que tem por objeto, registro de preços para futura e eventual aquisição de equipos para bomba de infusão bem como extensor e seringas para bomba de seringa, com cessão de 200 (duzentos) bombas de infusão e 75 (setenta e cinco) bombas de seringas em regime de comodato para atendimento das necessidades do fundo municipal de saúde de várzea grande, por 12 (doze) meses, em obediência a lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente à lei nº. 8.666/93 (e suas alterações posteriores), decreto federal 3.555 de 08 de agosto de 2000 que regulamenta o Pregão, e 3.931 de 19 de Setembro de 2001 que regulamenta o SPR, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, com critério de julgamento de Menor Preço por Lote, contemplando, em síntese, as seguintes considerações:

DAS RAZÕES DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIEMTNOS

A empresa solicitante, solicita os seguintes esclarecimentos:

- a) As bombas que serão disponibilizadas deverão ser novas?



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Superintendência de Licitações**

- b)** As bombas que serão disponibilizadas deverão ser por sistema de peristática linear ou se aceitará bombas antigas que utilizem ainda o sistema de peristaltismo por roldanas, sem precisão e com muitos problemas de manutenção?
- c)** A empresa deverá ter técnico residente em Cuiabá-MT no seu quadro de servidores:
- d)** Qual o peso Máximo da bomba que será aceitável? Pois atualmente é extremamente importante se ter uma bomba leve com menos de 2kg.

DO ESCLARECIMENTO

Em face do exposto, esclarecemos:

- a)** Sim é claro que as bombas deverão ser novas, pois esta administração não custas processuais para aquisição em comodato de aparelhos usados que poderiam causar transtornos a administração.
- b)** As bombas que serão disponibilizadas deverão ser por sistema de peristática linear, tendo em serem os equipamentos utilizados atualmente neste município e não apresentem dificuldades no manuseio bem como defeitos rotineiros.
- c)** A empresa devesse ter técnico residente em Cuiabá-mt no seu quadro de servidores, bem como aparelhos disponíveis para a substituição dos que por ventura vierem apresentar defeitos.

A conclusão refere-se única e exclusivamente à matéria submetida à apreciação da secretaria de saúde, devendo dar prosseguimento aos demais atos inerentes ao certame

Atenciosamente


LANDOLFO LAZARO VILELA GARCIA
PREGOEIRO OFICIAL