



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE


Nr. Remessa: 00286353
Enviado Por: LAURITA ESTER DE JESUS
Destino: SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Data Remessa: 2017-04-19
Hora: 16:32

Observação: ENCAMINHO PARECER TAF%CNICO
REFERENTE AO PREGAO 07/2017.

Nr Processo 00417382/16
Requerente SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL
Tipo Documento PROCESSO LICITATÓRIO

Assinatura Recebimento	Assinatura Envio



COMUNICAÇÃO INTERNA

De. Superintendente de	Sup. de Licitação	Data: 25/04/ 2017	Nº CI 267
------------------------	-------------------	-------------------	-----------

Senhor Pregoeiro,

Sirvo-me do presente, preliminarmente, para externar o meu apreço e consideração para com V.S.^a

Em resposta a CI nº 109/2017, referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2017, segue anexo CI nº 2098/2017 da equipe técnica.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para sanar eventuais dúvidas e deste já, agradeço à atenção.

Atenciosamente,

Eneil Ana Mendes da Silva
Eneil Ana Mendes da Silva
Superintendente de Gestão
Superintendência de Gestão
Secretaria Mun. de Saúde/MC

Recebido por:	Data de Recebimento:
---------------	----------------------



Dat: Assessoria GAB/Coordenação de Saúde Bucal	Para: Superintendência de Gestão	CI: 2098/2017/SMS	Data: 25/04/2017
--	-------------------------------------	----------------------	------------------

Senhora Superintendente de Gestão,

Conforme solicitado, segue no anexo quadro com o parecer a respeito dos produtos e empresas que concorreram ao Pregão Eletrônico Nº 07, encaminhados através da CI Nº 109/2017 Superintendência de Licitação de 19/04/2017, Nr. Remessa 00286353.

Atenciosamente,

Narciso Santana da Silva

Assessoria de Gabinete SMS/Varzea Grande



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
Olsen	1/ Cadeira, equipo kart, unidade auxiliar, mocho e refletor.	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017. O braço direito da cadeira é fixo, foi solicitado móvel para facilitar a entrada dos pacientes, principalmente portadores de deficiência física e idosos. Não há menção de parafusos reguladores para nivelamento da base da cadeira, não há posição de cuspir e acionamento automático da água da cuspideira fatos que possibilitam a economia de tempo e esforço do paciente principalmente para idosos. O equipo não apresenta reservatório líquido bactericida. A unidade auxiliar não apresenta	CADEIRA ODONTOLÓGICA: Com estofamento em PVC, lavável, comando de todos os movimentos no pé, incorporados a base da cadeira. Apresente base projetada para colocação embutida dos pontos elétricos, hidráulico e pneumáticos, sem caixa de distribuição na lateral, base sem necessidade de fixação no piso e com parafusos reguladores do nível de estabilidade e altura da base, regulados mecanicamente. Altura mínima de entrada do paciente de 370mm, sem botoneira com movimentos elétricos de subida e descida do assento/encosto, volta a zero e acionamento do refletor com 4 intensidades de luz, com programa para memorização de 3 posições de trabalho e posição de cuspir (com acionamento de água da cuspideira, automaticamente), todos acionados no comando de pé. Encosto de cabeça biarticulado, sistema fusão. Articulação central única entre assento e encosto, braço do lado direito com abertura para entrada do paciente. Com Base de Sustentação da cadeira regulável com apoio de borracha para evitar oxidação da estrutura. Cor verde (mesma cor e tipo de estofado do mocho odontológico).	CADEIRA 3 posições de trabalho programáveis volta zero automático; Botão stop de emergência; Cabeceira multiaarticulada; Braço fixo; Pedal joystick na base; Caixa de conexões incorporada com mangueiras embutidas; Encosto anatômico EX; Posição de emergência (-5° do encosto); Articulação do assento e encosto na linha do acetábulo; Dois motores Bosch, isento de óleo. Equipo Kart; Braço Biarticulado com travamento mecânico; Seringa triplice; 1 terminal para alta rotação borden com refrigeração por apray; Pedal progressivo para acionamento das pontas; Bandeja única em inox; Filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos; Sistema antirrefluxo, válvula antirrefração. Refletor Concept LED Intensidade de 8.000 a 25.000 Lux; On/Off no pedal; Puxador bilateral; Espelho multifacetado com proteção frontal transparente de policarbonato. Unidade Auxiliar: Rebatível em 90°; 1 sugador Venturi com ø 6,5mm para

Marcelo



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
			sugador com potência maior que um Venturi além do sugador de alta potência (bomba à vácuo)	acionamento pneumático confeccionado em metal, sendo 01(uma) seringa triplice (incorporada), 01(um) terminal borden (universal) para alta rotação e 01(um) para baixa rotação. Apresenta conjunto de suporte de pontas que possa ser retirado para limpeza (removível). UNIDADE AUXILIAR: Acoplada à cadeira, com acionamento da água através do comando de pé da cadeira permitindo economia de água circulando na bacia com tempo pré programado e somente no momento de acionamento da posição de cuspir (através de temporizador). Rebatível (com abertura lateral formando um ângulo de 90 graus). Apresenta bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada e 2 ralos separadores de detritos posicionados na carenagem da cadeira (não posicionados no corpo das mangueiras, aparente), composto de um (1) sugador tipo vácuo com potência maior que o Venturi (acionado pelo compressor) e um Alta Potência (acionado pela Bomba de Vácuo), que possam ser retirados para limpeza através de sistema tipo engate rápido, reservatório de água transparente incorporado e protegido por carenagem de poliestireno. MOCHO ODONTOLÓGICO ** Mesmo tecido da cadeira, com 5 rodízios, sistema de elevação a gás, largura 410 mm, comprimento 480mm, altura do assento 440/540mm, altura do encosto 430/470mm, com inclinação do encosto para frente e para trás, com regulação pelo próprio profissional. Cor verde (mesma cor e tipo de estofado da	cânula descartável; 1 sugador bomba à vácuo; Acionamento da cuba com time; Cuba em porcelana removível. Mocho Sincronizado Base com 5 rodízios em PU; Altura do assento regulável de 430 a 500 mm e encosto de 360 a 430 mm; Acionamento à gás; Reclinação do encosto; Estofamento em espuma – densidade 33 com PVC laminado sem costura; Base em alumínio; Assento tipo sela; 2 unidades.



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
GDC da Silva Costa Eireli	4/Amalgamado r	Aprovado	Atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017.	cadeira odontológica). OBS. A QUANTIDADE DE MOCHO 60 UNIDADES. GARANTIA MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA NF.	
	5/Ultra-som e jato de Bicarbonato	Aprovado	Atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017.		
	6/Fotopolimeriz ador	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017 em relação a a ponteira em aço inox.	FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho de fotopolimerização de resina, wireless com sistema LED e potencia mínima de 1200 m/cm2, com um único led, sinal sonoro de 5 em 5 segundos até 20 . Apresente no mínimo 3 funções, sendo elas, gradual, pulso e contínua de intensidade de luz, potencia máxima superior a 500 mW/cm² com ponteira semi orientada em aço inox (blindada), para melhor condução de luz.	Ponteira de fibra óptica de fotopolimerização Para foto polimerização de resina, de acordo com os protocolos desta. Esta haste apresenta menor perda de energia luminosa.
	11/Bomba de vácuo	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017 em relação a potência do motor. No folder o modelo THOR CGF apresenta potência ¾, quando o solicitado foi de 1 HP.	BOMBA DE VÁCUO. Unidade sucra de alta potência com capacidade mínima para atender 04 (quatro) consultórios, vazão mínima de 200 litros por minuto, motor de no mínimo 1 HP com eixo de inox e flange. Rotor e tampa em bronze de alta resistência a oxidação e elevada vida útil. Com garantia mínima de 12 meses.	THOR CGF Potência ¾ Dados técnicos THOR CGF Classe I Capacidade: 4 consultórios Peso Bruto: 14,6 kg Peso Líquido: 13,5 kg
	16/Raio X Odontológico	X Reprovado	Certificado de Boas Práticas do Fabricante	RAIO X ODONTOLÓGICO 70 KVP: coluna móvel, com rodízios e base tipo "U", corrente de 8 ma, tubo direcional revestido de	MODELO MÓVEL. COLUNA



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
	70 KVP		venceu em 12/01/2017. O equipamento não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017, vez que a base solicitada deve ter formato em "U" e não em X conforme folder fornecido pela empresa também não há menção do sistema de proteção (interrupção do processo) no caso de oscilação de energia. Não foi apresentado o certificado de radiação de fuga.	chumbo, sistema de proteção de oscilação de energia com regulador de tensão incorporado (que aborte o processo em caso de oscilação de energia). Controle remoto com cabo de disparo espiralado que possua programação de técnicas radiográficas conforme o biotipo do paciente com seleção de tipo de filme a ser utilizado, tomadas para radiografias oclusais, interproximais com memorização dos casos anteriormente selecionados. Obedeça à norma internacional de radio proteção IEC 601 e Portaria nº 453 ANVISA. Deve estar acompanhado do certificado de radiação de fuga emitido por físico credenciado. Garantia mínima de 12 meses.	A melhor definição da imagem. Os aparelhos de 70 Kvp da Xdent, necessitam de menor tempo de exposição proporcionando maior segurança para o operador e paciente. O comando disparador digital é microprocessado com display centesimal em cristal líquido e pode ser utilizado de forma manual ou através de programações para a seleção de tomada periapical pelo tipo de paciente, filme e dente. Possui tecla de atalho para utilização com sistema de sensor digital com posições predeterminadas. Possui cabo disparador de 5 metros


Da: Assessoria GAB/Coordenação de Saúde Bucal	Para: Superintendência de Gestão	CI: 2080/2017/SMS	Data: 18/04/2017
---	-------------------------------------	----------------------	------------------

Senhora Superintendente de Gestão,


Conforme solicitado, segue no anexo quadro com o parecer a respeito dos produtos e empresas que concorreram ao Pregão Eletrônico Nº 07, encaminhados através da CI Nº 104/2017 Superintendência de Licitação de 17/04/2017, Nr. Remessa 00285863.

Atenciosamente,

Narciso Santana da Silva



Assessoria de Gabinete SMS/Varzea Grande

PROTÓCOLO Nº
 Data: 05/04/17 Hora: 11:45
 Resp.: 
 Setor de Licitação - P. M. V. G.



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
Cirúrgica Gonçalves	12/ Compressor	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017. A capacidade solicitada de armazenamento é de 261 litros, o produto apresentado possui capacidade de apenas 200 litros.	COMPRESSOR isento de óleo (a seco) 20 pés cúbicos por minuto de 120 libras com motor de 5 hp, com capacidade de armazenamento de 261 litros. Reservatório fabricado conforme NR 13 com pontuário de teste eletrostático e certificação ISO 9001. Tensão 220 V. Com assistência técnica em todo o Brasil. Garantia mínima de 12 meses.	COMPRESSOR CAPACIDADE 200 LITROS 25,2 PÉS/MIN; 713,6 LITROS/MIN; 120 LIBRAS; 8,3 BAR; POTÊNCIA 3 X 1HP; 4 POLOS; ISENTOS DE ÓLEO.
Unidental	9/Seladora de embalagens	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017 em relação à potência mínima de 166 W e acionamento automático de corte. O produto apresentado possui potência máxima de 100 W.	SELADORA DE EMBALAGENS: Digital, compartimento para no mínimo 3 rolos de diferentes larguras com capacidade de selagem suficiente. Acionamento automático de corte, temperatura de selagem programada mínima em 180°C e potência mínima de 166 Watts. 220V. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de emissão da NF.	INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Seladora de mesa, com controle de temperatura digital. Possui acionamento manual. Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área de selagem: 35 cm Largura para selagem: 13 mm Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200V) automático. Frequência: 50/60 Hz. Potência Máxima: 100 W. Histerese: +/- 10 °C.
	18/Avental de Chumbo infantil	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017 para o item 18 – Avental de chumbo infantil.	AVENTAL DE CHUMBO infantil: confeccionado em borracha plumbífera flexível com protetor para tireóide (infantil) tamanho 600x450x0,5 mm Pb, revestimento em	Descrição: Avental de Chumbo odontológico com protetor de tireóide Dimensões: 75 X 60 cm Cores disponíveis: Azul marinho, verde, cinza e vinho Registro Ministério da Saúde:



Prefeitura Municipal de
VÁRZEA GRANDE



SECRETARIA DE SAÚDE

			O produto apresentado não possui as dimensões adequadas para atender à crianças. A dimensão especificada é de 600x450 mm	tecido bagun lavável, para fácil limpeza e assepsia acabamento em viés e fechamento com cinto ou velkron para fácil regulagem. Com registro no Ministério da Saúde.	10358460005 Nas seguintes versões: Equivalência de 0,25 mm de chumbo no corpo e 0,50 mm na tireóide Equivalência de 0,50 mm de chumbo no corpo e 0,50 mm na tireóide
Dental Alta Mogiana	15/Sistema Para Digitalização de Imagens Radiológicas Intra-orais	Aprovado	Atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017.		

De