



CI nº 061/2024

Várzea Grande, 26 de novembro de 2024

De: José Silvério da Silva Neto

Coord. Aquisição - HPSMVG

À Sra. Francisca Luiza de Pinho

Segue resposta aos pedidos de esclarecimentos formulados pela empresa PRN DIAGNÓSTICOS com base nas disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 34/2024 (Processo Administrativo nº 947911/2024):

Quais as características técnicas mínimas dos equipamentos e a quantidade exigida?

Conforme as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital), as características mínimas exigidas para os equipamentos são:

Tomógrafo: Necessário equipamento de tomografia computadorizada de 16 canais, com assistência técnica local, para realização de exames com pelo menos 40% menos exposição à radiação ionizante, com comprovação técnica, suportando até 180 kg, realizando todos os exames solicitados, neurológicos, inclusive angiotomografias, com softwares de reconstruções in loco, em consoles homologados e com processamentos de alta velocidade para atender à demanda característica da unidade.

Ressonância Magnética: Equipamento de 1,5 tesla, com assistência técnica local, com pelo menos 16 canais, suportando até 200 kg, para realização de exames com tempo de execução acelerado utilizando softwares de Inteligência Artificial, apresentando redução do ruído interno. Deve permitir a realização de todos os exames solicitados, além de espectroscopia, perfusão e todos os exames cardíacos, incluindo os de stress.

Ultrassom: Aparelho de ultrassonografia moderno, com tecnologia de Doppler avançado, para uso em pacientes obesos e gestantes, que seja ergonômico e possua transdutores convexo, linear e endocavitário.

Os serviços já existem?

Sim, os serviços de diagnóstico por imagem são essenciais para a rede de urgência e emergência do município. Este pregão visa garantir a continuidade ou implantação de serviços com melhores condições e maior cobertura.



Deverá ser colocado apenas um tomógrafo?

A quantidade de tomógrafos será determinada com base na necessidade de atender à demanda total de exames especificada no edital. Cabe ao licitante avaliar e propor a quantidade de equipamentos que garanta o cumprimento integral da demanda, conforme as especificações técnicas e operacionais descritas no Termo de Referência (Anexo I). A proposta deve assegurar a plena execução dos serviços, considerando a quantidade total de exames e o regime de funcionamento ininterrupto (24 horas por dia).

As salas para receber os equipamentos já estão adequadas com proteção radiológica e climatização?

Conforme o edital (Pregão Eletrônico nº 34/2024) e as informações constantes no Termo de Referência (Anexo I), a responsabilidade pela adequação das salas para a instalação dos equipamentos, incluindo proteção radiológica, climatização e demais requisitos técnicos, é da licitante contratada. Ou seja, cabe à empresa vencedora realizar as adequações necessárias na infraestrutura existente para garantir o correto funcionamento dos equipamentos, em conformidade com as normas técnicas vigentes e as exigências do edital.

Recomendamos que a licitante analise detalhadamente o Termo de Referência para compreender todas as obrigações relacionadas à adequação da infraestrutura, bem como uma visita técnica ao local para avaliação precisa das condições e planejamento das possíveis intervenções, assegurando o pleno atendimento às especificações técnicas e operacionais previstas.

Existe no prédio energia disponível para receber estes equipamentos?

Conforme o edital (Pregão Eletrônico nº 34/2024) e as informações constantes no Termo de Referência (Anexo I), é responsabilidade da licitante verificar as condições atuais da infraestrutura elétrica disponível para a instalação dos equipamentos e, se necessário, propor e executar as adequações necessárias para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos, conforme as normas técnicas vigentes.

Recomenda-se uma visita técnica ao local para avaliação precisa das condições e planejamento das possíveis intervenções.

Item 11.1 – Item 11.1. “Os serviços deverão ser prestados necessariamente dentro do limite territorial do município de Várzea Grande/MT”. Com relação a este item quer dizer q algum tipo de exame como por exemplo o lote de ressonância e o lote de ultrassom pode ser feito em clínicas fora do hospital dentro do município? Somente as tomografias devem ser realizadas dentro do hospital?



Conforme o item 11.6 do edital, os serviços referentes aos Lotes I, II, III e IV deverão ser realizados obrigatoriamente nas dependências do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT.

Essa disposição reforça a necessidade de que todos os exames e serviços contratados sejam realizados dentro da estrutura hospitalar mencionada, atendendo diretamente à população local e às demandas da Rede de Urgência e Emergência.

Quantas salas são disponibilizadas para a realização de tomografias?

A quantidade de salas será determinada com base na necessidade de atender à demanda total de exames especificada no edital. Cabe ao licitante avaliar o espaço atual e adequar a quantidade de salas que garanta o cumprimento integral da demanda, conforme as especificações técnicas e operacionais descritas no Termo de Referência (Anexo I). A proposta deve assegurar a plena execução dos serviços, considerando a quantidade total de exames e o regime de funcionamento ininterrupto (24 horas por dia).

Recomenda-se verificar a capacidade operacional descrita para atender à demanda.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE SILVERIO DA SILVA NETO
Data: 27/11/2024 10:55:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

José Silvério da Silva Neto

Coord. Aquisição HPSMVG