



Várzea Grande 26 de junho de 2020

DE: CADIM – Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - CADIM
PARA: SAD – Pregoeiro/Saúde

ASSUNTO: Resposta a pedido de esclarecimento.

PROTOCOLO Nº
Data: <u>26/06/20</u> Hora: <u>15:00</u>
Resp.: _____
Setor de Licitação - P. M. V. G.

Em resposta ao pedido de esclarecimento:

As licitantes poderão considerar a proporção praticada pelo mercado de 1 monitor para cada 1.000 tiras adquiridas?

Resposta: NÃO.

O edital informa que a empresa vencedora deverá fornecer um monitor para cada 500 tiras.

O VENCEDOR DO ITEM DISPONIBILIZARÁ, NO ATO DO PRIMEIRO EMPENHO, MESMO QUE O EMPENHO SEJA PARCIAL, TODOS OS MONITORES (4.000 UNIDADES) VISTO QUE SERÁ TROCADO O MONITOR DE TODOS OS PACIENTES DA REDE.

A especificação técnica está correta de acordo com o número de unidades de saúde da rede municipal e número de pacientes cadastrados.

Esclareço ainda que na descrição informa que os monitores deverão ser entregues no ato do primeiro empenho, mesmo que este seja parcial. Isso se faz necessário porque havendo troca de marca será preciso substituir de uma única vez TODOS os aparelhos da rede (pacientes cadastrados e unidades de saúde).

Sem mais a esclarecer, encerro a resposta.

Respeitosamente,


DANIELLE CRISTINA LEITE MARTINS DE CAMPOS
SUPERINTENDENTE DO CADIM/SMS/VG


SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÃO/SMS/VG