



2º ADENDO AO EDITAL

Pregão Eletrônico 60/2018
Processo Administrativo Nº 537842/2018

O Município de Várzea Grande, através da Secretaria de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob nº11. 364.895/0001-60 por meio da Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº 063/2018, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados as modificações no edital, obedecendo aos princípios inerentes à Administração, a isonomia, a imparcialidade e a competitividade, resolve promover as seguintes **RETIFICAÇÕES**:

De acordo com CI nº429/SMS/2018 da Superintendência de Aquisição, solicitando correção nos descritivos dos itens **128, 132 e 142 no item 12.6** do Edital.
Da avaliação das amostras.

Quanto ao item **128** do edital, **ONDE SE LÊ:**

128	AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1" (25 X 7), BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UND.	• RESISTÊNCIA DA AGULHA A CORROSÃO NA CÂNULA (TUBO DE AÇO); • BISEL AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO; • QUE NÃO HAJA POSSIBILIDADE DE FERIMENTOS, DE CONTAMINAÇÃO E DESPERDÍCIOS DE MEDICAMENTOS; • DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL MANUSEIO; • ATENDIMENTO AS NORMAS DA ANVISA; • CERTIFICADO DO INMETRO.
-----	--	--

LEIA SE:

128	AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1" (25 X 7), BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UND. NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO	• RESISTÊNCIA DA AGULHA A CORROSÃO NA CÂNULA (TUBO DE AÇO); • BISEL AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO; • QUE NÃO HAJA POSSIBILIDADE DE FERIMENTOS, DE CONTAMINAÇÃO E DESPERDÍCIOS DE MEDICAMENTOS; • DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL MANUSEIO; • ATENDIMENTO AS NORMAS DA ANVISA; • CERTIFICADO DO INMETRO.
-----	---	--

Quanto ao item **132** do edital, **ONDE SE LÊ:**

132	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	• RESISTÊNCIA DA AGULHA A CORROSÃO NA CÂNULA (TUBO DE
-----	---	---



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PROC. ADM. N. 537842/2018

PREGÃO ELETRÔNICO 60/2018

CALIBRE 25 X 8, CONSTITUÍDA POR TUBO DE AÇO INOX AISI 304 (NBR 5601) DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO CENTRALIZADO AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO) COM FORMATO E DIMENSÕES UNIVERSALMENTE ACEITOS QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO DE CONDUTORES (SERINGAS, CATETERES, EQUIPOS, ETC) 6% DE CONICIDADE NA PARTE INTERNA E COLORAÇÃO SEGUNDO NBR 9259/86; PROTETOR DE POLIPROPILENO(PLÁSTICO) PROJEÇÃO INTERNA QUE MANTÉM AGULHA CENTRADA COM PARTE DISPONÍVEL DO CANHÃO EXTERIORIZADA AFIM DE PERMITIR ACOPLAMENTO À SERINGA SEM CONTATO MANUAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO, AGULHA DEVERÁ SER DEVIDAMENTE NIVELADA, POLIDA, RESISTENTE, ISENTA DE ASPEREZAS E/OU ONDULAÇÕES, LUBRIFICADA COM SILICONE DE PUREZA FARMACÊUTICA GRAU MÉDICO-HOSPITALAR, TER LUMEN LIMPO, SEM MATERIAIS ESTRANHOS, REBARBAS OU RESÍDUOS DE MANUFATURA DO AÇO, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO AO CANHÃO CONFORME NBR 9259/86, CALIBRE 25X8, PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS (IM/EV/SC E/OU ID), AGULHA DE DIÂMETRO 21G, COMPRIMENTO DE 8,0 CM, COLORAÇÃO VERDE, EMBALAGEM INDIVIDUAL E INVÓLUCRO APROPRIADO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU COMBINAÇÃO DESTE COM FILME TERMOPLÁSTICO COMPATÍVEL COM MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, ASSEGURAR ESTERILIDADE DO PRODUTO A TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E USO E FAVORECER ABERTURA E TRANSFERÊNCIA DO CONTEÚDO COM TÉCNICA ASSÉPTICA, EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	AÇO); • BISEL AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO; • QUE NÃO HAJA POSSIBILIDADE DE FERIMENTOS, DE CONTAMINAÇÃO E DESPERDÍCIOS DE MEDICAMENTOS; • DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL MANUSEIO; • ATENDIMENTO AS NORMAS DA ANVISA; • CERTIFICADO DO INMETRO.
--	---



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PROC. ADM. N. 537842/2018


PREGÃO ELETRÔNICO 60/2018

LEIA-SE:

132	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 25 X 8, CONSTITUÍDA POR TUBO DE AÇO INOX AISI 304 (NBR 5601) DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO CENTRALIZADO AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO) COM FORMATO E DIMENSÕES UNIVERSALMENTE ACEITOS QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO DE CONDUTORES (SERINGAS, CATETERES, EQUIPOS, ETC) 6% DE CONICIDADE NA PARTE INTERNA E COLORAÇÃO SEGUNDO NBR 9259/86; PROTETOR DE POLIPROPILENO (PLÁSTICO) PROJEÇÃO INTERNA QUE MANTÉM AGULHA CENTRADA COM PARTE DISPONÍVEL DO CANHÃO EXTERIORIZADA AFIM DE PERMITIR ACOPLAMENTO À SERINGA SEM CONTATO MANUAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO, AGULHA DEVERÁ SER DEVIDAMENTE NIVELADA, POLIDA, RESISTENTE, ISENTA DE ASPEREZAS E/OU ONDULAÇÕES, LUBRIFICADA COM SILICONE DE PUREZA FARMACÊUTICA GRAU MÉDICO-HOSPITALAR, TER LUMEN LIMPO, SEM MATERIAIS ESTRANHOS, REBARBAS OU RESÍDUOS DE MANUFATURA DO AÇO, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO AO CANHÃO CONFORME NBR 9259/86, CALIBRE 25X8, PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS (IM/EV/SC E/OU ID), AGULHA DE DIÂMETRO 21G, COMPRIMENTO DE 8,0 CM, COLORAÇÃO VERDE, EMBALAGEM INDIVIDUAL E INVÓLUCRO APROPRIADO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU COMBINAÇÃO DESTES COM FILME TERMOPLÁSTICO COMPATÍVEL COM MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, ASSEGURAR ESTERILIDADE DO PRODUTO A TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E USO E FAVORECER ABERTURA E TRANSFERÊNCIA DO CONTEÚDO COM TÉCNICA ASSÉPTICA, EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO	• RESISTÊNCIA DA AGULHA A CORROSÃO NA CÂNULA (TUBO DE AÇO); • BISEL AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO; • QUE NÃO HAJA POSSIBILIDADE DE FERIMENTOS, DE CONTAMINAÇÃO E DESPERDÍCIOS DE MEDICAMENTOS; • DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL MANUSEIO; • ATENDIMENTO AS NORMAS DA ANVISA; • CERTIFICADO DO INMETRO.
-----	---	--



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PROC. ADM. N. 537842/2018

PREGÃO ELETRÔNICO 60/2018

Quanto ao item **142** do edital, **ONDE SE LÊ:**

142	AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 21 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (AGULHA 25X8).	• RESISTÊNCIA DA AGULHA; • BISEL AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO; • DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL MANUSEIO; • ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA; • CERTIFICADO DO INMETRO.
-----	---	---

LEIA-SE:

142	AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 21 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL (AGULHA 25X8). NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO	• RESISTÊNCIA DA AGULHA; • BISEL AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO; • DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL MANUSEIO; • ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA; • CERTIFICADO DO INMETRO.
-----	--	---

- **Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital.**
- **Tendo em vista que as alterações acima não afetarão na formulação das propostas por parte dos licitantes, o prazo para abertura será fica INALTERADO.**

Várzea Grande, 29 de outubro de 2018.


Diógenes Marcondes
Secretário Municipal de Saúde /SMSVG