



CI n. 020/2019/SUPLIC/SAD

Várzea Grande - MT, 30 de Janeiro de 2018.

Ao Ilmo Sr^a

Lucélia Cristina de Lima Lopes

Superintendente de Atenção Secundária/SMS

Sebastião Ney da Silva Provenzano

Assessor de Gestão e Atenção Hospitalar do HPSM/VG

LUCIMAR ROCHA MARTINS

ELABORADORA DO TERMO DE REFERÊNCIA

CÓPIA

Assunto: Solicitação de esclarecimento ao Edital referente à Qualificação Técnica Pregão 03/2019.


Prezada Senhora,

Segue anexo solicitação de esclarecimento ao Edital pelas empresas **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA , FANEM LTDA**, Pregão Eletrônico nº 03/2019, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MÓVEIS HOSPITALARES** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, tendo em vista que parte da solicitação recai sobre pertinência técnica, encaminho a vossa senhoria para que manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública da presente licitação está marcada para dia 05/02/2019 às 8h: 30min, devendo a Administração Pública responder o mais breve possível.

Atenciosamente,


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira



BLL COMPRAS

Conectado como

FRANCISCA LUIZA DE PINHO

Dúvidas e Esclarecimentos

32

Requerimento	Criado em	Resposta	Respondido em
Distribuição de Produtos para Saúde para o importador ou comprovante de que a empresa é isenta. Também no descritivo de vários equipamentos onde diz: "Certificado de boas práticas de (CBPF), ou no caso dos equipamentos importados, deverá ser apresentado um certificado de boas práticas equivalente do país de origem, desde que traduzido de forma juramentada; Após análise dos documentos solicitados, quando falamos em CBPF, falamos do Certificado de Boas práticas de Fabricação, documento relacionado ao fabricante do equipamento que comprova que o mesmo está dentro das melhores práticas para fabricação de produtos hospitalares e que as principais indústrias possuem. Solicitamos esclarecimento e confirmação: Tal documento solicitado refere-se ao CBPF do fabricante e do detentor do registro? HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Jackeline Teodora Coelho Representante RG: 685950 55PTO CPF: 01530515157 6232415555 liotacao1@hospcom.net	30/01/2019 17:11:53		
Prezados Senhores, A empresa FANEM LTDA, CNPJ 61.100.244/0001-30, interessada em participar do processo licitatório em referência e, utilizando-se da prerrogativa prevista no item 26 do edital, solicita o ESCLARECIMENTO, quanto ao descritivo do Anexo I - Termo de Referência conforme abaixo: QUESTIONAMENTO: Solicitação do Edital: "... Capacidade para 16 Tubos de 15ml, com velocidade de rotação 5.200 RPM... Nosso Produto atende quanto a capacidade de tubos solicitados, porém com a velocidade de rotação 3.600 RPM. Pergunta: Caso a Empresa Fanem ou qq outra oferte com Rotação de 3.6000 RPM, onde apresentará o mesmo objetivo, será classificada?	30/01/2019 17:15:31		

Ref PE 03/2019

De forma a amparar todas as dúvidas e esclarece-las de forma tempestiva e conforme prevê edital na alínea 3.2

"Conforme previsto no Art. 19 do Decreto n. 5.450/05, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento referente ao ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. "

1. Solicitamos esclarecimento referente ao item 11.9.3.

"Caso o produto for importado deve apresentar CBPF de Armazenamento e Distribuição de Produtos para Saúde para o importador ou comprovante de que a empresa é isenta."

Também no descritivo de vários equipamentos onde diz:

"Certificado de boas práticas de (CBPF), ou no caso dos equipamentos importados, deverá ser apresentado um certificado de boas práticas equivalente do país de origem, desde que traduzido de forma juramentada;

Após análise dos documentos solicitados, quando falamos em CBPF, falamos do Certificado de Boas práticas de Fabricação, documento relacionado ao fabricante do equipamento que comprova que o mesmo está dentro das melhores práticas para fabricação de produtos hospitalares e que as principais indústrias possuem.

Solicitamos esclarecimento e confirmação: Tal documento solicitado refere-se ao CBPF do fabricante e do detentor do registro?

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Jackeline Teodora Coelho

Representante

RG: 685950 SSPTO

CPF: 01530515157

6232415555

licitacao1@hospcom.net

1/30/2019 5:11:53 PM

Prezados Senhores,

A empresa FANEM LTDA, CNPJ 61.100.244/0001-30, interessada em participar do processo licitatório em referência e, utilizando-se da prerrogativa prevista no item 26 do edital, solicita o ESCLARECIMENTO, quanto ao descritivo do Anexo I – Termo de Referência conforme abaixo:

QUESTIONAMENTO:

Solicitação do Edital: "... Capacidade para 16 Tubos de 15ml, com velocidade de rotação

5.200 RPM...

Nosso Produto atende quanto a capacidade de tubos solicitados, porém com a velocidade de rotação 3.600 RPM.

Pergunta: Caso a Empresa Fanem ou qq outra oferte com Rotação de 3.6000 RPM, onde apresentará o mesmo objetivo , será classificada? 1/30/2019 5:15:31 PM