



PROC. ADM. Nº. 775842/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2022

ANÁLISE E JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N.08/2022

I – PRELIMINAR

Trata-se da análise e julgamento do documento de habilitação e aceitabilidade da proposta de preço da empresa participante do Pregão Eletrônico nº 08/2022, que tem por **objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE **EQUIPAMENTOS HOSPITALARES** PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE MICROBIOLOGIA PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

A sessão de abertura do certame em tela ocorreu **em 14/04/2022 às 10h00min (horário de Brasília)**, de forma eletrônica pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br), com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, havia 08 (oito) itens para disputa, porém sendo admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada item.

Pautados pelos princípios licitatórios, na data prevista foi aberto o certame nas condições estabelecidas no Edital, e seus anexos, na oportunidade 11 (onze) empresa cadastraram proposta com intenção de contratar com esta municipalidade, como se segue:

Participante empresa

Participante	Documento
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	02472743000190
EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	37182085000186
VS COSTA E CIA LTDA	05286960000183
CATIONLAB EQUIP.E PROD. PARA LABORATORIO EIRELI	38419205000189
JOAO APARECIDO DA SILVA IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS	33735522000190
DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	35382879000168
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04724729000161
SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	05869012000170
FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	08040473000124
ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	22607948000142
NOVA TECNICA IND. E COM. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA	61012811000105

Após a finalização da disputa de lances do processo, sagrou-se como vencedora as licitantes:

JOAO APARECIDO DA SILVA IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS, itens 1, 5.

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI, item 2.

CATIONLAB EQUIP.E PROD. PARA LABORATORIO EIRELI, itens 3, 7, 8.

VS COSTA E CIA LTDA, item 4.

NOVA TECNICA IND. E COM. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA, item 6.



Destaque-se Este certame será regido pela Lei Federal. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas Leis Complementares. 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decretos Federais nº. 3.555/2000, 7.892/2013, 9.488/2018 e 10.024/2019, Leis Municipais nº. 3.515/2010 e 4.092/2015, Decretos Municipais nº. 09/2010, 32/2005, 86/2018 e 54/2019 e suas alterações, e demais legislações complementares, e condições estabelecidas neste Edital, e seus anexos.

II – DA ANÁLISE E DO PARECER

Cumpra registrar, que em sede de licitação, todos os atos da Administração devem sempre almejar o atendimento ao Princípio da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Legalidade e que o julgamento das situações encontradas durante a análise dos documentos, será sempre precedido de razoabilidade e proporcionalidade, visando ampliar a competição e seleção da proposta mais vantajosa para o município.

Seguindo o tramite processual a Pregoeira e Equipe, nomeados pela Portaria nº 25/2022, se reuniram para realização da análise demais, documentos de habilitação da empresa vencedora neste certame, bem como diligenciou a fins de autenticidade todos os documentos apresentados.

Da análise documental, constatou que as empresa abaixo anexou na plataforma os documentos de habilitação e proposta e foram recebidos dentro do prazo legal exigido no edital do pregão eletrônico, como segue:

As propostas das empresas foram encaminhadas para equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, para análise técnica, conforme edital.

III – DA DECISÃO

Destarte a análise e observações sobscritas acima esta pregoeira acolhe o parecer técnico anexo nos autos emitido pelo setor responsável e decide:

HABILITAR as empresas abaixo;

VS COSTA E CIA LTDA, item 4.

Referente a análise técnica o item foi aprovado.

JOAO APARECIDO DA SILVA IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS, itens 1, 5.

Referente a análise técnica os itens foram aprovados.

CATIONLAB EQUIP. E PROD. PARA LABORATORIO EIRELI, itens 3, 7, 8.

Referente a análise técnica os itens foram aprovados.

EMERSON NUNES DO EGITO – MEI, item 2.

Referente a análise técnica o item foi aprovado.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação PMVG
Fis. _____

PROC. ADM. Nº. 775842/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2022

Conceder Prazo conforme item 8.7.8 do edital para empresa EMERSON DO EGITO-MEI.

Considerando as Certidões da Procuradoria Geral do Estado- Procuradoria da Dívida Ativa, com data de emissão em 03/03/2022 validade de 30 (trinta) dias, contados da emissão, com vencimento para 03/04/2022, considerando que o certame foi realizado dia 14/04/2022 vencida na data do certame, Certidão de Regularidade do FGTS com vencimento para 28/03/2022, Certidão Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo- Débitos Tributários não Inscrito na Divida Ativa do Estado de São Paulo data de emissão em 07/07/2021 com validade de 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. Concedo o prazo para regularização conforme Lc. 123/06/Lc 147/2014.

INABILITAR, a empresa- **NOVA TECNICA IND. E COM. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA.**

Ao analisar os documentos de habilitação da empresa, foi constatado em seu Balanço Patrimonial, DRE- Demonstração de Resultado de Exercício do ano de 2020, que a empresa ultrapassou em sua receita bruta, o valor anual de R\$ 4.800.000,00, com isso a empresa já havia desenquadrado de EPP e não poderia se beneficiar da Lei Complementar para sagrar-se vencedora do processo licitatório, uma vez que o certame é exclusivo para ME/EPP

Referente a análise técnica o item foi reprovado conforme parecer anexo.

CONVOCA a empresa classificada como **2º colocado SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI**, a manifestar interesse no arremate do **item 06**, conforme edital.

A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

Várzea Grande - MT, 04 de maio de 2022.


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

PREGÃO: 08/2022

ITEM: 04

EQUIPAMENTO: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO

MARCA: SOLIDEESTEL-ESTUFA DIGITAL SSD 40L


FORNECEDOR: VS COSTA E CIA LTDA

DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
9.9.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
9.9.5.3 Declaração de que os produtos referentes ao item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solicitados deverão ter 12 (doze) meses de garantia, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.	X		Na proposta.
9.9.5.4 Apresentar Catálogo/folder e/ou Manual de Operação e/ou Serviços nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		A empresa cumpriu com as especificações da qualificação técnica.

PARECER TÉCNICO FINAL

APROVADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR


Glória T. de Arce
Farmacêutica Bioquímica
CREMAT 570/91


Várzea Grande, 20 de Abril de 2022.

Recebi em 25/04/22
As 16:30 horas
Ass: 




DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2022	ITEM: 01		
EQUIPAMENTO: CAPELA DE FLUXO LAMINAR	MARCA: BECNER – MODELO EAB-G		
FORNECEDOR: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
9.9.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
9.9.5.1 Certificado de registro do equipamento referente ao item 1 emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU.	X		
9.9.5.2 Declaração referente ao item 1 e 8 , de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande), conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.	X		
9.9.5.3 Declaração de que os produtos referentes ao item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solicitados deverão ter 12 (doze) meses de garantia, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.	X		Na proposta.
9.9.5.4 Apresentar Catálogo/folder e/ou Manual de Operação e/ou Serviços nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		A empresa cumpriu com as especificações da qualificação técnica.
9.9.5.5 Apresentar declaração referente ao	X		




DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2022	ITEM: 05		
EQUIPAMENTO: MICROSCÓPIO	MARCA: MARTE - MIC 200		
FORNECEDOR: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
9.9.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
9.9.5.3 Declaração de que os produtos referentes ao item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solicitados deverão ter 12 (doze) meses de garantia, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.	X		Na proposta.
9.9.5.4 Apresentar Catálogo/folder e/ou Manual de Operação e/ou Serviços nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		A empresa cumpriu com as especificações da qualificação técnica.
PARECER TÉCNICO FINAL APROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR			
 Flávia L. de Arce Farmacêutica Bioquímica CREMAT 570/91			

Várzea Grande, 20 de Abril de 2022.

Recebi em 25/04/22
Às 16:30 horas
Ass: 




DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2022	ITEM: 03		
EQUIPAMENTO: ESTUFA INCUBADORA DE DBO	MARCA: LUCADEMA - LUCA - 161/01		
FORNECEDOR: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
9.9.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
9.9.5.3 Declaração de que os produtos referentes ao item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solicitados deverão ter 12 (doze) meses de garantia, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.	X		
9.9.5.4 Apresentar Catálogo/folder e/ou Manual de Operação e/ou Serviços nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		A empresa cumpriu com as especificações da qualificação técnica.
PARECER TÉCNICO FINAL APROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR  Glória F. de Arce Farmacêutica Bioquímica CRF/MT.570/91			


Várzea Grande, 20 de Abril de 2022.

Recebido em 25/04/22
As 16:30 horas
Ass: 



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2022	ITEM: 07		
EQUIPAMENTO: AGITADOR PARA TUBOS	MARCA: NORTE CIENTÍFICA - NA3600		
FORNECEDOR: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
9.9.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
9.9.5.3 Declaração de que os produtos referentes ao item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solicitados deverão ter 12 (doze) meses de garantia, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.	X		
9.9.5.4 Apresentar Catálogo/folder e/ou Manual de Operação e/ou Serviços nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		A empresa cumpriu com as especificações da qualificação técnica.
PARECER TÉCNICO FINAL APROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR			
 Glória F. de Arce Farmacêutica Bioquímica CRE/MT 370/91			

Várzea Grande, 20 de Abril de 2022.

Recebi em 25/04/22
As 16:30 horas
Ass: 



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:


PREGÃO: 08/2022	ITEM: 08
EQUIPAMENTO: CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS	MARCA: KACIL - CCS-02
FORNECEDOR: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	

DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
9.9.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
9.9.5.2 Declaração referente ao item 1 e 8 e de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande), conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.	X		
9.9.5.3 Declaração de que os produtos referentes ao item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solicitados deverão ter 12 (doze) meses de garantia, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.	X		
9.9.5.4 Apresentar Catálogo/folder e/ou Manual de Operação e/ou Serviços nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas, e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		A empresa cumpriu com as especificações da qualificação técnica.

PARECER TÉCNICO FINAL
APROVADO


RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR

Recebido em 25/04/22
As 16:30 horas
Ass: 


Farmacêutica Bioquímica
CREMAT 570/91

Várzea Grande, 20 de Abril de 2022.



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2022	ITEM: 02		
EQUIPAMENTO: DESTILADOR DE AGUA	MARCA: KONDENTECH – ULTRA LIGHT		
FORNECEDOR: EMERSON NUNES DO EGITO - MEI			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
9.9.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
9.9.5.3 Declaração de que os produtos referentes ao item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solicitados deverão ter 12 (doze) meses de garantia, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.	X		Na proposta.
9.9.5.4 Apresentar Catálogo/folder e/ou Manual de Operação e/ou Serviços nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		A empresa cumpriu com as especificações da qualificação técnica.
PARECER TÉCNICO FINAL APROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR			
 Glória F. de Arce Farmacêutica Bioquímica CRF/MT 570/91			

Várzea Grande, 18 de Abril de 2022.



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2022	ITEM: 06		
EQUIPAMENTO: CENTRIFUGA DE BANCADA	MARCA: NOVA TÉCNICA – NT 809		
FORNECEDOR: NOVA TÉCNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
9.9.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
9.9.5.3 Declaração de que os produtos referentes ao item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solicitados deverão ter 12 (doze) meses de garantia, contado do recebimento definitivo dos equipamentos.	X		
9.9.5.4 Apresentar Catálogo/folder e/ou Manual de Operação e/ou Serviços nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		O modelo de centrifuga, apresentado pela empresa, não atende as especificações do Edital. A centrifuga tem capacidade para 08 tubos e foi solicitado um equipamento com capacidade para 16 tubos.
PARECER TÉCNICO FINAL REPROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR			
 Glória F. de Azevedo Farmacêutica Bioquímica CPF nº 3.0731			

Várzea Grande, 20 de Abril de 2022.

