

RE: Esclarecimento PE 08/2022

Licita HPSMVG <licita.hpsmvg@outlook.com>

Qui, 24/03/2022 13:34

Para: Secretaria de Saude Pregao <pregaosmvg@outlook.com>

Boa tarde,

Iremos solicitar a retificação do descritivo.


De: Secretaria de Saude Pregao <pregaosmvg@outlook.com>

Enviado: quarta-feira, 23 de março de 2022 14:51

Para: Licita HPSMVG <licita.hpsmvg@outlook.com>

Assunto: ENC: Esclarecimento PE 08/2022

Boa tarde segue pedido de esclarecimento



Secretaria de Saúde
Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira
Fone: 65 3632-1500
Celular: 65 98475-5680

De: vendas@cationlab.com.br <vendas@cationlab.com.br>

Enviado: quarta-feira, 23 de março de 2022 13:53

Para: pregaosmvg@outlook.com <pregaosmvg@outlook.com>

Assunto: Esclarecimento PE 08/2022

Boa tarde,

Referente ao Pregão Eletrônico nº 8/2022, gentileza responder ao pedido de esclarecimento abaixo.

Sobre o item 6 (Centrífuga de microhematócrito – de bancada, para sorologia, com capacidade para 16 tubos de 15mL)

A descrição acima está incorreta, visto que uma centrífuga de microhematócrito possui rotor para tubos capilares, geralmente 24 provas, e também apresentam alta rotação, geralmente 10.000 a 12.000RPM.

O solicitante do equipamento deseja adquirir um equipamento comum para 16 tubos de 15mL, ou deseja um equipamento para atender microhematócrito conforme descrito acima?

Aguardo retorno, muito obrigada!