



**AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS E CONVOCAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE
INTENÇÕES DE RECURSO.**

Senhores Licitantes,

- Conforme convocação para apresentação das amostras dos licitantes vencedores do processo 09 /2021, que tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES** PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT, as licitantes abaixo atenderam as regras editalicias e encaminharam suas amostras dentro do prazo legal exigido, ao Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - CADIM para análise e avaliação pela equipe designadas no edital, em resposta foi encaminhado a seguinte avaliação conforme (Relatórios em anexo):

DA DECISÃO

Destarte as análises e observações sobscritas acima esta pregoeira decide:

ACATAR as análises das amostras da Equipe designada no edital, tendo em vista que são as detentoras do conhecimento técnico da área e responsáveis pela elaboração do termo de referência e então **APROVAR** as amostras das empresas;

HIPERDENTAL COM E REP. PROD. ODONTO MED HOSP. LTDA EPP, item 96.

DISNORMA COM ATACAD. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA, itens 97,98.

ODONTOESTE LTDA ME, item 120.

COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTANNA, item 121.

GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, itens, 123, 125, 126.

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, itens 155, 156.

MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA – EPP, item 152.

Considerando que a declaração de vencedor pode ser objeto de recurso por parte de qualquer licitante, nos termos definidos pelo edital e conforme disciplina o art. 44 do Decreto Federal n. 10.024/2019, onde o interessado deverá manifestar-se quanto à sua intenção de



PROC. ADM. Nº 716064/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2021

recorrer em campo próprio do sistema, tão logo o Pregoeiro faça a declaração, sob pena de preclusão.

Neste sentido, **CONVOCO** a todos os interessados para a fase de manifestação de recursos que ocorrerá dia **06/07/2021 às 15h30min (horário de Brasília)**, seguindo as regras do item 13.1, do edital, **EXCLUSIVAMENTE** em campo próprio do sistema, assegurando o contraditório e a ampla defesa contra as decisões proferidas por esta pregoeira, sobre este processo.

Essa é a posição adotada pela Pregoeira.

A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

Várzea Grande, 05 de julho de 2021.

Francisca Luzia de Pinho

Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por você. Mais por Várzea Grande.



SECRETARIA DE SAÚDE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 09/2021

LOTE/ITEM: 05022020

PRODUTO: SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 100L

MARCA: RAVA

FORNECEDOR: HIPERDENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP

FABRICANTE: RAVA EMBALAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
96	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; BRANCO LEITOSO; COM CAPACIDADE DE 100 LITROS NAS DIMENSÕES 75 CM LARGURA X 105 CM COMPRIMENTO X 0,10 MM DE ESPESSURA, SEM LACRE, COM SÍMBOLO DE RESÍDUO INFECTANTE IMPRESSO CONFORME ABNT NBR 7500, COM INSCRIÇÃO: RESÍDUO INFECTANTE, ATENDER AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 2 (NBR 9191); DEVE SER REGISTRADA NA ANVISA. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE REGISTRO NA ANVISA. PACOTE COM 100 UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.	RAVA	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X

A avaliação será efetuada pelo responsável técnico ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.

RESULTADO DA AMOSTRA


APROVADO
X


REPROVADO


OBSERVAÇÃO:

A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR


Kelly Cristiane Surian Becker
Farmacêutica/CADIM - CRF: 1000


Dr Carlos Evaristo Metello Costa e Silva
Médico - CRM: 3865


Gideão Boanez do Prado
Gestor Público/CADIM /SMS/VG

Várzea Grande, 28 de Junho de 2021

Recebido em 05/07/21
As 10:38 horas
Ass: 



Prefeitura Municipal de
VÁRZEA GRANDE



SECRETARIA DE SAÚDE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 09/2021

LOTE/ITEM: 34101 / 32880

PRODUTO: SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 40L / 60L

MARCA: POLIMPRESS

FORNECEDOR: DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

FABRICANTE: POLIMPRESS EMBALAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
97	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM, MEDINDO 70 X 40 CM, COM ESPESSURA DE 0,04 MM, BRANCO LEITOSO, COM IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO INFECTANTE, CAPACIDADE DE 60 LITROS, O MATERIAL DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS 9191 E 7500 DA ABNT E RESOLUÇÃO 306 DA ANVISA. SER REGISTRADO NA ANVISA, SEM LACRE, DEVE SER REGISTRADA NA ANVISA. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE REGISTRO NA ANVISA. PACOTE COM 100 UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.	POLIMPRESS	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X
98	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - CONFECCIONADO EM POLIETILENO, 60 CM X 0,05 MM APROXIM., BRANCO LEITOSO, SEM TIMBRE, 40 LITROS, O MATERIAL DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 9191, SEM LACRE, COM SÍMBOLO DE RESÍDUO INFECTANTE IMPRESSO CONFORME ABNT NBR 7500, DEVE SER REGISTRADA NA ANVISA. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE REGISTRO NA ANVISA. PACOTE COM 100 UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.	POLIMPRESS	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X

A avaliação será efetuada pelo responsável técnico ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.

RESULTADO DA AMOSTRA


APROVADO
X


REPROVADO


OBSERVAÇÃO:


A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR


Kelly Cristiane Surian Becker
Farmacêutica/CADIM - CRF: 1000


Dr Carlos Evaristo Metello Costa e Silva
Médico - CRM: 3865


Gideão Boarez do Prado
Gestor Público/CADIM /SMS/VG



Várzea Grande, 28 de Junho de 2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por você. Mais por Várzea Grande.



SECRETARIA DE SAÚDE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO					
QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS					
PREGÃO: 09/2021			LOTE/ITEM: 45886		
PRODUTO: Sonda Uretral Nº 12			MARCA: BIOSANI		
FORNECEDOR: ODONTOESTE LTDA - EPP					
FABRICANTE: BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ONDONTOLÓGICOS LTDA.					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
120	SONDA URETRAL - N.12, COM NO MÍNIMO 25CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEAVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. UNIDADE - CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS COM PONTA ARREDONDADA E FECHADA, COM 1 FURO LATERAL E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO. PADRÃO DE QUALIDADE MARK MED OU SIMILAR). (NECESSÁRIO AMOSTRA)	BIOSANI	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X
A avaliação será efetuada pelo responsável técnico ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.					
RESULTADO DA AMOSTRA					
APROVADO X	REPROVADO	OBSERVAÇÃO: A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.			
 Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica/CADIM - CRF: 1000 Dr Carlos Evaristo Metello Costa e Silva Médico - CRM: 3865 Gideão Boarez do Prado Gestor Público/CADIM /SMS/VG					

Várzea Grande, 28 de Junho de 2021






PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por você. Mais por Várzea Grande.



SECRETARIA DE SAÚDE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO					
QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS					
PREGÃO: 09/2021			LOTE/ITEM: 48276		
PRODUTO: SONDA URETRAL Nº 14			MARCA: BIOSANI		
FORNECEDOR: COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA.					
FABRICANTE: BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ONDONTOLÓGICOS LTDA.					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
121	SONDA URETRAL - N.14, COM 25CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEAVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. UNIDADE. SONDA CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS COM PONTA ARREDONDADA E FECHADA, COM 1 FURO LATERAL E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO. PADRÃO DE QUALIDADE MARK MED OU SIMILAR). (NECESSÁRIO AMOSTRA)	BIOSANI	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X
A avaliação será efetuada pelo responsável técnico ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.					
RESULTADO DA AMOSTRA					
APROVADO X	REPROVADO	OBSERVAÇÃO: A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.			
 Kelly Cristiane Surian Becker Farmacêutica/CADIM - CRF: 1000 Dr Carlos Evaristo Metello Costa e Silva Médico - CRM: 3865 Gideão Boarez do Prado Gestor Público/CADIM /SMS/VG					

Várzea Grande, 28 de Junho de 2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por você. Mais por Várzea Grande.



SECRETARIA DE SAÚDE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 09/2021

LOTE/ITEM: 00966/465 - 00861/465 - 01049/471

PRODUTO: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO PARA INFUSÃO DE MÉDIA PERMANÊNCIA 18G - 20G - 24G

MARCA: MEDIX

FORNECEDOR: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.

FABRICANTE: MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
123	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18 G - EM POLIURETANO, RADIOPACO, MÉDIA PERMANÊNCIA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL, CÂMARA DE REFLUXO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CALIBRE Nº 18G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. UNIDADE NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO.	MEDIX	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X
126	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO PARA INFUSÃO DE MÉDIA PERMANÊNCIA 22 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PORTARIA 1748, DE 30 DE AGOSTO DE 2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EMPREGO DA NORMA REGULADORA 32 QUE "DISPÕE SOBRE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE". CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, RADIOPACO, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL DE DESENHO EM V, CÂMARA DE REFLUXO PLÁSTICO TRANSPARENTE E CÂNULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, CALIBRE Nº 22GA X 1,00, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO.	MEDIX	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X
125	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO PARA INFUSÃO DE MÉDIA PERMANÊNCIA 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PORTARIA 1748, DE 30 DE AGOSTO DE 2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EMPREGO DA NORMA REGULADORA 32 QUE "DISPÕE SOBRE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE". CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, RADIOPACO, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL DE DESENHO EM V, CÂMARA DE REFLUXO PLÁSTICO TRANSPARENTE E CÂNULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, CALIBRE Nº 24GA X 0,75, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO.	MEDIX	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X

A avaliação será efetuada pelo responsável técnico ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.

RESULTADO DA AMOSTRA

APROVADO
X

REPROVADO

OBSERVAÇÃO:

A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR

Kelly Cristiane Surlan Becker
Farmacêutica/CADIM - CRF: 1000

Dr Carlos Evaristo Metello Costa e Silva
Médico - CRM: 3865

Gideão Boanet do Prado
Secretário Público/CADIM/SMS/VG

10:38 horas

Várzea Grande, 30 de Junho de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por você. Mais por Várzea Grande.



SECRETARIA DE SAÚDE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 09/2021

LOTE/ITEM: 3290319097

PRODUTO: FIO CIRURGICO POLIGLACTINA

MARCA: SHALON

FORNECEDOR: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

FABRICANTE: SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
155	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO TRANÇADO COLORIDO, COM COBERTURA DE POLIGLACTINA, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, TAMANHO 4 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT (REFERÊNCIA: VICRYL). NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO	SHALON	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X
156	FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO TRANÇADO COLORIDO, COM COBERTURA DE POLIGLACTINA, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, TAMANHO 4 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT (REFERÊNCIA: VICRYL). NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO	SHALON	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X

A avaliação será efetuada pelo responsável técnico ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.

RESULTADO DA AMOSTRA

APROVADO

X

REPROVADO


OBSERVAÇÃO:


A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR


Kelly Cristiane Surian Becker
Farmacêutica/CADIM - CRF: 1000


Dr Carlos Evaristo Metello Costa e Silva
Médico - CRM: 3865


Gideão Boarez do Prado
Gestor Público/CADIM /SMS/VG



Várzea Grande, 28 de Junho de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por você. Mais por Várzea Grande.



SECRETARIA DE SAÚDE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 09/2021

LOTE/ITEM: 162001

PRODUTO: BRAÇADEIRA NYLON VELCRO - OBESO

MARCA: PREMIUM

FORNECEDOR: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

FABRICANTE: ACCUMED PROD. MED. HOSP. LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
152	BRACAIDEIRA PARA ESFIGMOMANOMETRO - PARA TAMANHO OBESO ADULTO, EM NYLON., COM MANGUITO SEM EMENDAS, COM FECHO EM VELCRO. NECESSÁRIO AMOSTRA.	PREMIUM	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X

A avaliação será efetuada pelo responsável técnico ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.

RESULTADO DA AMOSTRA

APROVADO
X


REPROVADO


OBSERVAÇÃO:

A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR


Kelly Cristiane Surian Becker
Farmacêutica/CADIM - CRF: 1000


Dr Carlos Evaristo Metello Costa e Silva
Médico - CRM: 3865


Gideão Boarez do Prado
Gestor Público/CADIM/SMS/VG

Várzea Grande, 28 de Junho de 2021

