



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
PREGAO: 16/2020	LOTE/ITEM:		
FORNECEDOR: ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NAO	
10.9.1- Apresentar atestado de capacidade técnica em original ou cópia autenticada em cartório, apresentando o documento original, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o fornecimento de materiais/produtos e insumos odontológica ou produtos para saúde.	X		OBSERVAÇÕES * O Item 19- REPROVADO , porque o produto não atendeu a especificação do Edital, pois não se comprovou que o produto ofertado na proposta tenha 100 micras de espessura conforme determina no edital
10.9.2- Não será aceito atestado emitido pela própria licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, pois a licitante não possui impessoalidade necessária para atestar sua própria capacidade técnica.	X		
10.9.3- Os atestados devem conter:	X		
10.9.3.1- CNPJ e endereço atualizado da licitante;	X		
10.9.3.2- Indicação do número do contrato ou do empenho que originou a contratação;	X		
10.9.3.3- Relatório dos produtos fornecidos;	X		
10.9.3.4- Nome completo, CPF, telefone, cargo e assinatura do responsável pela sua emissão.	X		
10.9.4- Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos produtos entregues, o nome e cargo do declarante.	X		



administrativas necessárias.			
10.9.5.6- Ficarà a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária (ANVISA).	X		
PARECER TECNICO FINAL			
O item 19 que faz parte da proposta, foi REPROVADO por não atender as especificações do Edital.			
RESPONSAVEL TECNICO AVALIADOR			
 Andréa Regina do Nascimento Vrech Coelho Superintendente Saúde Bucal/SMS-VG			

Várzea Grande-MT, 14 de abril de 2020.

PROTOCOLO Nº	
Data: 15/04/20	Hora: 09:09
Resp:	
Licitação - P. M. V. G.	



Item 19- Carbono em fita para oclusão- Marca: IMPLA



FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS
IMPLA PAPEL CARBONO

Nº FT: 0118
DATA DE REVISÃO: 16/08/2019
Página 1 de 2

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: IMPLA
Modelo: PAPEL CARBONO BICOLOR
PAPEL CARBONO AZUL
Código Interno: 13177
13176

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
IMPLA PAPEL CARBONO

Nome produto:
Empresa:
SOUZA & LEONARDO LTDA
Endereço:
Rua Vitor Valpério, 343 – Bairro Anchieta
CEP: 90200-230
Porto Alegre – Rio Grande do Sul
Contato:
E-mail: resp_tecnico@licitacoes.londrina.br

3. CARACTERÍSTICAS

Especialidade: Odontológica
Especificação física: Bloco c/ 12 folhas de papel
Composição: Papéis especiais
Óleo vegetal
Vaselina
Ceras vegetais
Pigmentos

4. DESCRIÇÃO

O IMPLA PAPEL CARBONO é um material de uso odontológico, distribuído pela MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME, confeccionado em papel e embalagem plástica contendo 12 unidades.

