



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 30/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
15/09/2023 08:26	Solicitamos esclarecimentos sobre informações de duplo entendimento: No item 01, primeiramente no 4º parágrafo pede 03 portas de vidro duplo, porém mais adiante no 8º paragrafo pede portas em vidro triplo. Qual dos dois tipos devem ser atendidos? ainda no item 01, o último parágrafo pede Bateria mínima de 24 horas de autonomia e depois pede 48 horas de autonomia. Qual das duas capacidades em horas devem ser atendidas?. Agora com relação ao item 02 ao final do sexto parágrafo pede: ILUMINAÇÃO INTERNA EM TODAS AS PRATELEIRAS, nunca vimos tal solicitação, vocês querem uma iluminação em cada gaveta? (pois o edital pede gavetas), ou apenas a iluminação interna da câmara que é de alta capacidades para iluminar todo interior do equipamento é suficiente? Para que haja um fornecimento claro e objetivo precisamos entender melhor tais pontos. Certos da compreensão aguardamos retorno.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
19/09/2023 09:28	Foi verificado pela equipe tecnica responsável pela descrição dos itens, que os questionamentos da empresa são verídicos, portanto resolveu suspender para retificar, conforme CI anexo.	RESPOSTA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EMPRESA ELBER.pdf	https://lanqaletronico.blob.core.windows.net/impachmentanswers/48483a2ec8db4606a25c1dc4ffec1b1c.pdf

FRANCISCA LUZIA DE PINHO
VÁRZEA GRANDE-MT - 19/09/2023

Gerado em: 19/09/2023 09:28:34



De: Gerência de Vigilância Epidemiológica - Alessandra Carreira	Para: Relva Cristina Silva de Moura Teixeira - Superintendente de Vigilância em Saúde;	Data: 18/09/2023	Nº CI. 88-SVS/SMS-VG
---	--	------------------	----------------------

Assunto: Solicitação de suspensão do prazo do PE 030/2023

Cumprimento V.S.^a cordialmente e,

Considerando a impugnação recebida em 15/09/2023 realizada pela empresa Elber acerca do pregão eletrônico 030/2023 cujo o objeto é o registro de preços para a futura e eventual aquisição de câmaras frias para a Central da Rede de frio e para as salas de vacina das unidades de saúde do município de Várzea Grande-MT, vimos por meio deste solicitar a suspensão do prazo para a correção do descritivo dos itens 1 e 2 do referido pregão.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para sanar quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Alessandra Carreira R. Gajardoni
Gerente de Vigilância
Epidemiológica SMS/VG

Alessandra Carreira

Gerente de Vigilância Epidemiológica

Relva Cristina Silva de Moura Teixeira

Superintendente de Vigilância em Saúde

