



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fis. _____

PROC. ADM. 743997/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2021

ANÁLISE E JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE AMOSTRA.

PREGÃO ELETRONICO N.39/2021

I – PRELIMINAR

• Trata-se da análise e julgamento dos documentos de habilitação e aceitabilidade das propostas de preços das empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 39/2021, que tem por **objeto**: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, SERINGAS E EXTENSORES COM CESSÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO E BOMBAS DE SERINGA EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

• A sessão de abertura do certame em tela ocorreu em **11/11/2021 às 14h30min (horário de Brasília)**, de forma eletrônica pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br), com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR LOTE**, havia 02 (dois) para disputa, porém sendo admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para o lote.

Pautados pelos princípios licitatórios, na data prevista foi aberto o certame nas condições estabelecidas no Edital, e seus anexos, na oportunidade 1 (uma) empresa cadastraram proposta com intenção de contratar com esta municipalidade, como se segue:

São participantes deste certame as empresas:

SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Após a finalização da disputa de lances do processo, sagrou-se como vencedora a licitante:

SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, lote 01 e 02.

Destaque-se Este certame será regido pela Lei Federal. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas Leis Complementares. 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decretos Federais nº. 3.555/2000, 7.892/2013, 9.488/2018 e 10.024/2019, Leis Municipais nº. 3.515/2010 e 4.092/2015, Decretos Municipais nº. 09/2010, 32/2005, 86/2018 e 54/2019 e suas alterações, e demais legislações complementares, e condições estabelecidas neste Edital, e seus anexos.

II – DA ANÁLISE E DO PARECER

Cumprir registrar, que em sede de licitação, todos os atos da Administração devem sempre almejar o atendimento ao Princípio da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Legalidade e que o julgamento das situações encontradas durante a análise dos documentos, será sempre precedido de razoabilidade e proporcionalidade, visando ampliar a competição e seleção da proposta mais vantajosa para o município.

Seguindo o trâmite processual a Pregoeira e Equipe, nomeados pela Portaria nº 02/2021, se reuniram para realização da análise demais, documentos de habilitação da empresa vencedora neste certame, bem como diligenciou a fins de autenticidade todos os documentos apresentados.

Da análise documental, constatou que as empresas abaixo anexaram na plataforma os documentos de habilitação e proposta e foram recebidos dentro do prazo legal exigido no edital do pregão eletrônico, como se segue:

Os documentos de habilitação técnica das empresas foram encaminhados para equipe técnica da Secretaria de Saúde, para análise. Segue parecer técnico anexo.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fis. _____

PROC. ADM. 743997/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2021

III – DA DECISÃO

Destarte as análises e observações sobscritas acima esta pregoeira acolhe o parecer técnico emitido pelo setor responsável e decide:

HABILITAR a empresa **SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Da análise da equipe técnica lote 01 REPROVADO, conforme análise técnica anexo.

Lote 02-APROVADO.

COMVOCAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS DO LOTE 02.

CONVOCA, considerando o item **14.15.1** do edital.

14.15.1. É condição básica e imprescindível que a empresa **HABILITADA (após declaração formal dos pregoeiros) e convocação**, no prazo de 02 (dois) dias úteis, apresentem amostra dos produtos que se sagrou vencedora, **para demonstração/teste funcional.**

14.15.2. As amostras deverão ser ENTREGUES no **Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos CADIM**, sito a Avenida da FEB, nº 2138, Bairro: Ponte Nova, Várzea Grande-MT, CEP 78.115-904, de segunda a sexta das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min para parecer, análise e avaliação da equipe Técnica Multidisciplinar Nutricional do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Informo ainda que os autos do processo administrativo permanecerão com vistas e/ou cópia franqueada aos interessados na superintendência de licitações conforme disposto no Art. 7º da Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.

Visando o princípio da transparência e publicidade todos os licitantes participantes serão informados via e-mail (cadastrado na plataforma), site do município e plataforma do BLL de todas as fases.

A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

Várzea Grande - MT, 29 de novembro de 2021.


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E 39/2021

FORNECEDOR: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 58.426.628/0001-33

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1 - Atestado de Capacidade Técnica	X		
2 - Autorização de Funcionamento da Empresa expedida pela ANVISA.	X		
3 - Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal.	X		
4 - Registro do Produto ou Isenção - Expedido pela ANVISA/MS.	X		
5 - Certificado de Boa Práticas de Fabricação e Controle (CBPF)	X		
6 - Declaração – Certificado do INMETRO do equipamento quando for o caso.	X		
7 - Laudo de Calibração de cada bomba de infusão e seringa entregue.	X		
8 - Garantia de que o produto fornecido será substituído, sem ônus para SMS, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos.	X		
9 - Apresentar Declaração de Treinamento Técnico/Operacional.	X		
10 - Caso Material seja Importado, certificado do país de origem com tradução juramentada.		X	N/A
PARECER TÉCNICO			
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A empresa cumpriu com os requisitos da qualificação técnica, exceto para o item 04 do lote 01, o item não atende o descritivo do edital.	Responsável Técnico Avaliador: Kelly Cristiane Surian Becker CRF-MT:1000		
LOTE 01 – REPROVADO LOTE 02 – APROVADO	Gideão Boarez do Prado Gestor Público		

Várzea Grande 26 de Novembro de 2021.

