



DE: CADIM – Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - SMS/VG	PARA: PREGOEIRA A/C Julie	DATA: 18/09/2023	C.I. Nº 634/2023
---	------------------------------	---------------------	---------------------

Assunto: Resposta Pedido de esclarecimento.

Referente a solicitação de esclarecimento da empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, quanto ao Item 02, 03 e 04 do Lote 01, e itens 06 e 08 do Lote 02, e com relação aos equipamentos – Pregão Eletrônico nº16/2023, segue manifestação técnica:

DO QUESTIONAMENTO:


ITEM 02 – LOTE 01

***Item 02 - EQUIPO DE PRIMER REDUZIDO PARA ADMINISTRAÇÃO**

DE SOLUÇÕES PARENTERAIS – Gostaríamos de esclarecer sobre o acesso para conexão sem agulha, se serão aceitos equipo parenteral com membrana auto cicatrizante?

ITEM 03 – LOTE 01

***Item 03 – equipo fotossensível com bureta:** A descrição não ficou clara, surgindo dúvidas referente ao item mencionado. Para que não haja dúvidas e erro na cotação, gostaríamos de esclarecer se o equipo para nutrição parenteral necessita ser somente fotossensível ou obrigatoriamente precisa ter em sua composição a bureta como descrito no item?



CADIM- CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS

Av da Feb , Nº 2138 – PONTE NOVA - VÁRZEA GRANDE – MT.

FONE: 65-98475-7218



ITEM 04 – LOTE 01

***Item 04 – equipo enteral:** será aceito equipos enterais com tubo translucido, com conectores na cor lilás, atentando-se aos conectores incompatíveis com os sistemas intravenosos e de colorações diferentes, atendendo todas as normas exigidas pelos órgãos responsáveis como INMETRO e ANVISA?"

ITEM 06 e 08 – LOTE 02

LOTE 02

Itens 06 e 08 – seringas de 60ml e 20ml, na descrição solicita bico slip. Precisamos esclarecer estes pontos, pois o mais seguro e usual nas bombas de seringas é o bico luer lock, pois evita extravasamento nas infusões.

Mediante a isto, gostaríamos de sugerir a mudança ou aceitação do órgão para o bico luer lock.

EQUIPAMENTOS

- Outro ponto a ser esclarecido, é com relação aos equipamento, deveram ser novas? De únicos uso?

DO ESCLARECIMENTO:

ITEM 02 – LOTE 01

Será admitido, equipo com conexão, com o uso ou não de agulhas. O edital será retificado.

ITEM 03 – LOTE 01

O item deve ser ofertado conforme descritivo do edital, o equipo fotossensível sem bureta refere-se ao item 01 do mesmo lote.

ITEM 04 – LOTE 01

O item deve ser ofertado conforme descritivo do edital.



ITEM 06 e 08 – LOTE 02


O item deve ser ofertado conforme descritivo do edital, entretanto, será admitido bico luer lock, desde que seja perfeitamente compatível com os demais itens do lote bem como o equipamento a ser ofertado em comodato pela empresa vencedora.


EQUIPAMENTOS

Item 14.3.2 do Edital – “O produto/equipamento fornecido deverá ser novo, nunca utilizado, sendo proibido o fornecimento de material usado ou recondicionado.”

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Gideão Boanez do Prado
Gestor Público CADIM/SMS/VG


Kelly Cristiane Surian Becker
Farmacêutica - CADIM/SMS/VG
CRF-MT: 1000