



CI DIR. GERAL Nº 20 /2022

Várzea Grande, 29 de Novembro de 2022

De: Dra Maria das Dores Gonçalves
Diretora Técnica HPSMVG

Para: Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento impetrada pela empresa HOSPCON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI referente ao Pregão Eletrônico 017/2022.

Prezada,

Considerando o pedido de esclarecimento impetrado pela empresa HOSPCON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI, referente Pregão eletrônico nº 17/2022, esclarecemos:

Dos questionamentos:

1. *Item 15 – MONITOR MULTIPARAMETROS: “Possui menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e tela touch screen;” e questionamos se serão aceitos equipamentos que possuem apenas tela touchscreen, sem o seletor giratório*

Não seria possível, deve possuir touchscreen e botão giratório.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dra. Maria das Dores Gonçalves
Diretora Técnica HPSMVG
Matrícula: 32247

Dra Maria das Dores Gonçalves
Diretora Técnica HPSMVG

| | |
|-----------|-------------|
| Recebi em | 29/11/22 |
| As | 13:14 horas |
| Ass: | |