



DE: Superintendência do CADIM: Danielle Campos	PARA: SUPLIC/SAD Pregoeira: Francisca Luzia de Pinho	DATA: 17/08/2018	C.I. nº: 390/2018
--	---	----------------------------	-----------------------------

Assunto: Parecer da Habilitação Técnica e Amostra

Prezada Senhora,

Em resposta à Comunicação Interna 227/2018/SUPPLIC/SAD, datada de 09 de Agosto de 2018, do processo nº 518964/2018, referente ao Pregão 40/2018, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - **FIOS CIRÚRGICOS**, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT, que solicita que procedamos à análise de documentos referente à **Qualificação Técnica** da empresa:

• **MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP**

1 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1. Atestado de capacidade técnica – **OK**
2. Certificado de boas práticas de fabricação – **OK**
3. Autorização de funcionamento do licitante – **OK**
4. Licença sanitária municipal ou estadual – **OK**
5. Certificado de registro do produto ou isenção – **OK**

2. DAS AMOSTRAS:

2.1 As amostras apresentadas deverão estar identificadas, com etiqueta, contendo:

- ✓ número do processo licitatório - **ok**
- ✓ número do item no processo - **ok**
- ✓ descritivo do item idêntico ao do EDITAL - **ok**
- ✓ nome e carimbo do CNPJ da empresa no verso - **ok**
- ✓ número do registro sanitário na ANVISA/Ministério da Saúde - **ok**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

SUS  **SECRETARIA DE SAÚDE**

- ✓ certificado do INMETRO, quando for o caso - **ok**

3.2 DA FORMA DE JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS PELA EQUIPE TÉCNICA

- ✓ Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do edital, bem como se a mesma está dentro daquilo que a licitante apresentou como proposta. - **ok**
- ✓ Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade da mesma, se o objetivo de uso será alcançado sem prejudicar o paciente e o usuário e sem comprometer a técnica, dentre outros pontos:
- ✓ Resistência do fio a tração - **ok**
- ✓ Resistência da agulha - **ok**
- ✓ Bisel afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação - **ok**
- ✓ Atendimento as norma técnica da abnt- nbr 13904 - **ok**

A EMPRESA **MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**, CNPJ sob nº12.407.590/0001-50 entregou as amostras referente aos itens: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 34 e as mesmas atendem às especificações exigidas no edital.

Josenice Figueiredo Sousa

Coordenadora de Enfermagem HPSM/VG
COREN 34024

Danielle Cristina Leite Martins de Campos

Superintendente do CADIM/SMS/VG
CRF-MT 2072

PROTOCOLO Nº	
Data: <u>22/08/18</u>	Horas: <u>8:30</u>
Resp.: _____	
Setor de Licitação - P.M. V. G.	