



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

CIN. 479/2018

Várzea Grande-MT, 26 de dezembro de 2018.

Ilmo Sr^a.

Francisca Luzia de Pinho


Pregoeira

Assunto: Parecer Técnico

Prezada Pregoeira,

Pela presente encaminhamos a V.s^a., avaliação das amostras do Pregão Eletrônico nº 75/2018, referente aos itens 1,2,3 e 4, para as devidas providencias cabíveis.

Atenciosamente,




Enedil Ana Mendes da Silva
Enedil Ana Mendes da Silva
Superintendente de Aquisição

TABELA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO: 75/2018	
FORNECEDOR: SANTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	
DESCRIÇÃO:	Marca:
ITEM 01: EQUIPO FOTOSSENSÍVEL-FINALIDADE-P/INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPATÍVEL C/ A BOMBA COM FILTRO DE RESTRIÇÃO DE PARTÍCULAS, APRESENTAÇÃO EM UNIDADE. AVULSA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PROIBIDO REPROCESSAR.	SANTRONIC
ITEM 02: EQUIPO DE PRIMER REDUZIDO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, UTILIZADO EM BOMBA DE INFUSÃO DE SISTEMA LINEAR DE USO ÚNICO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, FILTRO DE SOLUÇÃO, TUBO EM PVC, ACESSO PARA CONEXÃO SEM AGULHA, LUER LOCK ROTATIVO E PROTETOR CARTA FLUXO. APIROGENICO ATÓXICO TUBO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 160CM.	SANTRONIC
ITEM 03: EXTENSOR DE PERFUSÃO PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBAS DE SERINGA, RECOMENDADO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS POR BOMBA DE SERINGA; ESTÉRIL DE USO ÚNICO; DESCARTÁVEL ATEROGÊNICO, ATÓXICO TUBO DE COMPRIMENTO APROXIMADO DE 150 CM EM MATERIAL PE (POLIETILENO) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, LIVRE DE LÁTEX, TERMINAIS CONECTORES TIPO LUER LOCK MACHO E FÊMEA COM TAMPAS PROTETORAS DE FIXAÇÃO FIRME E DE FÁCIL REMOÇÃO. DIÂMETROS INTERNOS E EXTERNOS DE 1.0 E 2.0 MM, RESPECTIVAMENTE, PRIME APROXIMADAMENTE 1,2 ML E FRENCH 3. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO VALIDADE, NUMERO DE LOTE. CÓDIGO DO PRODUTO BR9004132 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 80145110171.	SANTRONIC
ITEM 04: SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML EM PLÁSTICO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO INTEGRA E TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENTE, CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA EMBOLO EM BORRACHA ATÓXICA, BICO SLIP SEM AGULHA.	SANTRONIC

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
Possui algum alerta de restrição na ANVISA?		X	
A amostra atende ao descritivo do edital, bem como se corresponde à proposta apresentada?	X		
Atende no que tange à qualidade, à fragilidade, à durabilidade?	X		
O objetivo de uso será alcançado sem prejudicar o paciente ou o usuário e sem que se comprometa a técnica?	X		
PARECER TÉCNICO			
APROVADO	OBSERVAÇÕES: A bomba de infusão e a bomba de seringa foram entregues e apresentadas nas condições solicitadas e em conformidade com as especificações do Termo de Referência, ambas atendem às necessidades do Município.		

Várzea Grande, 21. Dezembro de 2018.


Danielle Cristina

Assinatura Responsável Técnico Avaliado


Josenice Aguiar de Sousa
Enfermeira
127.24024