



CI Nº 115/Sup. Aquisição/SMS/2020

Várzea Grande-MT, 22 de Junho de 2020.

A Licitação

A/C Pregoeira Francisca Luzia de Pinho

PROTOCOLO Nº

Data: 23/06/20 Hora: 8:00

Resp.: _____

Setor de Licitação - P. M. V. G.

Assunto: Solicitação de errata

Senhora Pregoeira,

Solicito que seja realizada ERRATA ao edital do Pregão Eletrônico n. 31/2020, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES** PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIPTIVO	CÓD.TCE	CÓD UNID	APRESENTAÇÃO	QTD	VLR UNIT	VLT TOTAL
35	SONDA DE ASPIRAÇÃO PARA TUBO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO PEDIATRICO - SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO - COMPOSTO POR: SONDA DE ASPIRACAO AUTRAUMATICA DE DUPLA DENSIDADE COM CATETER MOUNT COM SUPERFICIE INTERNA LISA E UMA CARTELA DE ADESIVO PARA CONTROLAR O DIA DA TROCA, EM MATERIA PRIMA DOS COMPONENTES EM POLIPROPILENO, POLIESTILENO, BORRACHA NITRILICA, RESINA K, PVC E SILICONE, ATOXICO,FLEXIVEL,TRANSP. LIVRE DE DEHP (FTALATO), APIROGENICO, ESTERIL A OXIDO DE ETILENO - LIVRE DE LATEX, MEDINDO 36 CM COMPR. 8 FR., BROSCOSCOPIA, COM GRADUACAO, COM ORIFICIOS LATERAIS E DISTAL, PONTA ARREDONDADA, LUVÁ EM PLASTICO SILICONIZADA NO CORPO DA Sonda, ADAPTADOR COM CONEXAO EM Y COM DUPLD SWIVEL (PIVO GIRATORIO 360) COM CAMARA FECHADA PARA ISOLAR A Sonda, COM VIA DE INSTILACAO PARA FLUIDIFICACAO DA SECRECAO E LIMPEZA INTERNA DA Sonda, COM VALVULA PARA CONTROLE DE VACUO COM TRAVA E DUAS TAMPA DE VEDACAO PARA TROCA, CONECTOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90	237067-0	1	UND	1.000	0,4000	4.4000


LEIA SE:

ITEM	DESCRIPTIVO	CÓD.TCE	CÓD gestaos	APRESENTAÇÃO	QTD	VLR	VLT
------	-------------	---------	----------------	--------------	-----	-----	-----



			UNID			UNIT	TOTAL
35	SONDA DE ASPIRAÇÃO PARA TUBO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO PEDIATRICO - SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO - COMPOSTO POR: SONDA DE ASPIRACAO AUTRAUMATICA DE DUPLA DENSIDADE COM CATETER MOUNT COM SUPERFICIE INTERNA LISA E UMA CARTELA DE ADESIVO PARA CONTROLAR O DIA DA TROCA, EM MATERIA PRIMA DOS COMPONENTES EM POLIPROPILENO, POLIESTILENO, BORRACHA NITRILICA, RESINA K, PVC E SILICIONE, ATOXICO,FLEXIVEL,TRANSP. LIVRE DE DEHP (FTALATO), APIROGENICO, ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO - LIVRE DE LATEX, MEDINDO 36 CM COMPR. 8 FR., BROSCÓPIA, COM GRADUAÇÃO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS E DISTAL, PONTA ARREDONDADA, LUVA EM PLÁSTICO SILICONIZADA NO CORPO DA SONDA, ADAPTADOR COM CONEXÃO EM Y COM DÚPLO SWIVEL (PIVO GIRATORIO 360) COM CAMARA FECHADA PARA ISOLAR A SONDA, COM VIA DE INSTILAÇÃO PARA FLUIDIFICAÇÃO DA SECREÇÃO E LIMPEZA INTERNA DA SONDA, COM VALVULA PARA CONTROLE DE VACUO COM TRAVA E DUAS TAMPAS DE VEDAÇÃO PARA TROCA, CONECTOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAÚDE, APRESENTAÇÃO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90	237067-0	1	UND	1.000	4,4000	4.4000

Atenciosamente,



Diógenes Marcondes
Secretário de Saúde/SMS