



Comunicação Interna nº 401/ Aquisição/SMS/2019

Várzea Grande-MT, 21 de maio de 2019.

À Superintendência de Licitação/SAD

Francisca Luzia de Pinho

Pregoeira

Senhora Pregoeira,

Vimos por meio desta, manifestar quanto ao pedido de esclarecimento referente ao **ITEM 107** do Pregão Eletrônico N. 30/2019, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES**, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.

A lanceta com sistema retrátil cuja agulha é 30G apresenta maior abrangência na hora da utilização sendo assim atende melhor o nosso município, mas não significa que a 28G seja contra indicada, visto que o calibre é bem tolerado no que se refere a atendimento em crianças e idosos.

Porém o descritivo na nota fiscal não pode mudar, tem que ser igual ao do edital para que não haja nenhuma divergência no momento do pagamento.

Sendo assim, não podemos aceitar a lanceta com sistema retrátil cuja agulha é divergente ao descritivo do edital.

Atenciosamente,


Danielle Cristina Leite Martins de Campos
Superintendente do CADIM/SMS

PROTOCOLO Nº	
Data: <u>21/05/19</u>	Hora: <u>17:29</u>
Resp.: <u>[assinatura]</u>	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	