

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE



Nr. Remessa: 00287390

Data Remessa: 2017-04-27



Hora: 13:28

Enviado Por: Francisca Luzia de Pinho

Destino: SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Observação: ENCAMINHO CI N.269/2017 RESPOSTA DA CI
N.113/2017, REFERENTE PREGÃO N.07/2017.

Nr Processo 00417382/16 Requerente SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL
Tipo Documento PROCESSO LICITATÓRIO

Assinatura Recebimento	Assinatura Envio
	
28/04/2017	

h.107



COMUNICAÇÃO INTERNA

De. Superintendente de	Sup. de Licitação	Data:	Nº CI
Gestão		28/04/ 2017	269

Senhor Pregoeiro,

Sirvo-me do presente, preliminarmente, para externar o meu apreço e consideração para com V.S.^a.

Em resposta a CI nº 113/2017, referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2017, segue anexo CI nº 2130/2017 da equipe técnica.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para sanar eventuais dúvidas e deste já, agradeço à atenção.

Atenciosamente,

Enedil Ana Mendes da Silva
Superintendente de Gestão

Recebido por:	Data de Recebimento:



Senhora Superintendente de Gestão,

Conforme solicitado, segue no anexo quadro com o parecer a respeito dos produtos e empresas que concorreram ao Pregão Eletrônico Nº 07, encaminhados através da CI Nº 113/2017 Superintendência de Licitação de 26/04/2017, Nr. Remessa 00287390.

Atenciosamente,

Narciso Santana da Silva
Assessoria de Gabinete SMS/Varzea Grande

Dat: Assessoria GAB/Coordenação de Saúde Bucal	Para: Superintendência de Gestão	CI: 2130/2017/SMS	Data: 28/04/2017
--	-------------------------------------	----------------------	------------------



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
EQUIPOS COMERCIAL LTDA	2/Kit contendo alta e baixa rotação: caneta de alta rotação, micro- motor e contra-ângulo	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017. A caneta de alta rotação apresentada no folder da empresa não atende em relação ao rolamento cerâmico com estrutura em latão que visa diminuir quebras e manutenção. O micro motor apresentado no folder não tem sistema reverso no sentido da rotação. O contra ângulo não apresenta, na descrição, a presença de spray único externo.	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Leve, silenciosa, com spray triplo de irrigação. Rotação mínima de 400.000 rpm, sem uso de saca brocas. Rolamento cerâmico com estrutura de latão, autoclavável. MICRO MOTOR: Com sistema intra de encaixe - (ISO 3964), com reverso no sentido da rotação, spray único externo, corpo de alumínio e autoclavável. CONTRA ÂNGULO: Com spray único externo e trava de brocas, com encaixe intra, que permita giro de 360 graus.(Garantia mínima de 06 meses a partir da data da emissão da NF). Que atenda a norma ISO 3964.	Alta Rotação Push Button: Autoclavável 135° Pinça em aço temperado uniforme Acompanha 1 lubrificante na própria embalagem Encaixe Borden universal Rotação máxima de 420.000 rpm Baixo ruído - 64 decibéis Troca de brocas através de um botão de cabeça Micro Motor Intra: Sistema intra de funcionamento Rolamento de alta qualidade Autoclavável 135° Rotação máxima de 20.000 rpm Refrigeração acoplada Contra ângulo intra: Rotação máxima de 20.000 rpm Corpo em alumínio para garantir um conjunto uniforme Pinça temperada uniforme Sistema de rolamento Autoclavável 135° Refrigeração acoplada
	3/Peça reta	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017, vez que o lote 2, que contém o contra ângulo foi reprovado.	PEÇA RETA adaptável ao micro-motor referido no item anterior, com sistema intra de encaixe, giro de 360 graus, spray externo e autoclavável. Deve ser da mesma marca do contra ângulo. (ISO-3964)	Ponta Reta: Sistema intra de funcionamento Rolamento de alta qualidade Encaixe intra Pinça temperada uniforme Autoclavável 135° Refrigeração acoplada
	8/Destilador de água	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1	DESTILADOR DE ÁGUA: em aço inox, presente destilação de água tipo Pilsen, desligamento	Especificações Técnicas Cor: Branca Capacidade 4 litros



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
EQUIPOS COMERCIAL LTDA			do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017 pois o produto apresentado tem a capacidade de destilar 4 litros, abaixo dos 10 litros especificados no referido edital.	automático na falta de água, capacidade de destilação: 10 litros por hora. 220 V. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de emissão da NF.	Potência 127 V – 550 Watts/220V – 450 Watts Voltagem: 127 V ou 220V Frequência: 60 Hz
	10/Lavadora ultrassônica	Aprovado. O produto modelo CD 4860 apresentado no folder atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017			
	13/Conj. Portátil com carrinho para oxigenação	Aprovado. O produto apresentado no folder atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017, vez que a descrição é exatamente a mesma da apresentada no referido edital.			
	14/Mini incubadora	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017 vez que a potência do equipamento apresentado no folder é de 5 Watts, metade da potência solicitada de 10 Watts.		
	19/Vibrador para gesso	Aprovado, o produto apresentado no folder atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017			