



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE


**Nr. Remessa:** 00295631**Data Remessa:** 2017-06-21**Hora:** 11:46**Enviado Por:** Francisca Luzia de Pinho**Destino:** SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**Observação:** ENCAMINHO RESPOSTA CI 165 E 166/2017
DA EQUIPE TECNICA REFERENTE PREGAO 07/2017**Nr Processo** **Requerente**
00417382/16 SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL**Tipo Documento**
PROCESSO LICITATÓRIO

Assinatura Recebimento

22/06/2017

1417

Assinatura Envio



COMUNICAÇÃO INTERNA

De. Superintendente de Gestão	Sup. de Licitação	Data: 22/06/ 2017	Nº CI 326
----------------------------------	-------------------	----------------------	--------------

Senhor Pregoeiro,

Sirvo-me do presente, preliminarmente, para externar o meu apreço e consideração para com V.S.^a.

Em resposta a Ci nº 165/2017 e 166, referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2017, segue anexo CI nº 3301/2017 e 3302 da equipe técnica.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para sanar eventuais dúvidas e deste já, agradeço à atenção.

Atenciosamente,


Enedil Ana Mendes da Silva
Superintendente de Gestão




Da: Assessoria GAB/Coordenação de Saúde Bucal	Para: Superintendência de Gestão	CI: 3301/2017/SMS	Data: 22/06/2017
---	-------------------------------------	----------------------	------------------


Senhora Superintendente de Gestão,

Conforme solicitado, segue no anexo quadro com o parecer a respeito dos produtos e empresas que concorreram ao Pregão Eletrônico N° 07, encaminhado através da CI N° 166/2017 Superintendência de Licitação de 21/06/2017, Nr. Remessa 00295783.

Atenciosamente,



Narciso Santana da Silva
Assessoria de Gabinete SMS/Várzea Grande






Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa (catálogo)
Cirúrgica Gonçalves LTDA - EPP	06/Fotopolimerizador	Reprovado	O equipamento não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017, vez que o modelo apresentado, apesar de sem fio, não apresenta tecnologia wireless (com carregamento direto na base) que permite liberdade de utilização e carregamento mais rápido.	FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho de fotopolimerização de resina, wireless com sistema LED e potencia mínima de 1200 m/cm ² , com um único led, sinal sonoro de 5 em 5 segundos até 20. Apresente no mínimo 3 funções, sendo elas, gradual, pulso e contínua de intensidade de luz, potencia máxima superior a 500 mW/cm ² com ponteira semi orientada em aço inox (blindada), para melhor condução de luz.	MODELO EMITTER G – A BATERIA SCHUSTER Comprimento sem a ponteira: 15,8 cm Alimentação: Bivolt automático 90 – 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso da peça de mão: 0,100 Kg Peso Bruto: 0,320 Kg Comprimento de onda: 420 à 480 nm Emissor de luz: Led (light emitting diode) – Luz Azul Bateria: 3,7V / 750 mA Potência de luz: 1250 mW/cm ² Programações Características Acessórios Especificações APLICAÇÕES: Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. TECNOLOGIA: À Bateria (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm ²). OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Display digital. Tempos de aplicação disponíveis: 10, 20, 60 e 99 segundos.





Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa (catálogo)
					Tempo máximo de uso contínuo: 200 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Radiômetro interno automático. Matern estabilizada a potencia de luz. Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio Anodizado.
	16/Raio X Odontológico 70 KVP	Reprovado	O equipamento não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017, vez que a base solicitada deve ter formato em "U" e não em X, conforme folder fornecido pela empresa também não há menção do sistema de proteção (interrupção do processo) no caso de oscilação de energia. Não foi apresentado o certificado de radiação	RAIO X ODONTOLÓGICO 70 KVP: coluna móvel, com rodízios e base tipo "U", corrente de 8 ma, tubo direcional revestido de chumbo, sistema de proteção de oscilação de energia com regulador de tensão incorporado (que aborte o processo em caso de oscilação de energia). Controle remoto com cabo de disparo espiralado que possua programação de técnicas radiográficas conforme o biotipo do paciente com seleção de tipo de filme a ser utilizado, tomadas para radiografias oclusais, interproximais com memorização dos casos anteriormente selecionados. Obedeça à norma internacional de radio proteção IEC 601 e Portaria nº 453 ANVISA. Deve estar acompanhado do certificado de radiação de fuga emitido	MODELO COLUNA MÓVEL XDENT. A melhor definição da imagem. Os aparelhos de 70 KvP da Xdent, necessitam de menor tempo de exposição proporcionando maior segurança para o operador e paciente. O comando disparador digital é microprocessado com display centesimal em cristal líquido e pode ser utilizado de forma manual ou através de programações para a seleção de tomada periapical pelo tipo de paciente, filme e dente. Possui tecla de atalho para utilização com sistema de sensor digital com posições predeterminadas. Possui cabo

140



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa (catálogo)
			de fuga.	por físico credenciado. Garantia mínima de 12 meses.	disparador de 5 metros. O cabeçote com capacidade de 70kVp e 8 mA, produz radiografias bem nítidas, com ótimo contraste e baixo tempo de exposição. Leve e de fácil manuseio com giro de 360°, é revestido internamente com chumbo, possui câmara de expansão, e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi e é fechado à vácuo com óleo isolante especialmente tratado.

05



Da: Assessoria GAB/Coordenação de Saúde Bucal	Para: Superintendência de Gestão	CI: 3302/2017/SMS	Data: 22/06/2017
---	-------------------------------------	----------------------	------------------

Senhora Superintendente de Gestão,

Conforme solicitado, segue no anexo quadro com o parecer a respeito do produto e empresa que concorreu ao Pregão Eletrônico N° 07, encaminhado através da CI N° 165/2017 Superintendência de Licitação de 21/06/2017, Nr. Remessa 00295631.

Atenciosamente,


Narciso Santana da Silva
Assessoria de Gabinete SMS/Várzea Grande

Recebi em <u>22/06/17</u>
Às <u>14</u> <u>58</u> horas
Ass: 



Prefeitura Municipal de
VÁRZEA GRANDE



SECRETARIA DE SAÚDE

Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda	7/Autoclave Horizontal	Aprovado		Atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017.	