

BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 37/2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

Requerimento

Criado em	Texto
22/10/2021 17:28	Boa tarde Prezada Pregoeira Referente ao item abaixo, esclarecemos: Item: 99 - Agulha hipodérmica 13 x 0,45 26g 1/2. Agulha indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Constituída de aço inox AISI 304 (NBR 5601), com protetor de PVC, atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado, canhão em polipropileno com cores padronizadas, adaptador tipo luer, fabricadas conforme NBR 7864/2010. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em oxido de etileno. Com registro na Anvisa. Tipo embalagem individual. A agulha 13x4,5 é para insulina, utilizada para: Em administrações subcutâneas na área pediátrica, mas é mais comum o uso em administrações intradérmicas em adultos. A agulha desejada na descrição do item 99 é a agulha 25x07 22G, é utilizada para aplicação de vacinas, acessos vias intravasculares e endovenosas em adultos e coleta de sangue. Pedimos retificação deste item conforme explicamos acima.
INJEX INDUSTRIA S CIRURGICA S LTDA - 593093020 00199	lucelia@vilelafaccin.com.br / (14) 3302-2900

Resposta

Criado em	Texto
25/10/2021 09:37	Bom dia segues a resposta da equipe técnica e encontra-se anexo na plataforma, entretanto informamos que a agulha desejada, é a Hipodérmica 13x 4,5 26G. Quanto a sugestão referente a agulha Hipodérmica 25x07 22G, esclarecemos que a mesma é o item 05 do pregão em questão.

FRANCISCA LUZIA DE PINHO
VÁRZEA GRANDE-MT - 25/10/2021



DE: CADIM – Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - SMS/VG	PARA: SAD – PREGOEIRA A/C Francisca	DATA: 25/10/2021	C.I. Nº 751/2021
--	--	----------------------------	----------------------------

Assunto: Resposta Pedido de esclarecimento.

Referente a solicitação de esclarecimento da empresa **INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA**, quanto ao item nº 99 do pregão 37/2021, segue manifestação técnica:

DO QUESTIONAMENTO:


ITEM 99 – “A agulha 13 x 4,5 é para insulina, utilizada para: Em administrações subcutâneas na área pediátrica, mas é mais comum o uso em administrações intradérmicas em adultos. A agulha desejada na descrição do item 99 é agulha 25x07 22G, é utilizada para aplicação de vacinas, acessos vias intravasculares e endovenosas em adultos e coleta de sangue. Pedimos retificação deste item conforme explicamos acima.”


DO ESCLARECIMENTO:

Informamos que a agulha desejada, é a Hipodérmica 13 x 4,5 26G. Quanto a sugestão referente a agulha Hipodérmica 25 x 07 22G, esclarecemos que a mesma é o **item 05** do pregão em questão.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Gideão Boanez do Prado
Gestor Público - CADIM/SMS/VG


Kelly Criatiane Surian Becker
Farmacêutica - CADIM/SMS/VG
CRF-MT: 1000

