



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fls. _____

PROC. ADM. Nº. 708793 / 2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2021

ANÁLISE E JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.08/2021

I – PRELIMINAR

Trata-se da análise e julgamento dos documentos de habilitação e aceitabilidade das propostas de preços das empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 08/2021, que tem por **objeto**: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES**, DESTINADOS PARA ATENDER A REDE CEGONHA DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

A sessão de abertura do certame em tela ocorreu em **07/05/2021 às 10h00min (horário de Brasília)**, de forma eletrônica pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br), com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, havia 12 (itens) para disputa, porém sendo admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada item.

Trata-se da análise dos itens remanescentes das empresas, convocada a seguir:

SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, item 07.

CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, item 06.

Destaque-se Este certame será regido pela Lei Federal. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas Leis Complementares. 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decretos Federais nº. 3.555/2000, 7.892/2013, 9.488/2018 e 10.024/2019, Leis Municipais nº. 3.515/2010 e 4.092/2015, Decretos Municipais nº. 09/2010, 32/2005, 86/2018 e 54/2019 e suas alterações, e demais legislações complementares, e condições estabelecidas neste Edital, e seus anexos.

II – DA ANÁLISE E DO PARECER

Cumprir registrar, que em sede de licitação, todos os atos da Administração devem sempre almejar o atendimento ao Princípio da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Legalidade e que o julgamento das situações encontradas durante a análise dos documentos, será sempre precedido de razoabilidade e proporcionalidade, visando ampliar a competição e seleção da proposta mais vantajosa para o município.

Seguindo o trâmite processual a Pregoeira e Equipe, nomeados pela Portaria nº 02/2021, se reuniram para realização da análise demais, documentos de habilitação da empresa vencedora neste certame, bem como diligenciou a fins de autenticidade todos os documentos apresentados.

Da análise documental, constatou que as empresas abaixo anexaram na plataforma os documentos de habilitação e proposta e foram recebidos dentro do prazo legal exigido no edital do pregão eletrônico, como se segue:

Os documentos de habilitação técnica das empresas foram encaminhados para equipe técnica da Secretaria de Saúde, para análise. Segue parecer técnico anexo.

III – DA DECISÃO

Destarte a análise e observações sobscritas acima esta pregoeira acolhe o parecer técnico emitido pelo setor responsável e decide:



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fis. _____

PROC. ADM. Nº. 708793 /2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2021

Habilitar a empresa no certame CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

O item **06 REPROVADO** conforme análise técnica.

SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, item **07 REPROVADO**, conforme análise técnica.

I. **CONVOCAR**, a licitante remanescente para o item **06 e 07** manifestar aceite de arremate conforme convocação individual na plataforma do sistema BLL, no prazo máximo de 2hs, passivo de desclassificação e convocação de demais licitantes conforme preceitua o edital.

II. **INFORMAR** que assegurando o contraditório e a ampla defesa aqueles licitantes que tiverem interesse em manifestar recurso contra a decisão proferida por esta pregoeira, informa que a fase recursal só será aberta após a finalização da fase de análise do item remanescente, e declarado os vencedores do processo conforme preceitua o edital.

III. **INFORMAR** que os autos do processo administrativo permanecerão com vistas e/ou cópia franqueada aos interessados na Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, às 13h, às 17h sito à Avenida da Feb nº 2.138, Bairro da Manga - Várzea Grande/MT conforme disposto no Art. 7º da Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.


Visando o princípio da transparência e publicidade todos os licitantes participantes deste processo, serão informados pelo site do município e plataforma do BLL de todas as fases do certame.

A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

Várzea Grande - MT, 15 de julho de 2021.


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2021.		LOTE/ITEM: 07/07.	
PRODUTO: MONITOR MULTIPARAMETROS.		MARCA: COMEN STAR8000F	
FORNECEDOR: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.11.1 Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.5.11.2 Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.			Produto registrado na Anvisa.
8.2.5.11.3 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.5.11.4 Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os equipamentos em perfeitas condições de	X		

uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.			
8.2.5.11.5 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.		X	No edital: possibilidade de inclusão de no mínimo 02 (dois) novos parâmetros, entre eles: débito cardíaco, análise de gases anestésicos, ECG 12 derivações. Proposta da empresa: Possibilidade de expansão de parâmetros: Capnografia (CO2) Mainstream ou Sidestream / Oximetria Masimo / Oximetria Nellcor / ECG – 3 Der. ou 12 Der. / Impressora Térmica. Possibilidade de utilização de Capnografia Sidestream apenas com a troca/uso de acessórios.
PARECER TÉCNICO FINAL REPROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR  Dr. Jairo Paes B. Sobrinho Médico Anestesiologista CRM 2635			

Várzea Grande, 14 de julho de 2021.



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2021.		LOTE/ITEM: 06/06.	
PRODUTO: OXIMETRO DE PULSO.		MARCA: CREATIVE/SHENZHEN-CREATIVE INDUSTRY CO.	
FORNECEDOR: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.11.1 Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.5.11.2 Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.			Produto registrado na Anvisa.
8.2.5.11.3 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.5.11.4 Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os		X	Declaração apresentada pela empresa refere que os serviços poderão ser prestados pela empresa Sinomedica Comercio de Produtos Médico-Hospitalares LTDA, localizada em SINOP/MT.

equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.			
8.2.5.11.5 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X	No edital: deve ser acompanhado de sensores reutilizáveis: 02 sensores infantis, 02 sensores neonatais, 02 sensores adulto. Proposta da empresa, catálogo: acompanha 01 sensor adulto. Opcional: sensor adulto. Pediátrico e neonatal.	
PARECER TÉCNICO FINAL REPROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR <i>Nathália Elisa B. Franco</i> Enfermeira COREN-MT: 452.225 <i>Gabrielle Taques Silva de Almeida</i> ENSSUS - Gestor Público Matrícula nº 130.024			

Várzea Grande, 14 de julho de 2021.

Recebi em	15/07/21
As	15:50 horas
Ass:	