



CIDGERAL 13/2022

Várzea Grande, 03 de Novembro de 2022

De: Dra Maria das Dores Gonçalves

Diretora Técnica

À Sra. Francisca Luiza de Pinho

Pregoeira

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital nº 033/2022 impetrado pela empresa H. STRATTNER & CIA LTDA.

Prezada,

Considerando o pedido de esclarecimento impetrado pela empresa H. STRATTNER & CIA LTDA, referente aos itens:

Dos Questionamentos:

1. Considerando que a maioria das empresas comercializam produtos de procedência estrangeira, onde se faz necessário concretizar um moroso procedimento de desembaraço aduaneiro, a especificidade de alguns materiais e do novo cenário mundial por conta do "COVID 19", sugere-se que o prazo de entrega seja "em até 120 (cento e vinte) dias", pois um prazo tão reduzido acarretará menos participantes e conseqüentemente um suposto prejuízo ao referido órgão.

O prazo de entrega será mantido conforme edital.



2. Esclarecer a exigência referente aos custos das manutenções preventivas e corretivas dentro do prazo de garantia, pois tal exigência eleva os custos no fornecimento do equipamento e não ficou claro se as manutenções são apenas na instalação. Vale ressaltar ainda que não consertamos e/ou realizamos quaisquer alterações na parte elétrica do hospital para que os nossos equipamentos sejam ligados na tomada.

A manutenção que se refere é durante o período de instalação do equipamento.



3. O Manual técnico de operação já fornece informações necessárias para o perfeito manuseio e limpeza. Considerando ainda que as empresas não fornecem manual de serviço, por conta da confidencialidade, solicitamos a exclusão esta exigência.

10.10.2 do Pregão eletrônico nº 033/2022, informamos que será realizada a retificação do descritivo, de modo que será excluído o item solicitado.

Certo de poder contar com vossa compreensão e atendimento, não tendo mais a acrescentar para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dra. Maria das Dores Gonçalves da Silva
Diretora Técnica - HPSM/VG
Matrícula: 32240
CRM-MT: 2677

Dra Maria das Dores Gonçalves

Diretora Técnica