



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA DE SAÚDE

Várzea Grande 26 de junho de 2020

DE: CADIM – Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - CADIM

PARA: SAD – Pregoeiro/Saúde


ASSUNTO: Resposta a pedido de esclarecimento.


Em resposta ao pedido de esclarecimento sobre os itens 21, 22, 23 do P.E. 31/20 informo que o descritivo está de acordo com a padronização do HPSMVG – UTI PEDIATRICA E NEONATAL. A especificação técnica está correta, o Cateter Central com Inserção Periférica (PICC)que utilizamos é com material de silicone.

Quanto aos valores de referência a Superintendência de Aquisições informou que é baseado em compras públicas através do RADAR do TCE/MT.

Sem mais a esclarecer, encerro a resposta.

Respeitosamente,


DANIELLE CRISTINA LEITE MARTINS DE CAMPOS
SUPERINTENDENTE DO CADIM/SMS/VG


SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÃO/SMS/VG

PROTOCOLO Nº	
Data: <u>26/06/20</u>	Hora: <u>15:00</u>
Resp.: <u>[assinatura]</u>	
Setor de Licitação - F. M. V. G.	