



AVALIAÇÃO TÉCNICA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/2019

FORNECEDOR: MT – PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP.LTDA-ME

DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
110	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 10CM, 15M, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA.	POLARFIX	SIM	PROTEGER AS PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS E MINIMIZAR OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA TECIDUAL; ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO; MALHA 100% ALGODÃO CRU;	SIM
111	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 12CM, 15M, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA.	POLARFIX	SIM	PROTEGER AS PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS E MINIMIZAR OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA TECIDUAL; ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO; MALHA 100% ALGODÃO CRU;	SIM
112	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 6CM, 15M, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA.	POLARFIX	SIM	PROTEGER AS PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS E MINIMIZAR OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA TECIDUAL; ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO; MALHA 100% ALGODÃO CRU;	SIM
113	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 8CM, 15M, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA.	POLARFIX	SIM	PROTEGER AS PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS E MINIMIZAR OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E ALERGIA TECIDUAL; ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO; MALHA 100% ALGODÃO CRU;	SIM

PARECER TÉCNICO

OBSERVAÇÕES A amostra atende as especificações do edital e está de acordo com a proposta apresentada.	Responsável Técnico Avaliador: 
APROVADO	Danielle Cristina Leite Martins de Campos Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 28 de junho de 2019.