Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA
CNPJ: 05.743.288/0001-08. **Inscrição Estadual:** 10.366.017-8. **Inscrição Municipal:** 199210-4
Endereço: Rua 104 nº 74 Setor Sul Goiânia, Goiás **CEP:** 74083-300 **Telefone:** (62) 3241.5555
www.hospcom.net

Ao Ilustre Sr. Pregoeiro do Setor de Licitações da Comarca de Várzea Grande – MT

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.743.288/0001-08, sediada à Rua 104, n.º 74, Setor Sul, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.083-300 (**Doc. 02**), vem, por intermédio de sua procuradora que esta subscreve (**Doc. 01**), com fundamentos no Art. 24 do Decreto de n.º 10.024, apresentar sua

IMPUGNAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º 16/2023

A fim de que seja reformulado o edital em questão, posto que restou claro o direcionamento da bomba de infusão volumétrica a ser ofertada em comodato **(BOMBA DE INFUSÃO – LOTE 1)**, devido o mesmo estar direcionado para o fabricante **TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA.** direcionamento disposto no termo de referência do Edital do Pregão Eletrônico de n.º 16/2023 da Comarca de Várzea Grande – estado de Mato Grosso

I. DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. DIRECIONAMENTO DO CERTAME

Na data de 18 de julho de 2023, conforme os termos do Edital do Pregão Eletrônico de n.º 16/2023 da Comarca de Várzea Grande – estado de Mato Grosso, será realizada licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço.

Com base no termo de referência do *PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º 16/2023***,** é notório que para o **item a ser comodato**, são solicitadas características que favorecem apenas um fabricante cerceando a ampla concorrência de boas marcas.

Abaixo elencamos alguns pontos para comprovação dos fatos:

Ocorre que esta marca é a única do mercado, que atende na íntegra à todas as características citadas abaixo, de forma simultânea:

- Vazão de 0.1 a 999 mL/h (com incremento de 0.1 em 0.1 mL/h);

- Detector de oclusão ajustável em no mínimo 10 níveis;

- Detector de entrada de ar na linha ajustável em 2 níveis;

- Memória que permita a retenção de no mínimo últimos 500 eventos;

- Auto-checagem ao ser ligada;

- Pinçamento automático do equipo ao abrir a porta;

- Bateria com autonomia de no mínimo 3 horas e recarga de até 12 horas

Sabemos que existem no mercado, equipamentos que atendem à alguma dessas características citadas, porém a todas elas simultaneamente com o restante do descritivo, apenas o equipamento **LE-135**, marca **TERUMO**, consegue atender na íntegra.

Como podemos observar no próprio manual, página 53 com relação a vazão:

Para TE-135 / TE135C

Nome do Produto	Bomba de Infusão TERUFUSION TE-135
Modelo	TE-135
Equipo de Infusão	Equipos TERUMO IV Designados para bomba
Sistema de Bombeamento	Método de Dedilhamento Peristáltico
Método de Controle	Controle volumétrico
Taxas de Liberação	Modo STANDARD (Padrão): 1 – 999 mL/h (graduação 1 mL/h); quando a bomba está ligada, é exibido 0. Modo Micro: 0,1 – 99,9 mL/h (graduação 0,1 mL/h); quando a bomba está ligada é exibido 0,0.

Como podemos observar no manual, página 34 com relação ao nível de pressão de oclusão:

Mudança da Sensibilidade de Detecção de Oclusão (faixa ajustável: 0 até 9; ajuste de fábrica: 5).

A sensibilidade de detecção de uma oclusão no equipo pode ser ajustada em 10 graus. Quanto mais baixa a taxa de fluxo mais demora em detectar uma oclusão. Para solucionar este problema, ajustar a sensibilidade de detecção de tal forma que o alarme seja melhor ativado.

Condição de Operação
Desligado

Ajuste	Faixa de Detecção
0	30 – 90 kPa
5	60 – 120 kPa (de fábrica)
9	80 – 140 kPa



Na página 30 com relação ao nível de ar na linha:

Mudança da Sensibilidade da detecção de Ar na linha (faixa ajustável: 5 ou 10; ajuste de fábrica: 10)

Dois níveis de sensibilidade estão disponíveis para a especificação da sensibilidade de detecção de ar na linha.

Condições de Operação
- Durante nenhuma operação

1) Pressionar as teclas [D.RATE INPUT] e [D.LIMIT INPUT] nesta ordem, e mantê-los pressionados.



Tela	Descrição
5	Sensobilidade Alta
10	Sensibilidade Baixa (ajuste de fábrica)

3) Usar a tecla "⏬" seletora de valor para a seleção.

Confirmação de Ajuste:
- Tirar os dedos das teclas que estão sendo pressionados.

Na página 32 com relação a memória de eventos:

Função History (Histórico)

A função History permite ao usuário verificar os registros históricos da bomba, por ex. a data e o horário de eventos tais como início/parada da infusão e ativação de alarme, a taxa/limite infundido quando estes eventos ocorreram, etc. Aproximadamente 500 registros são armazenados e os registros velhos são sobrescritos pelos mais novos. (O indicador [BATTERY] (Bateria) conta somente o estado presente, não o passado). A memória eletrônica da bomba de infusão poderá ser retida por mais de 2 anos, quando não energizada em demasia.

Na página 45 com relação a auto-checagem:



2) Confirmar que a bomba desempenha uma auto-checagem mostrada abaixo quando ligada com a bateria interna enquanto a porta estiver aberta.

Verificar

- Primeiramente, todos os indicadores piscam 3 vezes e a seção de dedilhamento move ligeiramente.
- Soa uma campainha.
- Secundariamente, os indicadores de alarme o [AIR-IN-LINE], [OCCLUSION] e [DOOR] piscam.

Na página 16 com relação ao pinçamento ao abrir a porta:

Face Interna da Porta

Na página 54 com relação a autonomia da bateria:

Especificações

Condições de Operação	Temperatura: 5 a 40 ºC Umidade: 20 a 90% RH (sem condensação)
Condições de Armazenagem	Temperatura: -20 a 45 ºC Umidade: 10 a 95% RH (sem condensação)
Condições de Transporte	Temperatura: -20 a 60 ºC Umidade: 10 a 95% RH (sem condensação)
Fonte de Energia	AC100-120V/AC100-240V, 50/60 HZ DC12-15V Bateria Interna (bateria Ni-MH) - Tempo de Operação: aprox. 3horas (liberação a 25 mL/h com uma bateria nova totalmente carregada; temperatura 25 ºC). - Tempo de Carregamento: aprox. 12 horas ou mais (com a fonte de energia AC: bomba desligada)

Link do manual na Anvisa:

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351486175200817/?numeroProcesso=25351486175200817

Em resumo aos apontamentos acima, solicitamos a imediata adequação do termo para um que contemple um maior número de concorrentes, onde a ampla concorrência de boas marcas e a economicidade seja garantida.

Assim acreditando na idoneidade desta nobre instituição, que busca cumprir os princípios de isonomia e livre concorrência, aguardamos adequação no termo de referência.

Em resumo aos apontamentos acima, solicitamos a imediata adequação do termo para um que contemple maior número de equipamentos; onde a ampla concorrência de boas marcas e a economicidade seja garantida e a necessidade do órgão atendida.

Em um processo licitatório se espera isonomia e ausência de favoritismo, com a descrição do presente edital, tais parâmetros não são cumpridos. Solicitamos a imediata adequação do termo de referência, garantido assim a ampla concorrência de boas marcas.

Em atenção às disposições do art. 3º da Lei 8.666, o processo de licitação busca "*garantir a observância do* ***princípio constitucional da isonomia****, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável*", com vistas à contratação/compra do serviço/produto dentro dos termos da legalidade e da forma mais vantajosa para a Administração Pública.

O direcionamento do certame é considerado até mesmo crime de Fraude à Licitação, nos termos do Art. 90 da Lei n.º 8.666/93, que dispõe que:

> "Art. 90. **Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório**, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
>
> Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa." (grifo nosso)

Diante do claro favoritismo e direcionamento dos produtos, **a nulidade do Edital é transparente**, razão pela qual se faz necessária sua alteração no sentido de que não conste qualquer direcionamento de item, garantindo assim o respeito à isonomia e à concorrência no Pregão Eletrônico de n.º 16/2023

Assim, a Empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI apresenta sua impugnação ao direcionamento do certame, requerendo seu recebimento diante da tempestividade e adequação do meio utilizado.

Por fim, pautada na necessidade de se garantir os interesses da administração e, mais precisamente, em respeito ao Princípio da Isonomia, nos termos do Art. 3º da Lei n.º 8.666/93, **REQUER** a reforma do Termo de Referência do Pregão Eletrônico de n.º 16/2023 a fim de que a ampla concorrência seja resguardada e o certame ocorra dentro dos termos da legalidade.

II. DO PEDIDO

Ante o exposto, **REQUER** seja recebida a presente **Impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico n.º 16/2023** que direcionou o item em comodato no Termo de Referência ao modelo **LE 135** da marca **Terumo**, com a adequação do termo para um que contemple um maior número de concorrentes, a fim de que **a licitação seja aberta às demais empresas visando a ampla concorrência**, sendo respeitados os termos do Art. 3º da lei 8.666/93, sendo certo que a ausência de regularização do certame incorrerá em grave crime de Fraude à Licitação, nos termos do Art. 90 da Lei de Licitações.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Goiânia, 12 de julho de 2023.

Jackeline Teodora Coelho

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ sob o n.º 05.743.288/0001-08
p.p Jackeline Teodora Coelho RG: 685.950 SSP/TO CPF: 015.305.151-57