



PROC. ADM. Nº. 708793/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2021

1ª ANÁLISE E JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N.08/2021

I – PRELIMINAR

Trata-se da análise e julgamento dos documentos de habilitação e aceitabilidade das propostas de preços das empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 08/2021, que tem por **objeto**: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES**, DESTINADOS PARA ATENDER A REDE CEGONHA DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

A sessão de abertura do certame em tela ocorreu **em 07/05/2021 às 14h30min (horário de Brasília)**, de forma eletrônica pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br), com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, havia 12 (doze) itens para disputa, porém sendo admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para o item.

Pautados pelos princípios licitatórios, na data prevista foi aberto o certame nas condições estabelecidas no Edital, e seus anexos, na oportunidade 20 (vinte) empresas cadastraram proposta com intenção de contratar com esta municipalidade, como se segue:

São participantes deste certame as empresas:

ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02192932000109
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	11405384000149
ANA MARIA PIRES BELEM - ME	04360651000143
CIRURGICA GONÇALVES LTDA EPP	15371628000170
CIRURGICA PARMA LTDA	10368534000129
CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07626776000160
FANEM LTDA	61100244000130
GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP	62413869000115
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05743288000108
J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME	84972926000139
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32593430000150
M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME	97533241000138
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03155958000140
MTB TECNOLOGIA LTDA EPP	01405834000140
MUNDI EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELLI-ME	20371330000109
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30323616000164
R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	01212789000107
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	82478140000134
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	12246862000188
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10444624000151



PROC. ADM. Nº. 708793/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2021

Após a finalização da disputa de lances do processo, sagrou-se como vencedora as licitantes:

SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, itens 1, 4.

GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP, itens 2, 10.

FANEM LTDA, itens 5, 9.

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES item 6.

MTB TECNOLOGIA LTDA EPP item 7.

ANA MARIA PIRES BELEM - ME item 12.

Destaque-se que este certame foi e será regido pela Lei Federal. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas Leis Complementares. 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decretos Federais nº. 3.555/2000, 7.892/2013, 9.488/2018 e 10.024/2019, Leis Municipais nº. 3.515/2010 e 4.092/2015, Decretos Municipais nº. 09/2010, 32/2005, 86/2018 e 54/2019 e suas alterações, e demais legislações complementares, e condições estabelecidas neste Edital, e seus anexos.

II – DA ANÁLISE E DO PARECER

Cumpre registrar, que em sede de licitação, todos os atos da Administração devem sempre almejar o atendimento ao Princípio da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Legalidade e que o julgamento das situações encontradas durante a análise dos documentos, será sempre precedido de razoabilidade e proporcionalidade, visando ampliar a competição e seleção da proposta mais vantajosa para o município.

Seguindo o tramite processual a Pregoeira e Equipe, nomeados pela Portaria nº 02/2021, se reuniram para realização da análise demais, documentos de habilitação da empresa vencedora neste certame, bem como diligenciou a fins de autenticidade todos os documentos apresentados.

III – DA DECISÃO

Destarte a análise e observações sobscritas acima esta pregoeira, acolhe avaliação técnica e decide:

I. DECLARAR HABILITADAS as empresas abaixo relacionadas por atendimento em todas as exigências do edital.

A empresa **SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, habilitada, **APROVADO** o item 04, conforme análise técnico anexo.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fls. _____

PROC. ADM. Nº. 708793/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2021

REPROVADO O ITEM 01, conforme análise técnico anexo.

GIGANTE RECÉM-NASCIDO LTDA EPP, habilitada e aprovada os itens 02,10, conforme análise técnico anexo.

FANEM LTDA, habilitada e **APROVADA** os itens 05, 09, conforme análise técnico anexo.

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, habilitada, **REPROVADO** o item 06, conforme análise técnico anexo.

MTB TECNOLOGIA LTDA EPP, **REPROVADO** o item 07 deixou de atender o item 8.2.5.11.4 do edital.


ANA MARIA PIRES BELEM – ME, habilitadas e o item aprovado.

- II. **CONVOCAR**, as licitantes remanescentes dos itens da empresa anterior declarada inabilitada a manifestação de aceite de arremate conforme convocação individual na plataforma do sistema BLL, no **prazo máximo de 2hs**, passivo de desclassificação e convocação de demais licitantes conforme preceitua o edital.
- III. **INFORMAR** que assegurando o contraditório e a ampla defesa aqueles licitantes que tiverem interesse em manifestar recurso contra a decisão proferida por esta pregoeira, informo que a fase recursal só será aberta após a finalização da fase de habilitação/negociação com as empresas remanescentes, e análise das propostas remanescentes e seja declarado os vencedores do processo conforme preceitua o edital.
- IV. **INFORMAR** que os autos do processo administrativo permanecerão com vistas e/ou cópia franqueada aos interessados na Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, das 13h às 17h, sito à Avenida da Feb nº 2.138, Bairro da Manga - Várzea Grande/MT conforme disposto no Art. 7º da Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.

Visando o princípio da transparência e publicidade todos os licitantes participantes deste processo, serão informados pelo site do município e plataforma do BLL de todas as fases do certame.

A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

Várzea Grande - MT, 12 de julho de 2021.


Francisca Luzia de Pinho

Pregoeira


DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2021.	LOTE/ITEM: 01/01.		
PRODUTO: APARELHO DE ANESTESIA.	MARCA: COMEN - MODELO AX700.		
FORNECEDOR: SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.11.1 Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.5.11.2 Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.			Produto registrado na Anvisa.
8.2.5.11.3 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.5.11.4 Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os	X		

Dr. João Paulo B. Sobrinho
 Médico Anestesiologista
 CRP 42835

equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.			
8.2.5.11.5 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.		x	No edital: com possibilidade de utilização de vaporizador calibrado para, no mínimo, isoflurano e sevoflurano. Proposta comercial: vaporizador sevoflurano. No edital: alarmes alta e baixa pressão de vias aéreas ou baixa peep, apnéia, volume, minuta alta e baixo, fio 2 inspirado alto e baixo, falha de energia elétrica, altas concentrações de agente anestésicos (no monitor externo ou aparelho de anestesia). Proposta comercial: alarmes alta e baixa pressão de vias aéreas ou baixa peep, apnéia, volume, minuta alta e baixo, fio 2 inspirado alto e baixo, falha de energia elétrica, altas concentrações de agente anestésicos (no aparelho de anestesia, possibilidade futura).
PARECER TÉCNICO FINAL			
REPROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR			
Dr. Jairo Paes B. Sobrinho Médico Anestesiologista CRM 2635			


Recebi em: 09/07/21
Às 16:38 horas
Ass: 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2021.	LOTE/ITEM: 02/02.		
PRODUTO: BERÇO AQUECIDO.	MARCA: PRÓPRIA - MODELO NEOSOLUTION.		
FORNECEDOR: GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP.			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.11.1 Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União - DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.5.11.2 Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.			Produto registrado na Anvisa.
8.2.5.11.3 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.5.11.4 Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os	X		

equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.			
8.2.5.11.5 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		
PARECER TÉCNICO FINAL			
APROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR			
 Nathalia Elisa B. F. de Moraes Enfermeira COREN-MT: 452.225  Nathalia E. Borges Enfermeira COREN-MT: 906.669  Gabrielle Taques Silva de Almeida PNSSUS - Gestor Público Matricula nº 130.024			



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2021.	LOTE/ITEM: 04/04.		
PRODUTO: CARDIOTOCÓGRAFO.	MARCA: COMEN - MODELO STAR5000E.		
FORNECEDOR: SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.11.1 Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.5.11.2 Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.			Produto registrado na Anvisa.
8.2.5.11.3 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.5.11.4 Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os	X		

equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.			
8.2.5.11.5 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		
PARECER TÉCNICO FINAL			
Dr. Aécio Augusto Moreira da Silva CRM - 1487 Ginecologia - Obstetrícia		APROVADO	
 Dr. Aécio Augusto Moreira da Silva CRM - 1487 Ginecologia - Obstetrícia		RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR	



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2021.	LOTE/ITEM: 10/10.		
PRODUTO: INCUBADORA NEONATAL.	MARCA: PRÓPRIA - MODELO MILLENIUM.		
FORNECEDOR: GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP.			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.11.1 Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.5.11.2 Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.			Produto registrado na Anvisa.
8.2.5.11.3 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.5.11.4 Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os	X		

equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.			
8.2.5.11.5 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		
PARECER TÉCNICO FINAL APROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR  Nathalia E. Borges COREN-MT: 452.225  Gabrielle Taques Silva de Almeida PNSSUS - Gestor Público Matricula nº 130.024  Nathalia E. B. Franco Enfermeira COREN-MT: 452.225			




DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
PREGÃO: 08/2021	LOTE/ITEM: 09/09		
PRODUTO: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	MARCA: FANEM - MODELO IT-158TS.		
FORNECEDOR: FANEM LTDA.			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.11.1 Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.5.11.2 Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.			Produto registrado na Anvisa.
8.2.5.11.3 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.5.11.4 Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os	X		

equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.			
8.2.5.11.5 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		
PARECER TÉCNICO FINAL APROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR			
 Nathalia E. Borja Enfermeira COREN-PA 45222  Gabrielle Jaques Silva de Almeida PNSSUS - Gestor Público Matrícula nº 130.024			

recebi em <u>09/07/21</u> As <u>16:38</u> horas Ass: 
--

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2021.	LOTE/ITEM: 05/05.		
PRODUTO: UNIDADE DE FOTOTERAPIA.	MARCA: FANEM - MODELO BILITRON BTP.		
FORNECEDOR: FANEM LTDA.			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.11.1 Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União - DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.5.11.2 Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.			Produto registrado na Anvisa.
8.2.5.11.3 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.5.11.4 Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os	X		

equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.			
8.2.5.11.5 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		
PARECER TÉCNICO FINAL APROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR  Nathália Elisa B. Franco Enfermeira COREN-MT: 452.225  Nathália E. Borges Franco Enfermeira COREN-MT: 906607  Gabrielle Taques-Silva de Almeida PNSSUS - Gestor Público Matrícula nº 130.024			



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2021.	LOTE/ITEM: 07/07.		
PRODUTO: MONITOR MULTIPARAMETROS.	MARCA: PROLIFE - MODELO C120.		
FORNECEDOR: MTB TECNOLOGIA LTDA EPP.			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.11.1 Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.5.11.2 Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.			Produto registrado na Anvisa.
8.2.5.11.3 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.5.11.4 Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os		X	

equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.			
8.2.5.11.5 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		
PARECER TÉCNICO FINAL REPROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR  Nathalia Elise B. Franco Enfermeira COREN-MT: 452.225  Gabrielle Taques Silva de Almeida PNSSUS - Gestor Público Matrícula nº 130.024			





DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2021.		LOTE/ITEM: 06/06.	
PRODUTO: OXIMETRO DE PULSO.		MARCA: MOBIL - MODELO PC66B.	
FORNECEDOR: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.11.1 Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.5.11.2 Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.			Produto registrado na Anvisa.
8.2.5.11.3 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.5.11.4 Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os	X		


equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.			
8.2.5.11.5 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.		X	Consta no edital: deve ser acompanhado de sensores reutilizáveis, 02 sensores infantis, 02 sensores adulto, 02 sensores neonatais. A proposta da empresa é divergente: modelo padrões MBOX-66B-Adulto com sensor adulto tipo clip e MBOX-66B-Neonato com sensor neonatal. Opcional: modelo pediátrico tipo clip.

PARECER TÉCNICO FINAL

REPROVADO


RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR


 Nathália E. Borges Franco

 Enfermeira
 COREN-MT: 452.225


 Gabrielle Taques Silva de Almeida
 PNSSUS - Gestor Público
 Matrícula nº 130.024

Recebi em 09/07/21 As 16:38 horas Ass: 
--

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 08/2021.	LOTE/ITEM:12/12.		
PRODUTO: BANQUETA GIRATÓRIA.	MARCA:RENASCER - MODELO RN4885.		
FORNECEDOR: ANA MARIA PIRES BELEM ME.			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.11.1 Certificado de Registro de produto/aparelho, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.			Item não solicitado no edital.
8.2.5.11.2 Caso o produto/aparelho isento do registro da ANVISA ou não considerados produtos para saúde a empresa deverá apresentar a certidão de isenção ou outro instrumento que comprove a situação do produto junto à Ministério da Saúde/ANVISA.			Item não solicitado no edital.
8.2.5.11.3 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.			Item não solicitado no edital.
8.2.5.11.4 Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os			Item não solicitado no edital.

equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.			
8.2.5.11.5 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.			Item não solicitado no edital.
PARECER TÉCNICO FINAL APROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR  Gabrielle Taques Silva de Almeida PNSSUS - Gestor Público Matrícula nº 130.024			

12/07/2021

Recebi em 12 / 07 / 2021
 As 10 30 horas
 Ass: 