



**PMH**

**Produtos**®  
Médicos Hospitalares

CNPJ: 00.740.696/0001-92

INSC. CF/DF: 07.332.093/001-25

À

**Aos cuidados do setor: Unidade de Licitação**

**Ref.: PROCESSO: N.º 851769/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO - N.º 16/2023**

**PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 00.740.696/0001-92, com sede no SIA Sul Rua 08 Lote 170 71.1200-222 Brasília - DF vem apresentar por meio de seu representante que esta subscreve, solicitar providências acerca do processo licitatório em destaque, tendo em vista que este foi completamente restritivo à participação de empresas capazes de atender à demanda licitada, conforme passaremos a discorrer:

### **DOS FATOS**

**No item 03 – equipo fotossensível com bureta:** A descrição não ficou clara, surgindo dúvidas referente ao item mencionado. Para que não haja dúvidas e erro na cotação, gostaríamos de esclarecer se o equipo para nutrição parenteral necessita ser somente fotossensível ou obrigatoriamente precisa ter em sua composição a bureta com descrito no item?

### **LOTE 02**

**Itens 06 e 08 – seringas de 60ml e 20ml, na descrição solicita bico slip.** Precisamos esclarecer estes pontos, pois o mais seguro e usual nas bombas de seringas é o bico luer lock, pois evita extravasamento nas infusões.

Mediante a isto, gostaríamos de sugerir a mudança ou aceitação do órgão para o bico luer lock.



**PMH**

**Produtos**®  
Médicos Hospitalares

CNPJ: 00.740.696/0001-92

INSC. CF/DF: 07.332.093/001-25

- **Outro ponto a ser esclarecido, é com relação aos equipamentos, deveram ser novas? De únicos uso?**

Frisamos ainda que, o cenário hospitalar atual, é composto em sua maioria por bombas de infusão com pouca tecnologia. Nesse sentido, com o momento ao qual estamos passando, a tecnologia dos equipamentos e produtos está se modificando, assim como o nível de exigência das unidades de saúde acerca dos produtos oferecidos. As novas normas, favorecem as indicações de uma tecnologia com maior segurança, rastreabilidade e praticidade em uso e assim resta aos fornecedores tentarem se adequar as características técnicas, principalmente àquelas que estão diretamente relacionadas à segurança do paciente! Certos de sermos compreendidos, aguardamos breve retorno, conforme prevê o edital, para darmos prosseguimento à nossa participação no certame.

Termos em que, se pede deferimento

**Brasília/DF, 17 de abril de 2023.**

**ANDRE DA SILVA  
ALMEIDA:50549006168**

Assinado de forma digital por  
ANDRE DA SILVA  
ALMEIDA:50549006168  
Dados: 2023.04.17 18:26:34 -03'00'

**PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**