



AVALIAÇÃO TÉCNICA PE 42/2019

FORNECEDOR: DENTAL OESTE EIRELI EPP

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM	AVALIAÇÃO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
11.6.1	Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos originais, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação. Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente ser apresentado com firma reconhecida em cartório.	X		
11.6.2	Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante:			
11.6.3	A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal.			
11.6.4	Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador.	X		
11.6.5	Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante;	X		
11.6.5.1	Comprovação dos registros dos produtos ou da dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade (dia/mês/ano) através de;			
11.6.5.2	Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através			



11.6.5.3	do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado ou; Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto Apresentação do Alvará de funcionamento do fornecedor e empresa e demais documentações administrativas necessárias.			
11.6.6	Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária (ANVISA).	x		
11.6.7	Garantia de que o produto fornecido será substituído, sem ônus para o SMS/VG, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos.	x		

PARECER TÉCNICO FINAL

O **item 49** que faz parte da proposta, **foi Aprovado** por atender a especificação do Edital.

OBSERVAÇÕES

O **Item 108-foram Reprovado**, porque o produto não atende à especificação do edital, vez que, o produto solicitado deverá ter em sua composição a carga de Zircônia, 2-BENZOTRIAZOLIL, 4-METILFENOL. O produto ofertado na proposta não apresenta nem uma dessas composições descritas no edital. (Segue foto da especificação do produto ofertado).

Responsável Técnico Avaliador:



Andréa Regina do Nascimento Vrech Coelho
Superintendente Saúde Bucal/SMS-VG

Várzea Grande, 07 de agosto de 2019.

PROTOCOLO Nº _____
Data: 07/08/19 Hora: 19:10
Resp.: [Assinatura]
Setor de Licitação - P. M. V. G.



Item: 108 -Resina foto cor B 2 Microibrida- Marca: KERR-HERCULITE CLASSIC



RESTAURAÇÃO

Herculite Classic Resina composta microhíbrida

Excelente resistência ao desgaste sem prejuízo ao dente antagonista.

Rende 25% mais. Único com 5g



Apresentação: Seringas de 5g nas cores:

Esmalte - A1, A2, A3, A3.5, A4 | B1, B2, B3, B4 | C1, C2, C3, C4 | D2, D3, D4.

Dentina - A1, A2, A3, A3.5, A4 | B1, B2, B3, B4 | C1, C2, C3, C4 | D2, D3, D4.

Incisal claro | Incisal amarelado.

Cervical vermelho/marrom | Cervical amarelo/marrom | Cervical cinza/marrom.

Descrição

No mercado desde 1991, a Herculite Classic é uma resina micro híbrida para dentes anteriores e posteriores, que apresenta uma excelente resistência ao desgaste sem prejuízo do antagonista.

Tem perfeito ajuste de cor em 98% das restaurações e segue as cores da escala VITA.

- Micro-híbrida - tamanho médio das partículas de 0,6µm;
- Segue as cores da escala de cores VITA;
- Radiopaco (exceto as cores incisais);
- Seringas com 5g (25% de peso a mais do que o padrão existente no mercado);
- 86% das partículas são menores que 1,0 micron;
- 79% de carga (partícula) em peso;
- 59% de carga (partícula) em volume.

Especificação

Indicações

Restaurações de dentes anteriores e posteriores.

Dados técnicos

Composição

Resina do tipo BIS-GMA, Tri-Etilenoglicol-dimetacrilato (resina diluente - solvente), Canforoquinona (foto-iniciador), Amina (ativador), Pigmentos de Óxido de Ferro, Vidro de Borossilicato de Alumínio, Sílica Coloidal (SiO₂).

Instruções de Uso

1. Após realizado o preparo cavitário, isolar o dente com dique de borracha;
2. Realizar o condicionamento ácido no esmalte/dentina;
3. Lavar completamente e secar levemente;
4. Aplicar o adesivo Optibond S na superfície do esmalte/dentina, utilizando o aplicador por 15 segundos; pincelando levemente;
5. Secar por 3 segundos. Fotopolimerizar durante 20 segundos;
6. Aplicar camadas de até 2mm de resina e depois polimerizar por 40 segundos (cada camada);
7. Para assegurar um desempenho ideal das seringas de compositos: após dispensar o material necessário, gire o êmbolo da seringa 2 voltas completas no sentido anti-horário para aliviar a pressão.