

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Nr. Remessa: 00296731

Data Remessa: 2017-06-28

Hora: 11:41

Enviado Por: LAURITA ESTER DE JESUS

Destino: SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Observação: ENCAMINHAMOS A CI N 330 REFERENTE AO
RELATORIO DA ASSESSORIA TECNICA QUANTO PARECER
TECNICO DO PREGÃO ELETRONICO 07/2017, PARA
PROVIDENCIAS CABIVEIS.

Nr Processo
00417382/16

Requerente
SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL

Tipo Documento
PROCESSO LICITATÓRIO

Assinatura Recebimento

Assinatura Envio



Da: Superintendência de Gestão	Para: Superintendência de licitação	Data: 28/06/2017	Nº.CI 330
---------------------------------------	--	-------------------------	------------------


Prezado (a) Pregoeiro (a)

Carlino Agostinho

Pela presente estamos encaminhando a V.S^a., Ci nº 3.483/2017, ref. relatório da Assessoria Técnica quanto parecer técnico do Pregão Eletrônico 07/2017, para as providencias cabíveis.

Atenciosamente


Enedil Ana Mendes da Silva
Superintendente de Gestão



Da: Assessoria GAB/Coordenação de Saúde Bucal	Para: Superintendência de Gestão	CI: 3483/2017/SMS	Data: 28/06/2017
---	-------------------------------------	----------------------	------------------


Senhora Superintendente de Gestão,

Conforme solicitado, segue no anexo quadro com o parecer a respeito dos produtos e empresas que concorreram ao Pregão Eletrônico Nº 07, encaminhado através da CI Nº 170/2017 Superintendência de Licitação de 26/06/2017, Nr. Remessa 00296197.


Ressaltamos que os itens 02 (kit alta e baixa rotação e micro motor) e 03 (peça reta) da proposta de preços da empresa Emigê – Soluções em Saúde já foram analisados e aceitos conforme descrito na CI Nº 3264 de 13/06/2017.

Atenciosamente,


Narciso Santana da Silva
Assessoria de Gabinete SMS/Várzea Grande



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa (catálogo)
Emigê - Soluções em Saúde	06/Fotopolimerizador	Reprovado	O equipamento não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017, vez que o modelo apresentado, apesar de sem fio, não apresenta ponteira semi blindada, conforme descrição apresentada na proposta.	FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho de fotopolimerização de resina, wireless com sistema LED e potencia mínima de 1200 m/cm2, com um único led, sinal sonoro de 5 em 5 segundos até 20. Apresente no mínimo 3 funções, sendo elas, gradual, pulso e contínua de intensidade de luz, potencia máxima superior a 500 mW/cm² com ponteira semi orientada em aço inox (blindada), para melhor condução de luz.	MODELO EMITTER C SCHUSTER 2 BATERIAS FOTOPOLIMERIZADOR LED RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS, COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODONTICOS - LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA; - BATERIA REMOVÍVEL, - MAIOR VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO - ACOMPANHA DUAS BATERIAS REMOVÍVEIS - 3 PROGRAMAÇÕES DE USO, - CONTÍNUO POTÊNCIA MÁXIMA AO LONGO DE TODO O FUNCIONAMENTO - RAMPAS: POTÊNCIA GRADUAL CRESCENTE NOS PRIMEIROS 6 SEG., PERMANECENDO LOGO APÓS COM SUA POTÊNCIA MÁXIMA - PULSADO: LUZ COM POTÊNCIA MÁXIMA PULSANTE COM INTERVALOS DE 1 SEGUNDO. - TIMER (5, 10, 15 E 20 SEG), COM BIP SONORO NO FINAL DA OPERAÇÃO: - BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240V; - PONTEIRAS FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA AUTOCALIVÁVEL E COM GIRO DE 360º. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - EMISSOR DE LUZ AZUL 1 LED (LIGHT EMITING DIODES), - COMPRIMENTO DE ONDA (LUZ) 440 NM A 480 NM, VOLTAGEM (VAC) BIVOLT AUTOMÁTICO - 90/240V, PESO DA PEÇA DE MÃO 118G COMPRIMENTO (SEM



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa (catálogo)
	16/Raio X Odontológico 70 KVP	Aprovado	Atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017.		PONTEIRA) 19.5 CM, (1250MW/CM) M-EMITTER C F-SCHUSTER P-NAC RMS: 80354880012.