

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 33/202 - PROCESSO ADM. Nº 814174/2022

Solange Alves Figueiredo Costa <solange.costa@strattner.com.br>

Ter, 01/11/2022 16:27

Para: pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>

*****acusar recebimento*****

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022

PROCESSO ADM. Nº 814174/2022

A empresa **H. STRATTNER & CIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.250.713/0002-43, localizada à Avenida das Águias, 228, Cidade Universitária Pedra Branca, CEP 88.137-280, Palhoça/SC, telefone (11) 2185-2300, endereço eletrônico www.strattner.com.br, e-mail licitacoes@strattner.com.br, com dados bancários no Banco do Brasil - 001, Agência 1769-8 e Conta Corrente: 8529-4, vem, respeitosamente, através desta tempestivamente apresentar:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pretende esta empresa participar do presente certame licitatório que tem por objeto **"AQUISIÇÃO DE APARELHO DE VIDEO LAPAROSCOPIA E INSTRUMENTAIS PARA ATENDER O HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE."**

Ao realizar a análise do instrumento convocatório, observamos algumas solicitações do edital:

20 DO PRAZO LOCAL DE ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO E CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

21 O prazo de entrega dos equipamentos será de até 60 (sessenta) dias corridos, podendo ser prorrogado no interesse da administração.

1ª RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

13. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

13.1. O prazo de entrega dos equipamentos será de até 60 (sessenta) dias corridos, podendo ser prorrogado no interesse da administração.

1º Questionamento – prazo de entrega:

Considerando que a maioria das empresas comercializam produtos de procedência estrangeira, onde se faz necessário concretizar um moroso procedimento de desembaraço aduaneiro, a especificidade de alguns materiais e do novo cenário mundial por conta do "COVID 19", sugere-se que o prazo de entrega seja "em até 120 (cento e vinte) dias", pois um prazo tão reduzido acarretará menos participantes e consequentemente um suposto prejuízo ao referido órgão.

9.3. Apresentar Declaração de Garantia mínima de 24 meses, contra defeitos de fabricação.

9.4. Declaração de que a Assistência técnica será prestada exclusivamente no Brasil, diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa com aptidão técnica para execução de manutenção preventiva ou corretiva, com indicação do nome, telefone e endereço da empresa responsável pela

prestação dos serviços, caso a empresa de manutenção seja diferente da empresa fornecedora do equipamento, deverá essa também apresentar uma declaração em separado: todos os custos de instalação e de manutenção serão de responsabilidade do fornecedor durante o período de garantia da mão de obra, deslocamentos, estadias e peças.

2º Questionamento – manutenções:

Esclarecer a exigência referente aos custos das manutenções preventivas e corretivas dentro do prazo de garantia, pois tal exigência eleva os custos no fornecimento do equipamento e não ficou claro se as manutenções são apenas na instalação.

Vale ressaltar ainda que não consertamos e/ou realizamos quaisquer alterações na parte elétrica do hospital para que os nossos equipamentos sejam ligados na tomada.

12.2. Manual técnico de operação do equipamento e Manual de Serviço, na forma de cópia xerográfica ou digital (CD/pendrive), em português, para comprovação do atendimento as exigências relativas as especificações técnicas.

1ª RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

10.10.2. Manual técnico de operação do equipamento e Manual de Serviço, na forma de cópia xerográfica ou digital (CD/pendrive), em português, para comprovação do atendimento as exigências relativas as especificações técnicas.

3º Questionamento – manual de serviço:

O Manual técnico de operação já fornece informações necessárias para o perfeito manuseio e limpeza. Considerando ainda que as empresas não fornecem manual de serviço, por conta da confidencialidade, solicitamos a exclusão esta exigência.

DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer a H. STRATTNER & CIA LTDA., que nosso questionamento seja recebido e deferido sendo o presente instrumento convocatório retificado.

Termos em que,

Pede Deferimento

H. STRATTNER & CIA LTDA

Solange Costa

Analista Licitações

Bids Analyst

0800 021 13 00

Ramal: 1365

██████████

Strattner

