



CI N. 292/SUP. AQUISIÇÃO/SMS/2018


Várzea Grande-MT, 03 de Julho de 2018.

A Sra.

Francisca Luzia de Pinho

Pregoeiro

Assunto: Solicitação de Adendo



Senhora Pregoeira,

Solicitamos que seja realizado adendo ao edital do Pregão Eletrônico nº 45/2018, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES**, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SUPERINTENDÊNCIAS: BÁSICA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, conforme informações abaixo:

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD TCE	CÓD UNID	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
12	<u>BERÇO AQUECIDO</u> CALOR IRRADIANTE COM DESLOCAMENTO DE 180º DO MÓDULO SUPERIOR PARA ACESSO DO APARELHO DE RAIOS X; RODÍZIOS DE 5" PARA MÁXIMA ESTABILIDADE DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DO BERÇO; LEITO DO PACIENTE TIPO MESA RADIOTRASPARENTE COM GAVETA PASSANTE PARA RX; ABAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE REBATÍVEIS, COM ALTURA MÍNIMA DE 18CM; ACIONAMENTO ELÉTRICO OU MANUAL PARA MOVIMENTOS SUAVES E CONTÍNUOS EM TRENDELENBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL. COLCHÃO COM CAPA, AMBOS EM MATERIAIS ATÓXICOS E ANTIALÉRGICOS; CONTROLES MICROPROCESSADOS PARA MODOS DE OPERAÇÃO SERVOCONTROLADO E MANUAL, COM COMUTÇÃO AUTOMÁTICA DE UM MODO PARA OUTRO COMANDADA PELA OPERAÇÃO DO SENSOR DE	178500-1	1	UND	10	12.342,5000	123.425,0000



PELE. MODO PRÉ-AQUECIMENTO PARA ECONOMIA DE ENERGIA E STAND BY; PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAYS DE LED's OU LCD, COM TODAS AS INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE TEMPERATURA DE PELE, TEMPERATURA DE AJUSTE OU POTÊNCIA DE AQUECIMENTO AJUSTADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO EFETIVA, PESO DO PACIENTE, RELÓGIO APGAR/CRONÔMETRO, TEMPERATURA AMBIENTE. AJUSTE DA ALTURA ELÉTRICA DO BERÇO E DA TEMPERATURA DESEJADA PARA O PACIENTE OU A POTÊNCIA DE AQUECIMENTO. ALARMES AUDIOVISUAIS PARA: FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA; PRATELEIRA AUXILIAR SOB O LEITO COM DIMENSÕES MÍNIMAS ÚTEIS DE 45 X 60CM; HASTE PARA FIXAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO; SUPORTE DE SORO; PRATELEIRA PARA MONITORES COM CAPACIDADE PARA 10KG; BALANÇA INCORPORADA NO LEITO COM LEITURA NO PAINEL CENTRAL. RETENÇÃO DE MEMÓRIA DO ÚLTIMO VALOR PROGRAMADO DA TEMPERATURA. INDICAÇÃO VISUAL EM CASO DE DESLOCAMENTO DO REFLETOR DE AQUECIMENTO. SISTEMA DE AUTOTESTE DE TODAS AS FUNÇÕES QUANDO O EQUIPAMENTO FOR LIGADO; RÉGUA PARA REANIMAÇÃO COM PONTOS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO. ACOMPANHA VENTILADOR MANUAL COM O AJUSTE DAS PRESSÕES PINSP, PEEP E DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE VÁLVULAS MECÂNICAS COM MISTURADOR TIPO BLENDER; MANGUEIRA DE ENTRADA DE GÁS, TUBO CORRUGADO COM VÁLVULA "T", 03 MÁSCARAS DE SILICONE REDONDAS NOS TAMANHOS 00, 0 E 1, TODAS AUTOCLAVÁVEIS E UM PULMÃO TESTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V (60 HZ), CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO.						
--	--	--	--	--	--	--



	✓ CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1(SEGURANÇA ELÉTRICA), NBR IEC 60601-2-21 (SEGURANÇA EM BERÇOS AQUECIDOS) E NBR IEC 60601-1-2 (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA) E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. REGISTRO NA ANVISA. ✓ GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAL. ✓ ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT. ✓ APRESENTAR PROSPECTOS (CATÁLOGOS) COM FOTO DOS PRODUTOS, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.						
13	<u>BERÇO RECÉM NASCIDO</u> ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO DE AÇO PINTADO DE, NO MÍNIMO, UMA POLEGADA DE DIÂMETRO, SEM PONTOS APARENTES DE SOLDA, APOIADA SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE TRÊS POLEGADAS DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO; DEVE POSSUIR ALÇA QUE PERMITE AO OPERADOR TRANSPORTAR O BERÇO ESTANDO EM POSIÇÃO ERETA E SEM NECESSIDADE DE COLOCAR AS MÃOS NO INTERIOR DA CUBA DE ALOJAMENTO DO PACIENTE E COM PRATELEIRA AUXILIAR PARA SUPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS PROCEDIMENTOS COM O PACIENTE; DEVE PERMITIR POSIÇÕES DO LEITO EM TREDELENBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CESTO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E REMOVÍVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM ELEVAÇÃO DE ALTURA NA REGIÃO DA CABEÇA DO R.N. E COM ABA EM TODO O	346454-7	1	UND	30	1.169,0000	35.070,0000



	CONTORNO QUE PERMITE FÁCIL EMPUNHADURA E REFORÇO; DIMENSÕES MÍNIMAS DO CESTO: 70X36CM (+/-2%); ALTURA APROXIMADA DAS PAREDES LATERAIS PARA CONTENÇÃO DO PACIENTE: 20 CM (+/-2%) NA CABECEIRA; COLCHÃO DE ESPUMA REVESTIDO EM PLÁSTICO ANTIALÉRGICO E ATÓXICO COM, NO MÍNIMO, 2 CM DE ESPESSURA; PORTA-FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM LOCAL VISÍVEL, AO NÍVEL DA CUBA DE ACRÍLICO; SUPORTE A MEIA ALTURA SOB O LEITO, CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO-FERROSO, COM COMPARTIMENTOS PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS COM O PACIENTE; ✓ REGISTRO NA ANVISA. ✓ CERTIFICADO DE BPF/ANVISA DO FABRICANTE. ✓ GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAL. ✓ ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT. ✓ APRESENTAR PROSPECTOS (CATÁLOGOS) COM FOTO DOS PRODUTOS, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.					
--	---	--	--	--	--	--

LEIA SE:

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD TCE	CÓD UNID	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
12	<u>BERÇO AQUECIDO</u> CALOR IRRADIANTE COM DESLOCAMENTO DE 180º DO MÓDULO SUPERIOR PARA ACESSO DO APARELHO DE RAIOS X; RODÍZIOS DE 5" PARA MÁXIMA ESTABILIDADE DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DO BERÇO; LEITO DO PACIENTE TIPO MESA RADIOTRASPARENTE	178500-1	1	UND	10	12.342,5000	123.425,0000

Handwritten signatures and initials in blue ink.




COM GAVETA PASSANTE PARA RX; ABAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE REBATÍVEIS, COM ALTURA MÍNIMA DE 18CM; ACIONAMENTO ELÉTRICO OU MANUAL PARA MOVIMENTOS SUAVES E CONTÍNUOS EM TRENDELENBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL. COLCHÃO COM CAPA, AMBOS EM MATERIAIS ATÓXICOS E ANTIALÉRGICOS; CONTROLES MICROPROCESSADOS PARA MODOS DE OPERAÇÃO SERVOCONTROLADO E MANUAL, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE UM MODO PARA OUTRO COMANDADA PELA OPERAÇÃO DO SENSOR DE PELE. PAINEL DE CONTROLE DISPLAYS DE LED'S OU LCD, COM INDICAÇÕES DE TEMPERATURA DE PELE, TEMPERATURA DE AJUSTE OU POTÊNCIA DE AQUECIMENTO AJUSTADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO EFETIVA, PESO DO PACIENTE, RELÓGIO APGAR/CRONÔMETRO, TEMPERATURA AMBIENTE. AJUSTE DA ALTURA ELÉTRICA DO BERÇO E DA TEMPERATURA DESEJADA PARA O PACIENTE OU A POTÊNCIA DE AQUECIMENTO. ALARMES AUDIOVISUAIS PARA: FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA; PRATELEIRA AUXILIAR SOB O LEITO COM DIMENSÕES MÍNIMAS ÚTEIS DE 45 X 60CM; HASTE PARA FIXAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO; SUPORTE DE SORO; PRATELEIRA PARA MONITORES COM CAPACIDADE PARA 10KG; SISTEMA DE AUTOTESTE DE TODAS AS FUNÇÕES QUANDO O EQUIPAMENTO FOR LIGADO; RÉGUA PARA REANIMAÇÃO COM						
--	--	--	--	--	--	--



	PONTOS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO. MANGUEIRA DE ENTRADA DE GÁS, TUBO CORRUGADO COM VÁLVULA "T", 03 MÁSCARAS DE SILICONE REDONDAS NOS TAMANHOS 00, 0 E 1, TODAS AUTOCLAVÁVEIS E UM PULMÃO TESTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V (60 HZ), CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO. ✓ CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1(SEGURANÇA ELÉTRICA), NBR IEC 60601-2-21 (SEGURANÇA EM BERÇOS AQUECIDOS) E NBR IEC 60601-1-2 (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA) E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. REGISTRO NA ANVISA. ✓ GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAL. ✓ ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT. ✓ APRESENTAR PROSPECTOS (CATÁLOGOS) COM FOTO DOS PRODUTOS, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.						
13	<u>BERÇO RECÉM NASCIDO</u> ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO DE AÇO PINTADO DE, NO MÍNIMO, UMA POLEGADA DE DIÂMETRO, SEM PONTOS APARENTES DE SOLDA, APOIADA SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE TRÊS POLEGADAS DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO; DEVE POSSUIR ALÇA QUE PERMITE AO OPERADOR	346454-7	1	UND	30	1.169,0000	35.070,0000



TRANSPORTAR O BERÇO ESTANDO EM POSIÇÃO ERETA E SEM NECESSIDADE DE COLOCAR AS MÃOS NO INTERIOR DA CUBA DE ALOJAMENTO DO PACIENTE E COM PRATELEIRA AUXILIAR PARA SUPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS PROCEDIMENTOS COM O PACIENTE; DEVE PERMITIR POSIÇÕES DO LEITO EM TREDELENBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CESTO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E REMOVÍVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM ELEVAÇÃO DE ALTURA NA REGIÃO DA CABEÇA DO R.N. E COM ABA EM TODO O CONTORNO QUE PERMITE FÁCIL EMPUNHADURA E REFORÇO; COLCHÃO DE ESPUMA REVESTIDO EM PLÁSTICO ANTIALÉRGICO E ATÓXICO COM, NO MÍNIMO, 2 CM DE ESPESSURA; PORTA-FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM LOCAL VISÍVEL, AO NÍVEL DA CUBA DE ACRÍLICO; SUPORTE A MEIA ALTURA SOB O LEITO, CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO-FERROSO, COM COMPARTIMENTOS PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS COM O PACIENTE; ✓ REGISTRO NA ANVISA. ✓ CERTIFICADO DE BPF/ANVISA DO FABRICANTE. ✓ GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAL. ✓ ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT. ✓ APRESENTAR PROSPECTOS (CATÁLOGOS) COM FOTO DOS						
---	--	--	--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA DE SAÚDE

	PRODUTOS, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,


LUCIMAR ROCHA MARTINS

ELABORADOR DO TERMO DE REFERÊNCIA

CPF: 442.616.241-68


LUCÉLIA CRISTINA DE LIMA LOPES
SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA


NÍGIMA LUCIANA NASCIMENTO BRASIL
SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO BÁSICA


SEBASTIÃO NEY DA SILVA PROVENZANO
ASSESSOR DE GESTÃO E ATENÇÃO HOSPITALAR HPSM/VG



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

CI N. 293/2018

Várzea Grande-MT, 04 de Julho de 2018.

A/C da Pregoeira

Francisca Luzia de Pinho

Tendo em vista a impugnação recebida da empresa **GIGANTE RECÉM-NASCIDO LTDA-EPP**, venho por meio desta, requerer a **prorrogação de abertura da sessão** prevista para o dia 12/07/2018 as 10:00 horas do Pregão Eletrônico Nº 45/2018, considerando que houve alteração na especificação do descritivo técnico dos itens 12 e 13 questionados pela referida empresa.

Sem mais para o momento,


Diógenes Marcondes
Secretário de Saúde/SMSVG

PROTOCOLO Nº	
Data: <u>04/07/18</u>	Hora: <u>15:00</u>
Resp.: _____	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	



PROTOCOLO Nº	
Data: 11/11/11	hora: 11
Resp:	
Setor de Informação - T. M. V. G.	