



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

CI n. 097/2020/SUPPLIC/SAD

Várzea Grande-MT, 28 de fevereiro de 2020.

**Danielle Cristina Leite Martins de Campos**

Superintendente do CADIM/SMS

**Assunto:** Solicitação de esclarecimento

Encaminhamento solicitação de esclarecimento da **empresa BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 37.844.479/0001-52**, referente pregão eletrônico 05/2020, cujo objeto é, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES** PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Por mais que a solicitação de esclarecimentos seja intempestiva, caso seja pertinente, para não causar prejuízo ao certame, segue para providencia.

**Francisca Luzia de Pinho**  
Pregoeira

Anápolis, 28 de fevereiro de 2020.

**AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE/MT**

**REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 – ESCLARECIMENTO.**

**AC: SETOR DE LICITAÇÕES**

Sr. Pregoeiro(a)

A Empresa BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 37.844.479/0001-52, situado a Avenida Maranhão nº 500, Bairro Jundiá, CEP 75.110.470, Anápolis – GO; vem por meio desta, através de sua Representante Legal, solicitar esclarecimento de forma tempestiva do processo licitatório.

Após análise dos produtos de nossa fabricação, Fios Cirúrgicos, referente ao edital de licitação supracitado, constatou-se algumas dúvidas para verificação:

No item 110 do termo de referência do edital é solicitado fio de Catgut Cromado nº 1. No entanto não são informadas as características da agulha. A fim de não oferecermos o item incorreto, solicitamos esclarecimento sobre qual seriam as características da agulha, quanto a curvatura, ponta e tamanho.

No item 114 do termo de referência do edital é solicitado fio de Catgut Cromado 3-0, com agulha de ½ círculo cilíndrica de 3,0 cm. Ressaltamos, que não é usual a utilização deste conjunto fio-agulha. Pontuamos que existe no mercado o fio de Catgut Cromado 3-0, com agulha de 3/8 cilíndrica de 3,0 cm ou então com agulha de ½ círculo de 2,5 ou 3,5 cm. Por este motivo, solicitamos esclarecimento sobre qual seria a variação permitida no tamanho da agulha e a confirmação da curvatura desejada.

No item 119 do termo de referência do edital é solicitado fio de Polipropileno nº 3-0 com agulha de 3/8 cilíndrica de 2,0 cm. Este tamanho de agulha combinado a esta curvatura e fio, não é usual no mercado. O mais comum seria agulha de 3,0 cm. Assim sendo, solicitamos verificação do tamanho da agulha solicitada, bem como, permissão para ofertar o item com agulha de 3,0 cm.

No item 120 do termo de referência do edital é solicitado fio de Polipropileno nº 3-0, com duas agulhas de 3/8 cilíndrica de 2,0 cm. Em edital não é especificada a aplicação deste produto, no entanto, as características informadas nos levam a interpretar que seria para cirurgias cardiovasculares. Para este item a agulha mais comumente utilizada é a de curvatura de ½ círculo. Por este motivo, solicitamos esclarecimento, sobre qual seria a aplicação do item, bem como, a verificação da curvatura solicitada.

No item 121 do termo de referência do edital é solicitado fio de Polipropileno nº 6-0, com duas agulhas de ½ círculo cilíndrica de 1,3 a 1,5 cm. Em edital não é especificada a aplicação deste produto, no entanto, as características informadas nos levam a interpretar que seria para cirurgias cardiovasculares. Para este item a agulha mais comumente utilizada é a de curvatura de 3/8 círculo. Por este motivo, solicitamos esclarecimento, sobre qual seria a aplicação do item, bem como, a verificação da curvatura solicitada.

No item 122 do termo de referência do edital é solicitado fio de Poliéster com cobertura de Poliglactina nº 6-0, com 2 agulhas de ½ círculo cilíndrica, medindo aproximadamente 8,8 cm com bom corte ¼. Nesta descrição foram especificadas duas curvaturas diferentes, no entanto, o usual seria duas agulhas de ¼. Por este motivo solicitamos a verificação da curvatura solicitada.

Ainda sobre o item 122, é solicitado fio de Poliéster com cobertura de Poliglactina. No entanto esta cobertura não é utilizada para este fio. Existem no mercado as coberturas de silicone, cera e polibutilato. Ambas estas coberturas possuem a mesma finalidade, que é a de proporcionar suavidade na passagem do tecido. Por este motivo, solicitamos a verificação da cobertura solicitada.

No item 124 do termo de referência do edital é solicitado fio de Poliglactina nº 2 com agulha de ½ círculo cilíndrica de 3,5 a 3,7 cm. Como em edital não é especificada a aplicação desejada, solicitamos esclarecimento sobre qual seria esta, vez que este conjunto fio-agulha não é usual. Existe no mercado para aplicação ortopédica, o fio de Poliglactina nº 2, porém com agulha triangular de 4,0 cm. Há também o fio de Poliglactina nº 2-0 ao invés de nº 2 para aplicação no aparelho digestivo, e fechamento geral, obstetrícia e ginecologia. A fim de não ofertarmos o produto incorreto, solicitamos esclarecimento sobre qual seria a aplicação do

item, bem como, a verificação de todo o descritivo.

Por conseguinte, no item 125 do termo de referência do edital é solicitado Fita Cardíaca de 0,3mm x 0,8cm. Como não é especificada a variação no tamanho permitida, e considerando que pequenas variações podem ocorrer de fabricante para fabricante, sem ocasionar nenhum prejuízo ao procedimento cirúrgico, solicitamos esclarecimento sobre qual seria esta variação permitida, bem como, autorização para ofertar medidas de 0,35mm x 80cm.

No aguardo de vosso pronunciamento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

*Patrícia da Silva Gomes*

Bioline Fios Cirúrgicos LTDA