



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 31/2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
23/10/2024 10:30	Prezados, referente ao ITEM 7, do termo de referencia (relação de itens): Avental do tipo capote (...) 100.000 UND. R\$ 16,1667. Precisamos saber: O produto é esterilizado ou não? Se for a norma que regula é a NBR 16.064, se não, a NBR é a 16.693, para AMBOS a NBR 10993 (avaliação biológica de dispositivos médicos...) e estas determinam uma série testes próprios que simulam o uso e culminam na confecção de um LAUDO OFICIAL chancelado certificando a eficiência produto ou não. Estes são documentos oficiais expedidos por laboratórios acreditados pelos órgãos competentes da saúde e sua requisição é altamente recomendada. Dessa forma trazemos ao órgão a oportunidade de refinar e elevar a qualidade dos produtos a serem adquiridos e distribuídos para os profissionais da saúde.		Não há arquivo anexado.
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA - 41977198000145			contatomaxxivix@gmail.com / (27) 3034-2641

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

FRANCISCA LUZIA DE PINHO
VARZEA GRANDE-MT - 23/10/2024

Gerado em: 23/10/2024 16:06:00



DE: CADIM – Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - SMS/VG	PARA: PREGOEIRA A/C Francisca	DATA: 23/10/2024	C.I. Nº 416/2024
---	-------------------------------	------------------	------------------

Assunto: Resposta Pedido de esclarecimento.

Referente a solicitação de esclarecimento da empresa MAXI VIX ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES LTDA, quanto ao item 07 do PE 31/2024, segue manifestação técnica:

DO QUESTIONAMENTO:

Prezados, referente ao ITEM 7, do termo de referência (relação de itens): Avental do tipo capote [...] 100.000 UND. R\$ 16,1667. Precisamos saber: O produto é esterilizado ou não? Se for a norma que regula é a NBR 16.064, se não, a NBR é a 16.693, para AMBOS a NBR 10993 (avaliação biológica de dispositivos médicos...) e estas determinam uma série testes próprios que simulam o uso e culminam na confecção de um LAUDO OFICIAL chancelado certificando a eficiência produto ou não. Estes são documentos oficiais expedidos por laboratórios acreditados pelos órgãos competentes da saúde e sua requisição é altamente recomendada. Dessa forma trazemos ao órgão a oportunidade de refinar e elevar a qualidade dos produtos a serem adquiridos e distribuídos para os profissionais da saúde.

DO ESCLARECIMENTO:

Esclarecemos que a apresentação do item a ser ofertado deve atender as características descritas no edital, esclarecemos ainda que não se trata de produto esterilizado.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Gideão Boanéz do Prado
CADIM/SMS/VG

Kelly Cristiane Surian Becker
Farmacêutico CADIM/SMS/VG

Recebi em 23/10/24
Às 15:30 horas
Ass: