



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE**



1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2018 Processo nº 518452/2018

O Município de Várzea Grande, por meio da Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº 063/2018, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados as modificações no edital, obedecendo aos princípios inerentes à Administração, a isonomia, a imparcialidade e a competitividade, resolve promover as seguintes **RETIFICAÇÕES:**

- De acordo com CI nº292/SMS/2018 da Superintendência de Aquisição, solicitando correções no item 12 e 13 na descrição dos itens.
- **ONDE SE LÊ:**

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD TCE	CÓD UNID	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
12	<u>BERÇO AQUECIDO</u> CALOR IRRADIANTE COM DESLOCAMENTO DE 180º DO MÓDULO SUPERIOR PARA ACESSO DO APARELHO DE RAIOS X; RODÍZIOS DE 5" PARA MÁXIMA ESTABILIDADE DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DO BERÇO; LEITO DO PACIENTE TIPO MESA RADIOTRASPARENTE COM GAVETA PASSANTE PARA RX; ABAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE REBATÍVEIS, COM ALTURA MÍNIMA DE 18CM; ACIONAMENTO ELÉTRICO OU MANUAL PARA MOVIMENTOS SUAVES E CONTÍNUOS EM TRENDELENBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL. COLCHÃO COM CAPA, AMBOS EM MATERIAIS ATÓXICOS E ANTIALÉRGICOS; CONTROLES MICROPROCESSADOS PARA MODOS DE OPERAÇÃO SERVOCONTROLADO E MANUAL, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE UM MODO PARA OUTRO COMANDADA PELA OPERAÇÃO DO SENSOR DE PELE. MODO PRÉ-AQUECIMENTO PARA ECONOMIA DE ENERGIA E STAND BY; PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAYS DE LED'S OU LCD, COM TODAS AS INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE TEMPERATURA DE PELE, TEMPERATURA DE AJUSTE OU POTÊNCIA DE AQUECIMENTO AJUSTADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO EFETIVA, PESO DO PACIENTE, RELÓGIO APGAR/CRONÔMETRO, TEMPERATURA AMBIENTE. AJUSTE DA ALTURA ELÉTRICA DO BERÇO E DA TEMPERATURA DESEJADA PARA O PACIENTE OU A POTÊNCIA DE AQUECIMENTO. ALARMES AUDIOVISUAIS PARA: FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA	178500-1	1	UND	10	12.342,5000	123.425,0000



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE**



	<p>PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA; PRATELEIRA AUXILIAR SOB O LEITO COM DIMENSÕES MÍNIMAS ÚTEIS DE 45 X 60CM; HASTE PARA FIXAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO; SUPORTE DE SORO; PRATELEIRA PARA MONITORES COM CAPACIDADE PARA 10KG; BALANÇA INCORPORADA NO LEITO COM LEITURA NO PAINEL CENTRAL. RETENÇÃO DE MEMÓRIA DO ÚLTIMO VALOR PROGRAMADO DA TEMPERATURA. INDICAÇÃO VISUAL EM CASO DE DESLOCAMENTO DO REFLETOR DE AQUECIMENTO. SISTEMA DE AUTOTESTE DE TODAS AS FUNÇÕES QUANDO O EQUIPAMENTO FOR LIGADO; RÉGUA PARA REANIMAÇÃO COM PONTOS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO. ACOMPANHA VENTILADOR MANUAL COM O AJUSTE DAS PRESSÕES PINSPI, PEEP E DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE VÁLVULAS MECÂNICAS COM MISTURADOR TIPO BLENDER; MANGUEIRA DE ENTRADA DE GÁS, TUBO CORRUGADO COM VÁLVULA "T", 03 MÁSCARAS DE SILICONE REDONDAS NOS TAMANHOS 00, 0 E 1, TODAS AUTOCLAVÁVEIS E UM PULMÃO TESTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V (60 HZ), CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1(SEGURANÇA ELÉTRICA), NBR IEC 60601-2-21 (SEGURANÇA EM BERÇOS AQUECIDOS) E NBR IEC 60601-1-2 (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA) E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. REGISTRO NA ANVISA.✓ GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAL.✓ ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO.✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.✓ APRESENTAR PROSPECTOS (CATÁLOGOS) COM FOTO DOS PRODUTOS, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.						
13	<p><u>BERÇO RECÉM NASCIDO</u></p> <p>ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO DE AÇO PINTADO DE, NO MÍNIMO, UMA POLEGADA DE DIÂMETRO, SEM PONTOS APARENTES DE SOLDA, APOIADA SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE TRÊS POLEGADAS DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO; DEVE POSSUIR ALÇA QUE PERMITE AO OPERADOR TRANSPORTAR O BERÇO ESTANDO EM POSIÇÃO ERETA E SEM</p>	346454-7	1	UND	30	1.169,0000	35.070,0000



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE**



<p>NECESSIDADE DE COLOCAR AS MÃOS NO INTERIOR DA CUBA DE ALOJAMENTO DO PACIENTE E COM PRATELEIRA AUXILIAR PARA SUPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS PROCEDIMENTOS COM O PACIENTE; DEVE PERMITIR POSIÇÕES DO LEITO EM TRENDELENBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CESTO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E REMOVÍVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM ELEVAÇÃO DE ALTURA NA REGIÃO DA CABEÇA DO R.N. E COM ABA EM TODO O CONTORNO QUE PERMITE FÁCIL EMPUNHADURA E REFORÇO; DIMENSÕES MÍNIMAS DO CESTO: 70X36CM (+/-2%); ALTURA APROXIMADA DAS PAREDES LATERAIS PARA CONTENÇÃO DO PACIENTE: 20 CM (+/-2%) NA CABECEIRA; COLCHÃO DE ESPUMA REVESTIDO EM PLÁSTICO ANTIALÉRGICO E ATÓXICO COM, NO MÍNIMO, 2 CM DE ESPESSURA; PORTA-FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM LOCAL VISÍVEL, AO NÍVEL DA CUBA DE ACRÍLICO; SUPORTE A MEIA ALTURA SOB O LEITO, CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO-FERROSO, COM COMPARTIMENTOS PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS COM O PACIENTE;</p> <ul style="list-style-type: none">✓ REGISTRO NA ANVISA.✓ CERTIFICADO DE BPF/ANVISA DO FABRICANTE.✓ GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAL.✓ ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO.✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.✓ APRESENTAR PROSPECTOS (CATÁLOGOS) COM FOTO DOS PRODUTOS, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.						
---	--	--	--	--	--	--

LEIA SE:

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD TCE	CÓD UNID	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
12	BERÇO AQUECIDO CALOR IRRADIANTE COM DESLOCAMENTO DE 180º DO MÓDULO SUPERIOR PARA ACESSO DO APARELHO DE RAIOS X; RODÍZIOS DE 5" PARA MÁXIMA ESTABILIDADE DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DO BERÇO; LEITO DO PACIENTE TIPO MESA RADIOTRANSARENTE	178500-1	1	UND	10	12.342,5000	123.425,0000



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE**



<p>COM GAVETA PASSANTE PARA RX; ABAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE REBATÍVEIS, COM ALTURA MÍNIMA DE 18CM; ACIONAMENTO ELÉTRICO OU MANUAL PARA MOVIMENTOS SUAVES E CONTÍNUOS EM TRENDELEBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL. COLCHÃO COM CAPA, AMBOS EM MATERIAIS ATÓXICOS E ANTIALÉRGICOS; CONTROLES MICROPROCESSADOS PARA MODOS DE OPERAÇÃO SERVOCONTROLADO E MANUAL, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE UM MODO PARA OUTRO COMANDADA PELA OPERAÇÃO DO SENSOR DE PELE.</p> <p>PAINEL DE CONTROLE DISPLAYS DE LED'S OU LCD, COM INDICAÇÕES DE TEMPERATURA DE PELE, TEMPERATURA DE AJUSTE OU POTÊNCIA DE AQUECIMENTO AJUSTADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO EFETIVA, PESO DO PACIENTE, RELÓGIO APGAR/CRONÔMETRO, TEMPERATURA AMBIENTE. AJUSTE DA ALTURA ELÉTRICA DO BERÇO E DA TEMPERATURA DESEJADA PARA O PACIENTE OU A POTÊNCIA DE AQUECIMENTO. ALARMES AUDIOVISUAIS PARA: FALTA DE ENERGIA;</p> <p>FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA; PRATELEIRA AUXILIAR SOB O LEITO COM DIMENSÕES MÍNIMAS ÚTEIS DE 45 X 60CM;</p> <p>HASTE PARA FIXAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO;</p> <p>SUORTE DE SORO; PRATELEIRA PARA MONITORES COM CAPACIDADE PARA 10KG;</p> <p>SISTEMA DE AUTOTESTE DE TODAS AS FUNÇÕES QUANDO O EQUIPAMENTO FOR LIGADO; RÉGUA PARA REANIMAÇÃO COM PONTOS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO.</p> <p>MANGUEIRA DE ENTRADA DE GÁS, TUBO CORRUGADO COM VÁLVULA "T", 03 MÁSCARAS DE SILICONE REDONDAS NOS TAMANHOS 00, 0 E 1, TODAS AUTOCLAVÁVEIS E UM PULMÃO TESTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V (60 HZ), CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO.</p> <p>✓ CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1(SEGURANÇA ELÉTRICA), NBR</p>						
--	--	--	--	--	--	--



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE**



	<p>IEC 60601-2-21 (SEGURANÇA EM BERÇOS AQUECIDOS) E NBR IEC 60601-1-2 (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA) E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. REGISTRO NA ANVISA.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAL.✓ ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO.✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.✓ APRESENTAR PROSPECTOS (CATÁLOGOS) COM FOTO DOS PRODUTOS, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.						
13	<p><u>BERÇO RECÉM NASCIDO</u></p> <p>ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO DE AÇO PINTADO DE, NO MÍNIMO, UMA POLEGADA DE DIÂMETRO, SEM PONTOS APARENTES DE SOLDA, APOIADA SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE TRÊS POLEGADAS DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO; DEVE POSSUIR ALÇA QUE PERMITE AO OPERADOR TRANSPORTAR O BERÇO ESTANDO EM POSIÇÃO ERETA E SEM NECESSIDADE DE COLOCAR AS MÃOS NO INTERIOR DA CUBA DE ALOJAMENTO DO PACIENTE E COM PRATELEIRA AUXILIAR PARA SUPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS PROCEDIMENTOS COM O PACIENTE; DEVE PERMITIR POSIÇÕES DO LEITO EM TRENDELENBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CESTO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E REMOVÍVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM ELEVAÇÃO DE ALTURA NA REGIÃO DA CABEÇA DO R.N. E COM ABA EM TODO O CONTORNO QUE PERMITE FÁCIL EMPUNHADURA E REFORÇO; COLCHÃO DE ESPUMA REVESTIDO EM PLÁSTICO ANTIALÉRGICO E ATÓXICO COM, NO MÍNIMO, 2 CM DE ESPESSURA; PORTAFICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM LOCAL VISÍVEL, AO NÍVEL DA CUBA DE ACRÍLICO; SUPORTE A MEIA ALTURA SOB O LEITO, CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO-FERROSO, COM COMPARTIMENTOS PARA</p>	346454-7	1	UND	30	1.169,0000	35.070,0000



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO D VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE SAÚDE**



<p>GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS COM O PACIENTE;</p> <ul style="list-style-type: none">✓ REGISTRO NA ANVISA.✓ CERTIFICADO DE BPF/ANVISA DO FABRICANTE.✓ GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAL.✓ ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO.✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.✓ APRESENTAR PROSPECTOS (CATÁLOGOS) COM FOTO DOS PRODUTOS, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.						
--	--	--	--	--	--	--

O prazo para abertura será prorrogado para dia 23 de julho às 10: hs00mim horário de Brasília conforme solicitado na CI nº 293/2018.

Ratificam-se os demais itens e clausulas do Edital.

Várzea Grande, 05 de julho de 2018.

Diógenes Marcondes
Secretario de Saúde /SMSVG

Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira Oficial