



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO: 39/2021

LOTE/ITEM: MAR2050010000910B / AGO1712060010100B

PRODUTO: EXTENSOR DE PERFUSÃO / SERINGA

MARCA: SAMTRONIC

FORNECEDOR: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FABRICANTE: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
5	EXTENSOR DE PERFUSÃO PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBAS DE SERINGA, RECOMENDADO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS POR BOMBA DE SERINGA; ESTÉRIL DE USO ÚNICO; DESCARTÁVEL ATEROGÊNICO, ATÓXICO TUBO DE COMPRIMENTO APROXIMADO DE 150 CM EM MATERIAL PE(POLIETILENO) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, LIVRE DE LÁTEX, TERMINAIS CONECTORES TIPO LUER LOCK MACHO E FÊMEA COM TAMPAS PROTETORAS DE FIXAÇÃO FIRME E DE FÁCIL REMOÇÃO. DIÂMETROS INTERNOS E EXTERNOS DE 1.0 E 2.0 MM, RESPECTIVAMENTE, PRIME APROXIMADAMENTE 1,2 ML E FRENCH 3. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO VALIDADE, NUMERO DE LOTE. CÓDIGO DO PRODUTO BR9004132 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 80145110171.	SAMTRONIC	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X
6	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML EM PLÁSTICO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO INTEGRA E TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENTE, CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, EMBOLO EM BORRACHA ATÓXICA, BICO SLIP SEM AGULHA. IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA EM REGIME DE COMODATO	SAMTRONIC	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X
7	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, BICO LUER SLIP, SEM AGULHA, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENTE, CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, EMBOLO EM BORRACHA ATÓXICA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA EM REGIME DE COMODATO.	SAMTRONIC	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X
8	SERINGA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 20 ML IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE GRADUAÇÃO MÁXIMA 1 EM 1 ML NUMERADA, BICO LUER SLIP, SEM AGULHA, EMBOLO EM BORRACHA ATÓXICA. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA EM REGIME DE COMODATO.	SAMTRONIC	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X

A avaliação será efetuada pelo responsável técnico ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.

APROVADO
X

REPROVADO

OBSERVAÇÃO:

A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.

RESULTADO DA AMOSTRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR

Kelly Cristiane Surian Becker
Kelly Cristiane Surian Becker
Farmacêutica/CADIM - CRF: 1000

Gideão Boarez do Prado
Gideão Boarez do Prado
Gestor Público/CADIM /SMS/VG

Delaine Helene Nogueira Noya
Delaine Helene Nogueira Noya
Enfermeira - COREM: 311654



Várzea Grande, 30 de Novembro de 2021