



AValiação Técnica – PREGÃO ELETRONICO Nº30/2019

FORNECEDOR:

FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
17	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA CURTA. AVENTAL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (TNT) GRAMATURA MÍNIMA DE 20 G/M ² , COM COMPRIMENTO POUCO ACIMA DO JOELHO, MANGA CURTA, ABERTO NAS COSTAS COM TIRAS NA CINTURA E PESCOÇO PARA FECHAMENTO, COR AZUL OU BRANCO, ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO, NÃO ESTÉRIL. TAMANHO ÚNICO. EMBALAGEM EM PACOTE DE 10 (DEZ) UNIDADES COM INFORMAÇÕES DE PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. O PRODUTO DEVE ATENDER A NR 6, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA/MS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	ECLYPESE	SIM	ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT NBR 16064; SER IMPERMEÁVEL À LÍQUIDOS; SER RESISTENTE À TRAÇÃO (FORÇA TENSIL) E À ABRASÃO; NÃO PROPAGAR DE CHAMAS (INFLAMABILIDADE) CONFORTO.	SIM

PARECER TÉCNICO

OBSERVAÇÕES

A amostra atende as especificações do edital e está de acordo com a proposta apresentada.

Responsável Técnico Avaliador:

APROVADO

Danielle Cristina Leite Martins de Campos
Superintendente do CADIM

Várzea Grande, 05 de julho de 2019.