

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO



CI n. 256/2018/SUPPLIC/SAD

Várzea Grande - MT, 30 de agosto de 2018.

A Ilmo. Sr^a.

LUCIMAR ROCHA MARTINS

ELABORADORA DO TERMO DE REFERÊNCIA

DANIELLE CRISTINA LEITE MARTINS DE CAMPOS

SUPERINTENDENTE DO CADIM/SMS

CÓPIA

Prezado Senhoras,

Encaminho documentos de habilitação e proposta das empresas relacionadas abaixo, para **análise da equipe técnica e parecer**, referente ao pregão 40-2018, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - **FIOS CIRÚRGICOS**, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.

MEDFORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ sob nº 12.407.590/0001-50. Amostra item, 13

DATA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME, CNPJ sob nº 29.032826/0001-14, amostra do item 36

Atenciosamente,

Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira

Recebi em <u>30/08/18</u>
As <u>11</u> <u>03</u> horas
Ass: <u>Epuedil</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

CIN. 368/2018

Várzea Grande-MT, 31 de agosto de 2018.

Ilmo Sr.^a.

Francisca Luzia de Pinho

Pregoeira

Assunto: Parecer Técnico

Prezada Pregoeira,

Pela presente estamos encaminhando a V.s.^a, as Cis de n.ºs.417 e 418/2018/CADIM, referente Parecer de Habilitação Técnico e Amostra, do Pregão Eletrônico n.º 40/2018, para as devidas providencias cabíveis.

Atenciosamente,


Enedil Ana Mendes da Silva
Superintendente de Aquisição

PROTOCOLO Nº	
Data: <u>31/08/18</u>	Hora: <u>15:56</u>
Resp.: <u>[assinatura]</u>	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	



DE: Superintendência do CADIM: Danielle Campos	PARA: SUPPLIC/SAD Pregoeira: Francisca Luzia de Pinho	DATA: 31/08/2018	C.I. nº: 417/2018
--	--	----------------------------	-----------------------------

Assunto: Parecer da Habilitação Técnica e Amostra

Prezada Senhora,

Em resposta à Comunicação Interna 256/2018/SUPPLIC/SAD, datada de 30 de Agosto de 2018, do processo nº 518964/2018, referente ao Pregão 40/2018, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - **FIOS CIRÚRGICOS**, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT, que solicita que procedamos à análise de documentos referente à Qualificação Técnica da empresa:

- **MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP**

1 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1. Atestado de capacidade técnica – **OK**
2. Certificado de boas práticas de fabricação – **OK**
3. Autorização de funcionamento do licitante – **OK**
4. Licença sanitária municipal ou estadual – **OK**
5. Certificado de registro do produto ou isenção – **OK**

2. DAS AMOSTRAS:

2.1 As amostras apresentadas deverão estar identificadas, com etiqueta, contendo:

- ✓ número do processo licitatório - **ok**
- ✓ número do item no processo - **ok**
- ✓ descritivo do item idêntico ao do EDITAL - **ok**
- ✓ nome e carimbo do CNPJ da empresa no verso - **ok**
- ✓ número do registro sanitário na ANVISA/Ministério da Saúde - **ok**



- ✓ certificado do INMETRO, quando for o caso - **ok**

3.2 DA FORMA DE JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS PELA EQUIPE TÉCNICA

- ✓ Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do edital, bem como se a mesma está dentro daquilo que a licitante apresentou como proposta. - **ok**
- ✓ Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade da mesma, se o objetivo de uso será alcançado sem prejudicar o paciente e o usuário e sem comprometer a técnica, dentre outros pontos:
- ✓ Resistência do fio a tração - **ok**
- ✓ Resistência da agulha - **ok**
- ✓ Bisel afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação - **ok**
- ✓ Atendimento as norma técnica da abnt- nbr 13904 - **ok**

A EMPRESA **MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP**, CNPJ sob nº12.407.590/0001-50 entregou a amostra referente aos item: 13 e o mesmo atende às especificações exigidas no edital.

Josenice Figueiredo Sousa

Coordenadora de Enfermagem HPSM/VG
COREN 34024

Danielle Cristina Leite Martins de Campos
Superintendente do CADIM/SMS/VG
CRF-MT 2072

Recebi em <u>31/08/18</u>
Às <u>15</u> <u>27</u> horas
Ass: <u>Edmil</u>



DE: Superintendência do CADIM: Danielle Campos	PARA: SUPPLIC/SAD Pregoeira: Francisca Luzia de Pinho	DATA: 31/08/2018	C.I. nº: 418/2018
--	--	----------------------------	-----------------------------

Assunto: Parecer da Habilitação Técnica e Amostra

Prezada Senhora,

Em resposta à Comunicação Interna 256/2018/SUPPLIC/SAD, datada de 09 de Agosto de 2018, do processo nº 518964/2018, referente ao Pregão 40/2018, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - **FIOS CIRÚRGICOS**, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT, que solicita que procedamos à análise de documentos referente à **Qualificação Técnica** da empresa:

• **DATA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME**

1 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1. Atestado de capacidade técnica – **OK**
2. Certificado de boas práticas de fabricação – **OK**
3. Autorização de funcionamento do licitante – **OK**
4. Licença sanitária municipal ou estadual – **OK**
5. Certificado de registro do produto ou isenção – **OK**

2. DAS AMOSTRAS:

2.1 As amostras apresentadas deverão estar identificadas, com etiqueta, contendo:

- ✓ número do processo licitatório - **ok**
- ✓ número do item no processo - **ok**
- ✓ descritivo do item idêntico ao do EDITAL - **ok**
- ✓ nome e carimbo do CNPJ da empresa no verso - **ok**
- ✓ número do registro sanitário na ANVISA/Ministério da Saúde - **ok**



- ✓ certificado do INMETRO, quando for o caso - **ok**

3.2 DA FORMA DE JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS PELA EQUIPE TÉCNICA

- ✓ Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do edital, bem como se a mesma está dentro daquilo que a licitante apresentou como proposta. - **ok**
- ✓ Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade da mesma, se o objetivo de uso será alcançado sem prejudicar o paciente e o usuário e sem comprometer a técnica, dentre outros pontos:
- ✓ Resistência do fio a tração - **ok**
- ✓ Resistência da agulha - **ok**
- ✓ Bisel afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação - **ok**
- ✓ Atendimento as norma técnica da abnt- nbr 13904 - **ok**

A EMPRESA **DATA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME**, CNPJ sob nº 29.032.826/0001-14 entregou a amostra referente ao item: 36 e o mesmo atende às especificações exigidas no edital.

Josenice Figueiredo Sousa

Coordenadora de Enfermagem HPSM/VG

COREN 34024

Danielle Cristina Leite Martins de Campos

Superintendente do CADIM/SMS/VG

CRF-MT 2072

Recebi em <u>31/08/18</u>
As <u>15:27</u> horas
Ass: <u>Ednedita</u>