




AVALIAÇÃO TÉCNICA PE 42/2019

FORNECEDOR: PERFIL HOSPITALAR LTDA-ME

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM	AVALIAÇÃO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
11.6.1	Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos originais, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação. Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, devesse obrigatoriamente ser apresentado com firma reconhecida em cartório.	X		
11.6.2	Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante:			
11.6.3	A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal.			
11.6.4	Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador.	X		
11.6.5	Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante;			
11.6.5.1	Comprovação dos registros dos produtos ou da dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade (dia/mês/ano) através de;			
11.6.5.2	Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através	X		





11.6.5.3	do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado ou; Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto Apresentação do Alvará de funcionamento do fornecedor e empresa e demais documentações administrativas necessárias.			
11.6.6	Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária (ANVISA).	x		
11.6.7	Garantia de que o produto fornecido será substituído, sem ônus para o SMS/VG, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos.	x		

PARECER TÉCNICO FINAL

O **itens 01 e 93** que fazem parte da proposta, foram **APROVADOS** por atenderem as especificações do Edital.

OBSERVAÇÕES

O **Item 104- foi Reprovado**, porque o produto não atende a especificação do Edital, vez que, no edital solicita que o produto deverá ser com fio de silicone autoclavável. O produto ofertado na proposta apresenta em forma de corrente inox. (Segue foto da especificação do produto ofertado).

Responsável Técnico Avaliador:

Drª Renata Pereira Aleixes
Andréa Regina do Nascimento Vrech Coelho

Superintendente Saúde Bucal/SMS-VG

Renata Pereira Aleixes
Cirurgiã Dentista
CRO-MT 4575

Várzea Grande, 31 de julho de 2019.



Item: 104 - Prendedor de babador tipo jacaré - Marca: PREVEN



Prendedor de Guardanapo Jacaré Corrente

Marca: PREVEN
Embalagem com 1 unidade.

Detalhes

Indicado para segurar o guardanapo de proteção no paciente.

- Metal Cromado;
- Validade Indeterminada;
- Registro ANVISA: 14890.

Aplicação

Indicado para segurar o guardanapo de proteção no paciente.

NOSSOS PRODUTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO	PROCEDIMENTOS
1.	EMISSÃO DA ORDEM DE PRODUÇÃO	POP PREVEN 01.012
	REGISTRO DA EMISSÃO DA ORDEM DE PRODUÇÃO	PT PREVEN 01.012/01
2.	PRODUÇÃO PRENDEDOR DE GUARDANAPO JACARÉ	POP PREVEN 04.036
3.	ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS	POP PREVEN 03.003
	CONTROLE DO ESTOQUE DE MATERIAIS	PT PREVEN 03.003/02
4.	LIBERAÇÃO DE MATERIAIS	POP PREVEN 02.004
5.	BLISTADEIRA EQ PREVEN 003	IOE PREVEN 06.001
6.	PLANO DE AMOSTRAGEM	POP PREVEN 02.002
7.	COLETA DE AMOSTRA	POP PREVEN 02.003
	INSPEÇÕES E TESTES DE PRODUTO ACABADO	POP PREVEN 02.007
8.	LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO	PT PREVEN 02.007/22
	LIBERAÇÃO DO PRODUTO ACABADO PARA EXPEDIÇÃO	POP PREVEN 01.013
9.	RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DO PRODUTO ACABADO	POP PREVEN 07.001
10.	REGISTRO DA DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO ACABADO	PT PREVEN 07.001/01
	REGISTRO DE LOTES NA EXPEDIÇÃO	PT PREVEN 07.001/03
11.	DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO ACABADO	POP PREVEN 07.002

ESPECIFICAÇÕES DA MATÉRIA PRIMA	
COMPOSIÇÃO	
ARGOLA INOX	
CLIPS JACARÉ FIXO METÁLICO	
CORRENTE INOX	
DIMENSÕES	
ARGOLA INOX	
DIÂMETRO INTERNO: 10MM (±1)	