

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PROCESSO - 17/2022 - EQUIPAMENTOS DE ULTRASSOM

Neto, Jaime (GE Healthcare) <jaime.neto@ge.com>

Ter, 10/05/2022 07:01

Para: pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>

Bom dia!

Solicito alguns esclarecimentos com a finalidade de participação na disputa de lances para o referido processo para o item 23

No descritivo encontra-se a informação de equipamento portátil onde pede-se:

Minimo de 300.000 canais de processamento : Solicito que seja aceito para que um número maior de participantes consiga ofertar lances, trazendo economicidade ao município e sem afetar a utilização e qualidade do equipamento que seja considerado MINIMO DE 220.000 canais de processamento. O numero de canais, puramente falando não é determinante na qualidade de imagem e na rapidez de processamento da imagem, vários outros fatores de softwares e hardwares se fazem necessário para que a qualidade do equipamento seja então apreciada pelo médico que executa o exame. Memória interna, qualidade da placa de imagem entre outros. A GE garante excelente qualidade com o número de canais solicitado para apreciação, tendo total certeza da qualidade a ser entregue ao profissional que realizará o exame. Para se ter uma ideia com 223.000 canais de processamento **o equipamento a ser ofertado é capaz de entregar um frame rate de 1790 quadros/segundos**, enquanto no edital se pede apenas 700 quadros/segundo, comprovando assim a capacidade de geração de imagem mantendo a qualidade. **A faixa dinâmica solicitada no edital é de 170 dB, o equipamento a ser ofertado possui 269dB**

Sobre o pedido de Nobreak, informamos que temos para atender porém o equipamento PORTÁTIL a ser ofertado, não tem necessidade de NOBREAK, assim como o ITEM 07 do mesmo processo, que não foi solicitado. Reintero se há realmente a necessidade do NOBREAK para o ITEM 23.

Diante dos relevantes fatos apresentados e certo de sua atenção, desde já agradeço.

Abraços!

Jaime Santana Neto

Consultor de vendas - Ultrassom

Minas Gerais

GE Healthcare

| M +55 34 99819 3276

Av. Magalhães de Castro, 4.800 - 12º andar  
Cidade Jardim Corporate Center – Continental Tower  
São Paulo, SP – CEP 04533-085 – Brasil  
General Electric do Brasil Ltda

