

Esclarecimento PE 08/2022

vendas@cationlab.com.br <vendas@cationlab.com.br>

Qua, 23/03/2022 13:53

Para: pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>

Boa tarde,


Referente ao Pregão Eletrônico nº 8/2022, gentileza responder ao pedido de esclarecimento abaixo.

Sobre o item 6 (Centrífuga de microhematócrito – de bancada, para sorologia, com capacidade para 16 tubos de 15mL)

A descrição acima está incorreta, visto que uma centrífuga de microhematócrito possui rotor para tubos capilares, geralmente 24 provas, e também apresentam alta rotação, geralmente 10.000 a 12.000RPM.

O solicitante do equipamento deseja adquirir um equipamento comum para 16 tubos de 15mL, ou deseja um equipamento para atender microhematócrito conforme descrito acima?

Aguardo retorno, muito obrigada!



CATIONLAB
CENTRÍFUGAS, ESTABILIZADORES, FROTAS, ETC. LABORATÓRIOS, DISTRIBUIDORA

Laura Monteiro
☎ 17 3234-7008
✉ vendas@cationlab.com.br

CATIONLAB Equipamentos e Produtos para Laboratório - CNPJ 33.419.205/0001-89
Rua Dom Pedro I, 1194 - Vila Moreira - CEP 15030-500 - São José do Rio Preto/SP

 LAVE AS MÃOS	 USE ÁLCOOL EM GEL	 NÃO COMPARTILHE OBJETOS PESSOAIS	 SEMPRE USE A MÁSCARA	 EVITE AGLOMERAÇÕES
--	---	--	--	--