



CI n. 018/2019/SUPLIC/SAD

Várzea Grande - MT, 30 de Janeiro de 2018.

Ao Ilmo Sr^a

Lucélia Cristina de Lima Lopes

Superintendente de Atenção Secundária/SMS

Sebastião Ney da Silva Provenzano

Assessor de Gestão e Atenção Hospitalar do HPSM/VG

LUCIMAR ROCHA MARTINS

ELABORADORA DO TERMO DE REFERÊNCIA

CÓPIA


Assunto: Solicitação de esclarecimento ao Edital referente à Qualificação Técnica Pregão 03/2019.


Prezada Senhora,

Segue anexo solicitação de esclarecimento ao Edital impetrado pela empresa **SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA**, pregão 03/2019, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MÓVEIS HOSPITALARES** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, tendo em vista que parte da solicitação recai sobre pertinência técnica, encaminho a vossa senhoria para que manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública da presente licitação está marcada para dia 05/02/2019 às 8h: 30min, devendo a Administração Pública responder o mais breve possível.

Atenciosamente,


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira



ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

Goncalves, Kesley Mendes <kesley.goncalves@siemens-healthineers.com>

Qua, 30/01/2019 13:56

Para: pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 01.449.930/0006-02, sediada na Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 - 5º Andar (Parte) e 7º Andar (Parte) – São Paulo – SP CEP 05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019**, vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

I - QUANTO A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ITEM 40 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM COLORIDO PORTÁTIL:

Edital: “TRANSDUTORES ELETRÔNICOS MULTIFREQUENCIAIS DO TIPO CONVEXO, LINEAR, SETORIAL E MICRO CONVEXO.”

Esclarecimento: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, solicitamos que a palavra MICRO CONVEXO seja retirada do descritivo.

Edital: “TRANSDUTOR LINEAR MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA DE NO MÍNIMO 5 A 12 MHZ E MÍNIMO DE 192 ELEMENTOS.”

Esclarecimento: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, solicitamos que este trecho seja modificado para: TRANSDUTOR LINEAR MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA DE NO MÍNIMO 5 A 12 MHZ E MÍNIMO DE 128 ELEMENTOS

II-QUANTO A NECESSIDADE DE MANUAL DE SERVIÇO EQUIPAMENTO ITEM 40 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM COLORIDO PORTÁTIL:

Solicita o edital: 19.3. ... manual técnico para manutenção, redigidos em português e certificado de garantia do fabricante ou fornecedor;

19.6. Manual de serviço com todos os diagramas construtivos, esquemas elétricos e funcionais, relação de peças do equipamento ofertado;

19.7. Manual de instruções e de manutenção/técnico em português, garantia contra defeitos de fabricação;

Informamos que o equipamento Ultrassom acompanha o Manual de Operação (ANVISA), cujo conteúdo contempla todas as instruções necessárias para a correta operação do equipamento, indicação das principais partes, bem como suas dimensões, características, condições ideais para instalação, limpeza e desinfecção, informação sobre mensagens de erro do sistema e resolução de

problemas básicos.

Entendemos que informações como "vista explodida" e "esquemas" são de propriedade intelectual da Siemens, e seu compartilhamento pode representar sérios riscos para a Administração, seus funcionários e pacientes, quando utilizadas sem o devido controle.

Além disso, a Siemens prestará assistência técnica contra qualquer tipo de defeito ou falha que ocorra durante o período de garantia do equipamento, resguardando a Administração no que diz respeito ao correto funcionamento do equipamento.

Podemos entender que a Siemens atende a necessidade da Administração, solicitada em edital, com o exposto acima?

Solicitamos a gentileza de enviar a resposta por e-mail em tempo hábil para participação da Siemens no presente certame.

Atenciosamente,
Kesley Mendes Goncalves

Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda.
SHS AM LAM BRA FI DI CM PS
Av Mutinga, 3800
05110-902 São Paulo-SP, Brasilien
Tel.: +55 11 3908-2995
Cel.: +55 11 94303-8400
<mailto:kesley.goncalves@siemens-healthineers.com>

Your organization is currently not activated for using SCMS (e-mail signatures). Please contact the IT Support or help.scf@siemens.com