



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

CÓPIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO

CI n. 326/2018

Ao Ilmo Sr.

LUCIMAR ROCHA MARTINS

ELABORADOR DO TERMO DE REFERÊNCIA

CPF: 442.616.241-68

DANIELLE CRISTINA LEITE MARTINS DE CAMPOS

SUPERINTENDENTE DO CADIM/SMS

Encaminho solicitação de esclarecimento recebido pelo portal bl referente ao pregão 60/2018.

Bom dia Senhores Nos itens 128,132,142 e 143 agulhas descartáveis na descrição na relação do edital não diz que é com dispositivo de segurança NR 32, somente na descrição dos itens na relação de amostras para análise esta contendo que são com dispositivo de segurança. Os licitantes que forem pela descrição dos itens do edital cotaram agulha normal.	26/10/2018 11:23:59
---	---------------------

Atenciosamente,

Várzea Grande-MT, 26 de outubro de 2018.


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira

Recebi em <u>26/10/18</u>
Às <u>12</u> <u>02</u> horas
Ass: <u>Lucimar</u>