



PROC. ADM. Nº 753231/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2021

2ª ANÁLISE ITENS REMANESCENTE

PREGÃO ELETRONICO N.34/2021

I – PRELIMINAR

Trata-se da análise e julgamento dos documentos de habilitação e aceitabilidade das propostas de preços das empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 34/2021, que tem por **objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES**, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.

A sessão de abertura do certame em tela ocorreu em **26/10/2021 às 10h00min (horário de Brasília)**, de forma eletrônica pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br), com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, havia 11 (onze) para disputa, porem sendo admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para o item.

Trata-se da análise dos itens remanescentes das empresas, convocada a seguir:

ODONTOESTE LTDA ME itens 1 e 2

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
EIRELLI-ME item 5

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, item 6

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, item 7

STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI, item 11.

Destaque-se que este certame foi e será regido pela Lei Federal. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas Leis Complementares. 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decretos Federais nº. 3.555/2000, 7.892/2013, 9.488/2018 e 10.024/2019, Leis Municipais nº. 3.515/2010 e 4.092/2015, Decretos Municipais nº. 09/2010, 32/2005, 86/2018 e 54/2019 e suas alterações, e demais legislações complementares, e condições estabelecidas neste Edital, e seus anexos.

II – DA ANÁLISE E DO PARECER

Cumpre registrar, que em sede de licitação, todos os atos da Administração devem sempre almejar o atendimento ao Princípio da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento



PROC. ADM. Nº 753231/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2021

Convocatório e da Legalidade e que o julgamento das situações encontradas durante a análise dos documentos, será sempre precedido de razoabilidade e proporcionalidade, visando ampliar a competição e seleção da proposta mais vantajosa para o município.

Seguindo o tramite processual a Pregoeira convocou a Equipe, técnica para a realização da análise a fins de aprovação.

III – DA DECISÃO

Destarte a análise e observações sobscritas acima esta pregoeira, acolhe avaliação técnica e decide:

Habilitar a empresa, ODONTOESTE LTDA ME, **item 01-aprovado.**

ITEM 02- reprovado conforme analise técnico anexo.

Habilitar a empresa, MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELLI-ME, **item 05 aprovado.**

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **item 06 reprovado conforme analise técnico anexo.**

Habilitar a empresa PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, **item 7 reprovado conforme analise técnico anexo.**

Habilitar a empresa, STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI, **item 11, aprovado.**

I. **CONVOCAR**, as licitantes remanescentes para os itens **2, 6, 7** das empresas anteriores declaradas **reprovados** a manifestação de aceite de arremate conforme convocação individual na plataforma do sistema BLL, no **prazo máximo de 2hs**, passivo de desclassificação e convocação de demais licitantes conforme preceitua o edital.

II. **INFORMAR** que assegurando o contraditório e a ampla defesa aqueles licitantes que tiverem interesse em manifestar recurso contra a decisão proferida por esta pregoeira, informo que a fase recursal só será aberta após a finalização da fase de habilitação/negociação com as empresas remanescentes.

III. **INFORMAR** que os autos do processo administrativo permanecerão com vistas e/ou cópia franqueada aos interessados na Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Licitação
PMVG

Fis. _____

PROC. ADM. Nº 753231/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2021

12h, sito à Avenida da Feb nº 2.138, Bairro da Manga - Várzea Grande/MT conforme disposto no Art. 7º da Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.

Visando o princípio da transparência e publicidade todos os licitantes participantes deste processo, serão informados pelo site do município e plataforma do BLL de todas as fases do certame.


A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

Várzea Grande, 25 de novembro de 2021.

Francisca Luzia de Pinho

Pregoeira



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 034/2021.	LOTE/ITEM: 01		
PRODUTO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA	MARCA: WELMY		
FORNECEDOR: ODONTOESTE LTDA			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
8.2.11.4 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.11.8 Certificado do registro do produto do item 1, 2, 3, 5 e 6 no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia – INMETRO.	X		
8.2.11.9 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		
PARECER TÉCNICO FINAL APROVADO			Recabi em 24/11/21 As 11:10 horas Ass: 
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR  Frauziele Arruda Nolasco Nutricionista-CRN 6748			


Várzea Grande, 18 de Novembro de 2021.



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 034/2021.	LOTE/ITEM: 02		
PRODUTO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA	MARCA: WELMY		
FORNECEDOR: ODONTOESTE LTDA			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
8.2.11.4 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.11.8 Certificado do registro do produto do item 1, 2, 3, 5 e 6 no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia – INMETRO.	X		
8.2.11.9 Apresentar Catálogo/folder ou Manual de Operação e/ou Manual Técnico de Manutenção (com foto) nos itens 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		As especificações técnicas do equipamento não conferem com o edital: Catálogo com de capacidade máxima de 15kg X divisão de 5kg, no edital 25kg X divisão de 2kg. Catálogo com ausência de Dimensão da concha. Catálogo com ausência de informações sobre a almofada se é antigermes, higienizável, atóxica e se possui desenhos com temas infantis.
PARECER TÉCNICO FINAL REPROVADO			Recebi em 24/11/21 As 11:10 horas
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR <i>Frauziele Arruda Notasco</i> Nutricionista-CRN 6748 			

Várzea Grande, 18 de Novembro de 2021.



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 034/2021.	LOTE/ITEM: 05		
PRODUTO: BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA	MARCA: BALMAK		
FORNECEDOR: MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELLI-ME			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
8.2.11.4 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.11.8 Certificado do registro do produto do item 1, 2, 3, 5 e 6 no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia – INMETRO.	X		
8.2.11.9 Apresentar Catálogo/folder ou Manual de Operação e/ou Manual Técnico de Manutenção (com foto) nos itens 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		
PARECER TÉCNICO FINAL			
APROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR			
 Frauziele Arruda Nolasco Nutricionista-CRN 6748			

Várzea Grande, 22 de Novembro de 2021.

Recebido em 24/11/21

As 11:10h.

Ass: 



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

PREGÃO: 034/2021.

LOTE/ITEM: 07

PRODUTO: DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL

MARCA: CONTEC – SONOLINE B

FORNECEDOR: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI

DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
8.2.5.11.2 Certificado de Registro de produto/aparelho em relação aos itens 7, 8 e 11, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.11.6 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 24 (vinte e quatro) meses de garantia.	X		Declarou garantia de 12 meses na proposta e não 24 meses como exigido no edital.
8.2.11.9 Apresentar Catálogo/folder ou Manual de Operação e/ou Manual Técnico de Manutenção (com foto) nos itens 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		O folder apresentado pela empresa não atende: 11.3 a) O item descrito não atende ao descritivo do edital, devido divergências na especificação da alimentação do produto, a qual deve ser "bateria 9V recarregável ou bateria recarregável com carregador integrado", e o produto apresentado descreve a alimentação por "02 pilhas alcalinas de 1,5V recarregável ou não".

PARECER TÉCNICO FINAL

REPROVADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR

Yanna B. S. Vakiinaguni
Gestora Pública
Mat. 132894

Recbi em 24/11/21

As 11:10 hrs.

Várzea Grande, 16 de Novembro de 2021.





DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 034/2021.	LOTE/ITEM: 06		
PRODUTO: BALANÇA PARA CADEIRANTE DIGITAL	MARCA: LIDER – MODELO B650		
FORNECEDOR: M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
8.2.11.5 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 18 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.11.8 Certificado do registro do produto do item 1, 2, 3, 5 e 6 no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia – INMETRO.	X		
8.2.11.9 Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		As especificações técnicas do equipamento não conferem com o edital: Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC, no edital = 90 a 250 VAC. Pés somente com sistema de regulagem, no edital = pés reguláveis, antiderrapantes em borracha sintética que mantém a balança nivelada e oferece segurança
PARECER TÉCNICO FINAL REPROVADO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR  Frauziele Arruda Nolasco Nutricionista-CRN 5748			

Recebi em 24/11/21
Às 11 10 horas


Várzea Grande, 24 de Novembro de 2021.



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
PREGÃO: 034/2021.		LOTE/ITEM: 11	
PRODUTO: AUTOCLAVE HORIZONTAL 60 LITROS		MARCA: STERMAX 60ASE	
FORNECEDOR: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELLI			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NÃO	
8.2.5.1 A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação.	X		
8.2.5.11.2 Certificado de Registro de produto/aparelho em relação aos itens 7, 8 e 11, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.	X		
8.2.11.6 Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.	X		
8.2.11.7 Declaração referente ao item 11 de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.	X		
8.2.11.9 Apresentar Catálogo/folder ou Manual de Operação e/ou Manual Técnico de Manutenção (com foto) nos itens 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica.	X		Recebi em 24/11/21 As 11:10 horas Ass: 
PARECER TÉCNICO FINAL			
 Enfermeira Oncologista COREN MT 285.511		APROVADO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR			
 Enfermeira Oncologista COREN MT 285.511			

Várzea Grande, 22 de Novembro de 2021.