



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar


CIN. 160/2019

Várzea Grande-MT, 08 de maio de 2019.

Ilmo Sr^a.

Francisca de Luzia de Pinho

Pregoeira da SMS



Prezada Pregoeira,

Pela presente estamos encaminhando a V.S^a., avaliação técnico de amostra do Pregão Eletrônico N° 05/2019 das empresas Cirúrgica Gonçalves Ltda EPP, Biomedic Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda, Científica Médica Hospitalar Ltda, para as providencias cabíveis.

Atenciosamente,


Enedil Ana Mendes da Silva
Superintendente de Aquisição



AVALIAÇÃO TÉCNICA

FORNECEDOR **Cirurgica Gonçalves Ltda EPP.**

DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
05	BRAÇADEIRA ADULTO PARA ESFIGMOMANÔMETRO DE NYLON COM VELCRO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE E MANGUITO SEM EMEND COM FECHO EM VELCRO, DUAS VIAS PARA USO EM PACIENTES ADULTO COM CIRCUNFERÊNCIA DE 22 A 32 CM. COR AZU OU PRETA. COMPATÍVEL COM O APARELH DE PRESSÃO (MANÔMETRO E PÊRA) OFERTADO NO ITEM 17. REGISTRO NA ANVISA. NECESSÁRIO AMOSTRA	Premium	Sim	Análise Técnica de Amostra realizada por Profissiomnal da Enfermagem.	Aprovado
07	BRAÇADEIRA OBESO PARA ESFIGMOMANÔMETRO DE NYLON COM VELCRO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE E MANGUITO SEM EMEND COM FECHO EM VELCRO, DUAS VIAS PARA USO EM PACIENTES OBESO COM CIRCUNFERÊNCIA DE 34 A 52 CM. COR AZU OU PRETA. COMPATÍVEL COM O APARELH DE PRESSÃO (MANÔMETRO E PÊRA) OFERTADO NO ITEM 21. REGISTRO NA ANVISA. NECESSÁRIO AMOSTRA	Premium	Sim	Análise Técnica de Amostra realizada por Profissiomnal da Enfermagem.	Aprovado



PARECER TÉCNICO

Atende às especificações contidas em Edital.

OBSERVAÇÕES

APROVADO / REPROVADO

Aprovado

Responsável Técnico Avaliador:

Monara Moreira Maciel Port

Coren: 285511

Monara M. Maciel Port
Enfermeira Oncologista
COREN-MT: 285.511
monara

Várzea Grande, 07 de Maio de 2019.



AVALIAÇÃO TÉCNICA

FORNECEDOR Biomedic Equip. Eletrônicos Médico Hospitalares Ltda.

DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
06	BRAÇADEIRA NEONATAL PARA ESFIGMOMANÔMETRO DE NYLON COM VELCRO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE E MANGUITO SEM EMEND COM FECHO EM VELCRO, DUAS VIAS PARA USO EM PACIENTES NEONATAL COM CIRCUNFERÊNCIA DE 7 A 13 CM. COR AZUL OU PRETA. COMPATÍVEL COM O APARELH DE PRESSÃO (MANÔMETRO E PÊRA) OFERTADO NO ITEM 20. REGISTRO NA ANVISA. NECESSÁRIO AMOSTRA	Premium	Sim	Análise Técnica de Amostra realizada por Profissiomnal da Enfermagem.	Aprovado

PARECER TÉCNICO

Atende às especificações contidas em Edital.

OBSERVAÇÕES	Responsável Técnico Avaliador:
APROVADO / REPROVADO Aprovado	Monara Moreira Maciel Poiti Coren: 285511 <i>Monara M. Maciel Poiti</i> Enfermeira Oncologista COREN-MT: 285.511

Várzea Grande, 07 de Maio de 2019.



AValiação Técnica


FORNECEDOR Científica Médica hospitalar Ltda.

DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
133	BRAÇADEIRA INFANTIL PARA ESFIGMOMANÔMETRO DE NYLON COM VELCRO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE E MANGUITO SEM EMEND COM FECHO EM VELCRO, DUAS VIAS PARA USO EM PACIENTES INFANTIL COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 25 CM. COR AZU OU PRETA. COMPATÍVEL COM O APARELH DE PRESSÃO DE (MANÔMETRO E PÊRA) OFERTADO NO ITEM 22. REGISTRO NA ANVISA. NECESSÁRIO AMOSTRA	Premium	Sim	Análise Técnica de Amostra realizada por Profissiomnal da Enfermagem.	Aprovado

PARECER TECNICO

Atende às especificações contidas em Edital.

OBSERVAÇÕES	Responsável Técnico Avaliador:
APROVADO / REPROVADO Aprovado	Monara Moreira Maciel Poiti Coren: 285511 

Várzea Grande, 07 de Maio de 2019.