



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Nr. Remessa: 00295139**Data Remessa:** 2017-06-19**Hora:** 12:45**Enviado Por:** LEIDIANE OLIVEIRA ALVES**Destino:** SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**Observação:** Encaminho resposta a CI 3288/2017 referente a parecer técnico do item 16 do pregão 07/2017 para providências cabíveis.**Nr Processo**
00417382/16**Requerente**
SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL**Tipo Documento**
PROCESSO LICITATÓRIO

Assinatura Recebimento

Assinatura Envio




Da: Superintendência de Gestão	Para: Superintendência de licitação	Data: 20/06/2017	Nº.CI 322
---------------------------------------	--	-------------------------	------------------

Prezado Pregoeiro
A/C: Carlino

Pela presente estamos encaminhando a V.S^a., CI nº 3.288/2017 referente parecer técnica do item 16 do Pregão Eletrônico nº 07/2017, para as providencias cabíveis.

Atenciosamente


Enedil Ana Mendes da Silva
Superintendência de Gestão
Secretaria Mun. de Saúde/VG



Da: Assessoria GAB/Coordenação de Saúde Bucal	Para: Superintendência de Gestão	CI: 3288/2017/SMS	Data: 20/06/2017
---	-------------------------------------	----------------------	------------------

Senhora Superintendente de Gestão,

Conforme solicitado, segue no anexo quadro com o parecer a respeito dos produtos e empresas que concorreram ao Pregão Eletrônico Nº 07, encaminhados através da CI Nº 163/2017 Superintendência de Licitação de 19/06/2017, Nr. Remessa 00295139.

Atenciosamente,


Narciso Santana da Silva

Assessoria de Gabinete SMS/Várzea Grande

Reidiane
20/06/17 às 11:42hs

Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
DENTE MED	06/Fotopolimerizad or	Reprovado	Por não atender às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017 em relação a ponteira blindada e autoclavável, o modelo apresentado admite apenas desinfecção fato que facilita a contaminação cruzada.	FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho de fotopolimerização de resina, wireless com sistema LED e potência mínima de 1200 m/cm2, com um único led, sinal sonoro de 5 em 5 segundos até 20. Apresente no mínimo 3 funções, sendo elas, gradual, pulso e contínua de intensidade de luz, potência máxima superior a 500 mW/cm² com ponteira semi orientada em aço inox (blindada), para melhor condução de luz.	LED-6 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM LED DE ÚLTIMA GERAÇÃO S/FIO Fotopolimerizador a Led sem fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de Li-Ion recarregável. Leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivolt automático e garantia de 12 meses. Registro ANVISA nº: 80022409009. Manutenção: Desinfecção da haste do Fotopolimerizador. Fazer a imersão da haste em álcool 75% por 10 minutos. ATENÇÃO: Nenhuma das partes do equipamento podem ser esterilizadas por temperatura/autoclave. Realizar somente a desinfecção como recomendado.

(Assinatura)