

Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico N° 17/2022 - Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande

bresende@confiancemedical.com.br <bresende@confiancemedical.com.br>

Qui, 12/05/2022 15:49

Para: pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>

Cc: acorrea@confiancemedical.com.br

<acorrea@confiancemedical.com.br>;lsantos@confiancemedical.com.br

<lsantos@confiancemedical.com.br>;tfigueiredo@confiancemedical.com.br

<tfigueiredo@confiancemedical.com.br>

Prezado Pregoeiro,

Boa tarde!

A Confiance Medical Produtos Médicos S.A., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.209.279/0001-31, I.E. 77.416.277, com sede na AV. Paulo de Frontin, 161 – Estácio – Rio de Janeiro/RJ, CEP 20260-010, vem, respeitosa e tempestivamente, solicitar ESCLARECIMENTOS referente ao processo mencionado no assunto deste e-mail.

1. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, quantidade e valor de referência – **Item 39** - TORRE DE VÍDEO FULL HD – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação a descrição dos instrumentais é solicitado:

“INSTRUMENTAIS TAIS COMO: 01 TROCARTER 6MM, 04 TROCARTER 3,5MM...”

Dúvida: As óticas solicitadas em edital possuem diâmetros de 5mm e 10mm, sendo assim, os trocater e bainhas solicitadas não são compatíveis com tais endoscópios.

Sugestão: Solicitar instrumentais compatíveis com os endoscópios rígidos que estão sendo solicitados, como:

- 04 Trocater com dimensões aproximadas de 10 mm, 11cm com bainha e válvula torneira;
- 04 Trocater com dimensões aproximadas de 5 mm, 11cm com bainha e válvula torneira.

2. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, quantidade e valor de referência – **Item 39** - TORRE DE VÍDEO FULL HD – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação a descrição dos instrumentais é solicitado:

“...02 TROCARTER C/ BAINHA AUTOMATICA TIPO JANELA DENTRE OUTROS...”

Dúvida 1: Os trocater acima não possuem dimensões. Diante disso, quais instrumentais estão sendo solicitados? Peço, por gentileza, que sejam informadas as dimensões aproximadas desses instrumentais: diâmetro e comprimento.

Dúvida 2: No termo “Dentre outros”, quais instrumentais estão sendo solicitados?

3. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, Quantidade e valor de referência – **Item 39** - TORRE DE VÍDEO FULL HD – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação à descrição do gravador é solicitado:

*“01 Gravador de grau médico, com capacidade de gravação das imagens em fullhd, 1920 x 1080. com entradas e saídas compatíveis com fullhd. alimentação elétrica 127/220 volts, 60 hz ou sistema de gravação fullhd através de usb integrado à processadora de câmera, no-break min 2kva. **Deverá ter a possibilidade de se conectar a flexíveis digitais;**”*

Dúvida: O que está sendo solicitado é que seja ofertado um gravador externo (não integrado a microcâmera) que tenha possibilidade de gravar imagens de endoscopia flexível OU foi um equívoco no descritivo, assim,

podendo ser desconsiderado?

4. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, Quantidade e valor de referência – **Item 39** - TORRE DE VÍDEO FULL HD – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação à descrição do endoscópio rígido é solicitado:

*“02 endoscópios rígidos autoclaváveis, compatíveis com a imagem full hd, visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, 1 com diâmetro de 5mm e outro de 10 mm e comprimento mínimo de 30 cm, da mesma marca da processadora de vídeo e cabo de luz, **1 cânula autoclavável;**”*

Dúvida: Qual é o tipo e dimensões dessa cânula?

5. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, Quantidade e valor de referência – **Item 40** - TORRE DE VÍDEO 4K – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação à descrição do gravador é solicitado:

*“01 GRAVADOR DE GRAU MÉDICO, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EM 4K, 3840X2160. COM ENTRADAS E SAÍDAS COMPATÍVEIS COM 4K. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ, SISTEMA DE GRAVAÇÃO 4K ATRAVÉS DE USB INTEGRADO À PROCESSADORA DE CÂMERA. **DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE SE CONECTAR A FLEXÍVEIS DIGITAIS;**”*

Dúvida: O que está sendo solicitado é que seja ofertado um gravador externo (não integrado a microcâmera) que tenha possibilidade de gravar imagens de endoscopia flexível OU foi um equívoco no descritivo, assim, podendo ser desconsiderado?

6. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, Quantidade e valor de referência – **Item 40** - TORRE DE VÍDEO 4K – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação à descrição do endoscópio rígido é solicitado:

*“02 endoscópios rígidos autoclaváveis, compatíveis com a imagem 4k, visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, 1 com diâmetro de 5mm e outro de 10 mm e comprimento mínimo de 30 cm, da mesma marca da processadora de vídeo e cabo de luz, **1 cânula autoclavável;**”*

Dúvida: Qual é o tipo e dimensões dessa cânula?

Atenciosamente,

Bianca Resende | Analista Técnica de Licitações

+55(21) 96763-8543 WhatsApp





[Linkedin](#)



[instagram-icone-icon-1](#)



[facebook-icone-icon](#)



Nós trabalhamos para Acabar com
a Cicatriz da Cirurgia Aberta.

#PorUmMundoSemCicatriz

