


Da: Assessoria GAB/Coordenação de Saúde Bucal	Para: Superintendência de Gestão	CI: 2293/2017/SMS	Data: 05/05/2017
---	-------------------------------------	----------------------	------------------

Senhora Superintendente de Gestão,

Conforme solicitado, segue no anexo quadro com o parecer a respeito dos produtos e empresas que concorreram ao Pregão Eletrônico Nº 07, encaminhados através da CI Nº 118/2017 Superintendência de Licitação de 04/05/2017, Nr. Remessa 00288104. Informamos que os Ítens/Lote nº 4 – Amalgamador e nº 5 Ultrassom e jato de bicarbonato foram considerados aprovados conforme informado na CI Nº 2130/2017/SMS de 28/04/2017.

Atenciosamente,


Narciso Santana da Silva
Assessoria de Gabinete SMS/Várzea Grande



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
Dentemed	1/ equipo cadeira, kart, unidade auxiliar, mocho e refletor.	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017. Não há menção de parafusos reguladores para nivelamento da base da cadeira, não há posição de cuspir e acionamento automático da água da cuspeira fatos que possibilitam a economia de tempo e esforço do paciente principalmente para idosos. A unidade auxiliar oferecida não descreve sugador com potência maior que um Venturi além do sugador de alta potência (bomba à vácuo).	CADEIRA ODONTOLÓGICA: Com estofamento em PVC, lavável, comando de todos os movimentos no pé, incorporados a base da cadeira. Apresente base projetada para colocação embutida dos pontos elétricos, hidráulico e pneumáticos, sem caixa de distribuição na lateral, base sem necessidade de fixação no piso e com parafusos reguladores do nível de estabilidade e altura da base, regulados mecanicamente. Altura mínima de entrada do paciente de 370mm, sem botoneira com movimentos elétricos de subida e descida do assento/encosto, volta a zero e acionamento do refletor com 4 intensidades de luz, com programa para memorização de 3 posições de trabalho e posição de cuspir (com acionamento de água da cuspeira, automaticamente), todos acionados no comando de pé. Encosto de cabeça biarticulado, sistema fusão. Articulação central única entre assento e encosto, braço do lado direito com abertura para entrada do paciente. Com Base de Sustentação da cadeira regulável com apoio de borracha para evitar oxidação da estrutura. Cor verde (mesma cor e tipo de estofado do mocho odontológico).	CADEIRA: 9 movimentos: 4 individuais e 5 automáticos (3 posições de trabalho + volta a zero e last position - Trendelenburg); - Pedal de comando acoplado, encosto confortável e anatômico; - Fácil higienização, tratamento anticorrosivo e antibacteriano; - Estrutura resistente e estável (dispensa fixação), debrum antiderrapante; - Sistema fusão de elevação (moto redutor isento de óleo): 24Vcc; 85W; ciclo de 2min./18min. de pausa: 90 a 240Vac – 50/60 Hz; força máx. de 600kg; certificado pela DEWERT/PTTR (ISO 9001, ISO 14.001 e Rohs); stop emergencial; suporta 200kg; 120kg. Refletor: - Luminosidade de 25.000 (+/- 15%), Lux a 6.000 (+/- 15%) e 4 intensidades; - Acendimento sincronizado; - Manopla removível para esterilização; - Proteção do espelho com sistema de bolha. Unidade Auxiliar: - Estrutura resistente em plástico (proteção UV); - Pintura lisa branco dental; - Cuba removível; - Condutores de água em inox, removíveis e autoclaváveis; - Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox. Equipo: - Mesa em plástico resistente (proteção UV); - Seringa triplice, com bico removível e autoclavável; - Terminais borden, para alta e baixa rotações; - Reservatório de água e instrumentos com angulação de 45°;



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
Dentemed	2/ Kit contendo alta de baixa rotação: caneta de alta	Reprovado	Não atende às especificações do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017 em relação à apresentação de prospectos (catálogos) com foto e as especificações dos produtos, item 10.6. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS subitem 10.6.1. Na documentação enviada (fremessa: 00288104) não há folder dos equipamentos listados no item 2.	limpeza (removível). UNIDADE AUXILIAR: Acoplada à cadeira, com acionamento da água através do comando de pé da cadeira permitindo economia de água circulando na bacia com tempo pré programado e somente no momento de acionamento da posição de cuspir (através de temporizador). Rebatível (com abertura lateral formando um ângulo de 90 graus). Apresenta bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada e 2 ralos separadores de detritos posicionados na carenagem da cadeira (não posicionados no corpo das mangueiras, aparente), composto de um (1) sugador tipo vácuo com potência maior que o Venturi (acionado pelo compressor) e um Alta Potência (acionado pela Bomba de Vácuo), que possam ser retirados para limpeza através de sistema tipo engate rápido, reservatório de água transparente incorporado e protegido por carenagem de poliestireno. MOCHO ODONTOLÓGICO ** Mesmo tecido da cadeira, com 5 rodízios , sistema de elevação a gás, largura 410 mm, comprimento 480mm, altura do assento 440/540mm, altura do encosto 430/470mm, com inclinação do encosto para frente e para trás, com regulagem pelo próprio profissional. Cor verde (mesma cor e tipo de estofado da cadeira odontológica). OBS. A QUANTIDADE DE MOCHO 60 UNIDADES. GARANTIA MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA NF.	• Pedal de comando e bandeja em inox, removível e autoclavável; • Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis.



COMUNICAÇÃO INTERNA

De. Superintendente de Gestão	Sup. de Licitação	Data: 05/05/ 2017	Nº CI 273
----------------------------------	-------------------	----------------------	--------------

Senhor Pregoeiro,


Sirvo-me do presente, preliminarmente, para externar o meu apreço e consideração para com V.S.^a.

Em resposta a Ci nº 118/2017, referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2017, segue anexo CI nº 2293/2017 da equipe técnica.


Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para sanar eventuais dúvidas e deste já, agradeço à atenção.

Atenciosamente,


Enedil Ana Mendes da Silva
Superintendente de Gestão



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
GDC da Silva Costa Eireli	rotação, micro motor e contra ângulo				
	7/Autoclave Horizontal	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017 em relação ao número de ciclos de esterilização pré-programados, vez que a especificação é que tenha 4 (quatro) tipos de ciclos e o modelo apresenta somente 2 (dois) ciclos.	AUTOCLAVE HORIZONTAL: Com estrutura interna de AÇO INOX. Com capacidade mínima de 19 (dezenove) litros, válvula com abertura automática contra sobre pressão e sensor de sobre aquecimento, com comandos e dispositivos e controle totalmente eletrônicos para melhor operação e precisão no controle de tempo e temperatura, com quatro tipos de ciclo de esterilização pré-programados. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de emissão da NF. Bivolt	1.1 CARACTERÍSTICAS AUTOCLAVES AUT (GLD/21D/19U/21L/42J/6SLJ) ☒ Batedor automático de vácuo em 12TVAC - 220VAC / 50Hz - 60Hz; ☒ Placa eletrônica com microcontrolador; ☒ Painel frontal da membrana confeccionado em policarbonato possui todos de acionamento das funções, indicadores visuais e sonoros; ☒ Manômetro com escalas de pressão e temperatura; ☒ Ciclo de trabalho automático; ☒ Bypass com porta fechada; ☒ Três ciclos de esterilização; ☒ Um Ciclo de secagem extra; ☒ Sensor de pressão; ☒ Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre-pressão); ☒ Bastanteamento de água manual; ☒ Injeção de vedação de porta em silicone; ☒ Purificador ergonômico; ☒ Porta com fechamento através de trava; ☒ Bateria em aço inoxidável; revestida com material isolante ao calor; ☒ Bandejas e suporte confeccionados em aço inoxidável; ☒ Carregador da porta em plástico resistente; ☒ Cabineira em aço carbono, com pintura em a base de epóxi com tratamento polímero; ☒ Capacidade de produção para sobre pressão;
	14/Mini Incubadora	Aprovado	Aprovado. O produto apresentado no folder atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017, vez que a descrição é exatamente a mesma da apresentada no referido edital.		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Nr. Remessa: 00288104

Data Remessa: 2017-05-04

Hora: 11:04

Enviado Por: Francisca Luzia de Pinho

Destino: SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Observação: ENCAMINHO PARECER DA EQUIPE
TÉCNICA REFERENTE AO PREGAO 07/2017.

Nr Processo **Requerente**
00417382/16 SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL

Tipo Documento
PROCESSO LICITATÓRIO

Assinatura Recebimento

Assinatura Envio

05/05/2017

h: 14:10