



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
<b>PREGAO: 16/2020</b>	<b>LOTE/ITEM:</b>		
<b>FORNECEDOR: AMP HOSPITALAR LTDA</b>			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NAO	
<b>10.9.1-</b> Apresentar atestado de capacidade técnica em original ou cópia autenticada em cartório, apresentando o documento original, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o fornecimento de materiais/produtos e insumos odontológica ou produtos para saúde.	X		<p align="center"><b>OBSERVAÇÕES</b></p> <p>* O <b>Item 19- REPROVADO</b>, porque o produto não atendeu a especificação do Edital, pois não se comprovou que o produto ofertado na proposta tenha 100 micras de espessura conforme determina no edital</p> <p>*O <b>Item 53- REPROVADO</b>, porque o produto não atende às especificações exaradas no edital, sendo que foi solicitado que o fio retrator seja impregnado com cloreto de aluminio e isento de epinefrina. O produto apresentado na proposta diz que o fio retrator <u>não é impregnado</u> e não ficou comprovado que é <u>isento de epinefrina</u>. (Segue foto da especificação do produto ofertado).</p>
<b>10.9.2-</b> Não será aceito atestado emitido pela própria licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, pois a licitante não possui impessoalidade necessária para atestar sua própria capacidade técnica.	X		
<b>10.9.3-</b> Os atestados devem conter:	X		
<b>10.9.3.1-</b> CNPJ e endereço atualizado da licitante;	X		
<b>10.9.3.2-</b> Indicação do número do contrato ou do empenho que originou a contratação;	X		
<b>10.9.3.3-</b> Relatório dos produtos fornecidos;	X		
<b>10.9.3.4-</b> Nome completo, CPF, telefone, cargo e assinatura do responsável pela sua emissão.	X		
<b>10.9.4-</b> Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos produtos entregues, o nome e cargo do declarante.	X		

*JL*





administrativas necessárias.			
<b>10.9.5.6-</b> Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária (ANVISA).	X		
<b>PARECER TECNICO FINAL</b>			
O <b>itens 19 e 53</b> que fazem parte da proposta, <b>foram REPROVADO</b> por não atenderem as especificações do Edital.			
<b>RESPONSAVEL TECNICO AVALIADOR</b>			
 <b>Andréa Regina do Nascimento Vrech Coelho</b> Superintendente Saúde Bucal/SMS-VG			

Várzea Grande-MT, 17 de abril de 2020.





Item 19- Carbono em fita para oclusão- Marca: BIODINAMICA



**PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO**

**Categorias**

- Anestésicos
- Cámaras, Espátulas e Juntas
- Cargas e Próteses
- Cimentos
- Colares de Alargado e Demarcação
- Dentários
- Endodontia
- Fios Retentores Temporários
- Higiene
- Materiais de Cura
- Cintas
- Instrumentação

**Outra Cadeira**



**PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO**

**APRESENTAÇÃO**

12 folhas de PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO.

**VANTAGENS**

- Fácil utilização
- Alta resistência às ações de interferência

**Contato Biotônico**



**DESCRIÇÃO**

**DESCRIÇÃO**

Biotônico com 12 folhas recortadas.

Papel Carbono para articulação é indicado para verificar a altura dos dentes e fazer a guia para a guia e a moldagem de restaurações e próteses, e para realização de teste estuário para oclusão oclusão ou próteses.

Item 53- Fio retrator gengival fino - Marca: BIODINAMICA



**RETRAFLEX**

**Categorias**

- Anestésicos
- Cámaras, Espátulas e Juntas
- Cargas e Próteses
- Cimentos
- Colares de Alargado e Demarcação
- Dentários
- Endodontia
- Fios Retentores Temporários
- Higiene
- Materiais de Cura
- Cintas
- Instrumentação



**RETRAFLEX**

**APRESENTAÇÃO**

1 Biotônico com 250cm de fio RETRAFLIX, apresentando:

Impressante:

0,05, 0,07, 1, 2 e 3.

**VANTAGENS**

- Disponível em 5 apresentações diferentes
- Não irrita
- **Resistência** - não se desfaz com a ação de interferência
- **Facilidade** - pode ser utilizado em todos os dentes
- **Aplicação** - pode ser utilizado em todos os dentes
- **Selecção** - poder trabalhar de acordo com a necessidade de cada paciente

